



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

VZ : „Zdravotnická technika pro návaznou péči“

Evidenční číslo zakázky ve věstníku veřejných zakázek: Z2018-002964

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Dle §98 Zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Zadavatel obdržel dne 26.2.2018 a 27.2.2018, tedy po lhůtě uvedené v ust. § 98 odst. 3 ZZVZ, dotazy uchazečů k zadávacím podmínkám. Přestože podle ust. § 98 odst. 3 ZZVZ je zadavatel povinen poskytnout k žádosti dodavatele vysvětlení zadávací dokumentace pouze v případě, že je dotaz zadavateli doručen nejpozději 3 **pracovní** dny před uplynutím lhůty podle ust. § 98 odst. 1 písm. a) ZZVZ, tedy 3 pracovní dny před pátým pracovním dnem předcházejícím uplynutí lhůty pro podání nabídek (celkem tedy alespoň 8 pracovních dní před uplynutím lhůty pro podání nabídek), což se v daném případě nestalo, podařilo se zadavateli zpracovat některá vysvětlení zadávací dokumentace, která níže uvádí. Zadavatel upozorňuje, že v tomto případě nemusí, s ohledem na dikci ust. § 98 odst. 3 ZZVZ, respektovat lhůty dle ust. § 98 odst. 1 písm. a) ZZVZ.

K dotazům účastníků k zadávací dokumentaci týkající se částí č. 11 a č. 41 veřejné zakázky **nebude zadavatel poskytovat vysvětlení ve smyslu ust. § 98 odst. 3 ZZVZ, neboť uvedené části veřejné zakázky byly rozhodnutím zadavatele zrušeny.**

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci – část 22 – položka 210001 Přístroj RTG s C ramenem – kardiologický:

Zadavatel požaduje:

Generátor:

- Nominální výkon minimálně 15 kW

Můžeme nabídnout výkonný přístroj renomovaného výrobce, který má výstupní výkon 12 kW, ale veškeré Vaše požadavky na napětí, proud a počty pulzů splňuje či přeplňuje?

Odpověď:

Zadavatel trvá na technické specifikaci. Požadovaný výkon 15kW je v dané kategorii běžná hodnota.

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci – část 22 – položka 210002 Přístroj RTG s C ramenem – ortopedický

Zadavatel požaduje:

Detektor:

Rozměry aktivní matrice cca 20 x 20 cm

Rozlišení min 1400 x 1400 obrazových bodů

Můžeme nabídnout výkonný přístroj renomovaného výrobce, který pro danou požadovanou velikost detektoru 20 x 20 cm má rozlišení 1024 x 1024 obr.bodů ?

Odpověď:

Zadavatel trvá na požadovaném minimálním rozlišení. Pro splnění požadavku, může dodavatel samozřejmě nabídnout přístroj, který vyššího rozlišení dosahuje použitím většího detektoru, což je v



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

praxi běžné. Požadavek byl stanoven na základě minimálních požadavků pro medicínský účel a také na základě průzkumu trhu tak, aby dané specifikaci vyhověli nejméně tři výrobci RTG techniky.

Dotaz č. 3 k zadávací dokumentaci – část 22 – položka 210002 Přístroj RTG s C ramenem – ortopedický, 1 ks

Zadavatel požaduje:

Rentgenka:

- Tepelná kapacita anody min 40 kHU
- Chladicí kapacita anody min 30 kHU/min.
- Celková tepelná kapacita min. 1000 kHU

Můžeme nabídnout výkonný přístroj renomovaného výrobce, který má následující plně dostatečné parametry pro zamýšlený medicínský účel použít?

Tepelná kapacita anody 61 kHU, Chladicí kapacita anody min 6 kHU/min., celková tepelná kapacita min. 1.200 kHU

Odpověď:

Zadavatel trvá na technické specifikaci. Požadované minimální hodnoty byly stanoveny na základě zkušeností s provozem c-ramen na ortopedickém sále a dále na základě průzkumu trhu. Nabízená chladicí kapacita anody pouze 6kHU je výrazně pod požadovanou hodnotou. Zadavatel se domnívá, že mohlo, ze strany dotazovatele, dojít k záměně významu jednotlivých parametrů. Pro upřesnění proto doplňujeme k českým definicím požadovaných parametrů i jejich anglický ekvivalent:

- Tepelná kapacita anody (Anode heat storage capacity) - min 40 kHU
- Chladicí kapacita anody (Anode heat dissipation) - min 30 kHU/min
- Celková tepelná kapacita (Tank heat storage capacity) - min. 1000 kHU

Dotaz č. 4 k zadávací dokumentaci - část – 19

Zadávací dokumentace pro část 19. Přístroj dialyzační - SW integrovaného ohřívače

Zadavatel ve výzvě k podání nabídky na VZ vedenou pod názvem „Zdravotnická technika pro návaznou péči“, v ZD specifikace zboží - požaduje Integrovaný ohřívací systém roztoků s regulací s kontrolou teploty.

Ohřevem roztoků pomocí integrovaného ohřívače nedochází k nepředvídatelnému uvolňování plynů či zvyšování pH, a tedy riziku pro pacienty. Na našem trhu působí několik společností, které mají v nabídce přístroj se softwarově integrovaným ohřívačem roztoků a regulací teploty. Vývoj moderních přístrojů flexibilně reaguje na trendy v léčebných postupech a zohledňuje potřeby a nároky ošetřujícího personálu.

Dialyzační systém, jehož je softwarově integrovaný ohřívač součástí, prochází před každou terapií řadou testů, bez jejichž absolvování není umožněno terapii spustit z bezpečnostních důvodů.

Dotaz:

Prosíme proto upřesnění, zda bude zadavatel požadovat, z ohledu na maximální bezpečnost léčby pacienta softwarově integrovaný ohřívač roztoků s regulací a kontrolou teploty?



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

Odpověď:

Zadavatel v technické specifikaci jednoznačně vymezil požadavek na integrovaný ohřívací systém. Z této definice jednoznačně vyplývá, že ohřev musí být součástí přístroje, tedy nikoliv další samostatný přístroj a tudíž i ovládání ohřevu musí být plně funkčně integrované do dialyzačního přístroje. Z dotazu není patrné, zda má dodavatel v úmyslu nabídnout alternativní řešení ohřevu, ani jeho bližší popis. Zadavatel tudíž nemůže potvrdit, zda potenciálně jiné technické řešení bude v nabídce akceptováno.

Dotaz č. 5 k zadávací dokumentaci - část – 19

Zadávací dokumentace pro část 19. Přístroj dialyzační – dodání a ocenění materiálu

Zadavatel ve výzvě k podání nabídky na VZ vedenou pod názvem „Zdravotnická technika pro návaznou péči“, požaduje: „Sadu setů pro uvedení do provozu: alespoň 50 setů pro intermitentní dialýzu, 2 sady pro 5-denní plazmaferézu a 10 setů pro citrát-kalciovou dialýzu,,

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka dialyzačního přístroje s citrátovým modulem a SW na terapie CVVHDF. Z dalších technických parametrů vyplývá, že se jedná o přístroj na kontinuální dialýzu. Zadavatel zde současně žádá: „Sadu setů pro uvedení do provozu: alespoň 50 setů pro intermitentní dialýzu, 2 sady pro 5-denní plazmaferézu a 10 setů pro citrát-kalciovou dialýzu „Domníváme se, že došlo k omylu při požadavků zadání setů pro:

- 1/ intermitentní dialýzu, v případě, že zadavatel požaduje přístroj na kontinuální dialýzu.
- 2/ dále zde není upřesněn typ terapie, pro kterou zadavatel požaduje 10 setů Ci-Ca kontinuálních dialýz.
- 3/ v technickém zadání je požadavek na SW CVVHDF, nikoliv na TPE (MPS) i neznámá formulace požadavku „5 pětidenních plazmaferéz“.

Odpověď:

Požadovaný přístroj je skutečně zamýšlen pro kontinuální dialýzu, tedy pro citrát-kalciové terapie typu CVVHD či CVVHDF post. Zadavatel bere na vědomí nejednoznačný výklad požadavků na spotřební materiál a rozhodl se tyto požadavky upřesnit tak, aby dodavatelé mohli přesně definovat svou nabídku. Pro výpočet životního cyklu musí dodavatel v nabídce uvést cenu setů k provedení 50 kontinuálních terapií typu CVVHD ročně. V technické specifikaci v části „Sada setů pro uvedení do provozu“ musí dodavatel nabídnout 10 setů k provedení kontinuálních terapií typu CVVHD. Touto změnou zadavatel nijak nemění předmět zakázky definovaný technickou specifikací. Zadavatel tímto pouze upřesňuje požadavky na množství a typ spotřebního materiálu.

V Příbrami, dne 2.3. 2018

Jaroslav Schovanec, MBA
vedoucí investičního odboru

