



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 3

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: **VYBAVENÍ NÁVAZNÉ PÉČE NEMOCNICE TÁBOR, a.s. – REHABILITAČNÍ TECHNIKA**

Část: **13. – Systém pro terapii v závěsu**

ZADAVATEL

Název: **Nemocnice Tábor, a.s.**
Sídlo: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003
IČO: 26095203
DIČ: CZ26095203

Zástupce zadavatele:

Název: JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát
Se sídlem: Veleslavínova 59/3, 110 00 Praha 1

nadlimitní veřejná zakázka s názvem dle ust. § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v otevřeném nadlimitním řízení

Na základě žádostí dodavatele nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace.

DOTAZ č. 1

Zadavatel v technické specifikaci pro část. 13 – Systém pro terapii v závěsu uvádí mimo jiné následující informaci:

- *Výška místnosti, ve které bude přístroj instalován je 2,9 m*

Zadavatel však neuvádí žádné další parametry stropu a místnosti.

Součástí plnění je i instalace a montáž dodávaného zařízení.

Účastník tímto žádá zadavatele o uveřejnění následujících parametrů místnost, ve které má být systém pro terapii v závěsu instalován, pro správné zpracování cenové nabídky:

- *nosnost stropu a skladbu materiálu, ze kterého je strop*
- *půdorys místnosti s rozměry a vyznačením umístění systému*
- *rozmístění stropních světel v místnosti*
- *případně rozmístění jiných (stávajících) stropních závěsů*
- *pro případ, že by nebylo možné systém zakotvit do stropu, uvedení materiálu stěn a jejich tloušťku a nosnost.*

ODPOVĚĎ NA DOTAZ č. 1

Úvodem odpovědi zadavatel upozorňuje, že poskytl účastníkům možnost zúčastnit se prohlídky místa plnění, při které bylo možno zjistit většinu z informací uvedených v tomto dotazu.

Zadavatel k tomu vysvětlení přikládá přílohou půdorys místa, ve kterém bude systém instalován (barevně vyznačeno) a výňatek z technické zprávy o hlavní nosné konstrukci objektu. Zadavatel dále uvádí:

Výzva č. 31 IROP - Zvýšení kvality návazné péče, PO 6: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, IP: Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporu sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám, SC 2.3: Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví

- Nosnost stropu – min. 300 kg/m²
- Skladba materiálu, ze kterého je strop – viz. výňatek z technické zprávy
- Půdorys místnosti s rozměry a s vyznačením umístění – viz. příloha
- Rozmístění stropních světel – stropní světlo je „mobilní“ a lze je dle potřeby demontovat. V místě instalace je přibližně v jeho středu jedna zářivka o rozměrech cca 130x30cm.
- V místě instalace není žádný jiný stropní závěs
- Nyní nejsou známy důvody, proč by nebylo možné systém zakotvit do stropu

Výše uvedené dotazy a vysvětlení nemají vliv na termín pro podání nabídek, který zůstává nezměněn.

Příloha: půdorys a technická zpráva

V Praze dne 19.7.2017

JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát
ELEKTRONICKY PODEPSÁNO