

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2

Název veřejné zakázky: **Dodávka optických stolů**

Zadavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Sídlo: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
IČ: 68378271
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel

(dale jen "zadavatel")

V Praze dne 18. září 2015

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k dané nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané formou otevřeného řízení dle § 27 zákona.


Dotaz:

The size of breadboards in SET3 shall be 600 x 300 mm, whereas the size of support frames shall be 1200 x 600 mm. It is not clear, what is meant with this. How should the breadboards be mounted in the frame? Is there only one frame for all 4 breadboards or should each breadboard be mounted in a separate frame?

*Velikost optické desky pro SET 3 má být 600x300, zatímco velikost podpůrných rámců má být 1200x600. To není jasné, co je tím míněno.
Jak má být optická deska namontovaná na rám. Je tam jenom jeden rám pro 4 optické desky, anebo má být každá optická deska namontovaná na samostatný rám?*

Odpověď: Zadavatel tímto mění technickou specifikaci požadovaného předmětu plnění (Příloha č. 4 zadávací dokumentace), a to v rozsahu níže uvedených aktualizovaných požadavků na technické podmínky. Uchazeč je povinen připravit svoji nabídku v souladu s těmito novými požadavky. Ostatní zadávací podmínky zůstávají nezměněny.

3.2.1 Sketch of breadboards SET3 (Figure 3)



REQ-009877/A

Nominal height of tabletop (OTS2) above floor level shall be 900 - 1050 mm.

REQ-009878/A

The breadboards SET3 (further BBS3) shall consist of four identical breadboards (see in Figure 3) with support frame. Frame size must match the size of the breadboards. The breadboard is freely laying on adjustable screws and or other levelling system, with protection against displacement. Each breadboard must be mounted on separate frame. The table is equipped with retractable casters (removable).

REQ-009883/A

Nominal height of tabletop (BBS3) above floor level shall be 900 - 1050 mm.

S ohledem na výše uvedené změny v technické specifikaci předmětu plnění tímto zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nabídky se podávají nejpozději do 19. 11. 2015 do 14:00 hodin na adresu OTIDEA a.s., budova METEOR C, Thámová 681/32, 180 00 Praha 8 Karlín. Nabídky je možné doručit jakýmkoli vhodným způsobem (poštou, kurýrní službou, osobně apod.) na výše uvedenou adresu v pracovní dny v době od 8:30 do 15:30 hodin, poslední den lhůty potom pouze do 14:00 hodin. Jiné doručení není považováno za řádné podání nabídky.

Otevírání obálek bude následovat ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Mgr. Zuzana Šenoldová