



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: VYBAVENÍ NÁVAZNÉ PÉČE NEMOCNICE TÁBOR, a.s. – REHABILITAČNÍ TECHNIKA

Část: 17. - Vany II.

ZADAVATEL

Název: Nemocnice Tábor, a.s.
Sídlo: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003
IČO: 26095203
DIČ: CZ26095203

Zástupce zadavatele:

Název: JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát
Se sídlem: Veleslavínova 59/3, 110 00 Praha 1

nadlimitní veřejná zakázka s názvem dle ust. § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v otevřeném nadlimitním řízení

Na základě žádostí dodavatele nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace.

DOTAZ č. 1

Prosím o upřesnění technické specifikace u výše zmíněné zakázky. Konkrétně část 17c - Celotělová léčebná vana s vířivkou, podvodní masáží a se saturátorem pro uhličitou koupel.

*Potřeboval bych upřesnit, zda zadavatel trvá na **celonerezovém** antibakteriálním povrchu.*

Při požadovaném objemu 220 litrů +/-10% je to nereálné.

Jde o překlep v povrchu vany nebo v objemu?

ODPOVĚĎ NA DOTAZ č. 1

Zadavatel trvá na nastavení technických podmínek dle zadávací dokumentace. Požaduje celonerezový antibakteriální povrch a užitný objem vody min. 220 l (+- 10 %). Zadavatel upřesňuje, že požadovaný minimální objem 220l má toleranci +/-10%.

Výše uvedené dotazy a vysvětlení nemají vliv na termín pro podání nabídek, který zůstává nezměněn.

V Praze dne 13.7.2017

JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát
ELEKTRONICKY PODEPSÁNO