



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČ: 275 20 536
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva
MUDr. Vladimír Ninger, Ph.D., člen představenstva

Název veřejné zakázky:

Přístroje pro endoskopii- část 2

Název části veřejné zakázky:

Kolonoskopická věž pro Gastroenterologickou ambulanci Litomyšlské nemocnice

V Pardubicích dne 20. 9. 2018

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), vysvětluje a mění zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz:

Náš dotaz se týká:

druhé části veřejné zakázky:

Kolonoskopická věž pro Gastroenterologickou ambulanci Litomyšlské nemocnice

kde

zadavatel požaduje jako součást dodávky dva kusy videogastroskopu. Ze zadání je zřejmé, že zadavatel požaduje videogastroskopy plně kompatibilní s poptávaným videosystémem, který přesně specifikuje. Technická specifikace poptávaných videogastroskopů je uváděna včetně požadavku přídatného oplachového kanálu.

Jakožto přední dodavatel endoskopické techniky a se znalostí dostupných produktů na trhu, máme za to, že uvedený požadavek přídatného oplachového kanálu v kombinaci s ostatními požadovanými technickými parametry a návaznou kompatibilitou k videosystému daných parametrů, není schopen plně splnit žádný z předních výrobců, aniž by některý z dalších požadovaných parametrů nebyl změněn a zároveň bylo možné dodržet požadavek maximální ceny dodávky.

Dotaz č.1:

Umožní zadavatel nabídnout požadované 2 kusy videogastroskopu typem, který nebude vybaven přídatným oplachovým kanálem ale splnění všechny ostatní požadované technické parametry a samozřejmě plně vyhoví i požadovanému medicínskému účelu? Nabídnutý typ



videogastroskopu bude zcela kompatibilní s poptávaným videosystémem a také s ostatními poptávanými zařízeními.

Zadavatel uvádí souhrnné technické parametry požadovaného systému a videogastroskopu, které považujeme za nešťastné, protože jednoznačně popisují přístroj který v kombinaci s požadovým videostémem nikdo z předních výrobců nemůže splnit. Vzhledem k tomu, že ostatní uchazeči ani tazatel nemohou uvedenou kombinaci přístrojů nabídnout, máme za to, že došlo patrně k administrativní chybě.

S ohledem na výše uvedené a v rámci předejití případného podání námitek v tomto ohledu uchazeč podává tuto žádost o dodatečné informace.

Odpověď:

Ano, zadavatel akceptuje nabídku 2 ks videogastroskopu bez přídavného oplachového kanálu.

Na základě výše uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u části 2 veřejné zakázky do 29. 10. 2018 do 11:00 hod.

Vzhledem k tomu, že lhůta pro podání nabídek končí po termínu 18. 10. 2018, kdy je zadavatel ze zákona povinen přijímat nabídky pouze v elektronické podobě, budou účastníci zadávacího řízení v dostatečném časovém předstihu před koncem lhůty pro podání nabídek informováni o způsobu elektronického podání nabídek.

Odbor investic a veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
verejne.zakazky@nempk.cz