

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název zadavatele	Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Sídlo	Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8
IČO	68378271
Právní forma	veřejná výzkumná instituce
Zástupce zadavatele	RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel
Název zakázky	Ultra-sensitive Raman system with optical continuous flow helium cryostat system
Evidenční číslo VZ	Z2024-063402
Druh zadávacího řízení	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Projekt	Feroické multifunkcionality (FerrMion), reg. č.: CZ.02.01.01/00/22_008/0004591 Operační program Jan Ámos Komenský (OP JAK)

Zadavatel obdržel dne 9. 1. 2025 níže uvedené dotazy dodavatele ke specifikaci předmětu VZ:

1) Ve specifikaci je požadován rozsah pohybu v osách x a y 50 mm. To jsme schopni nabídnout, ovšem při použití invertovaného mikroskopu bývá tento rozsah kvůli riziku kolize stolku s invertovaným objektivem rozsah pohybu omezen na 25x25 mm. Bylo by omezení rozsahu pohybu na 25x25 mm kvůli omezení rizika kolize akceptovatelné?

2) U specifikací objektivů je uvedena formulace "working distance at least...". Nejsme si jisti přesným významem této formulace. Znamená to, že pracovní vzdálenost má být rovna nebo kratší než uvedená hodnota?

Odpověď zadavatele:

Ad 1) Ano. Požadovaný rozsah pohybu stolku 50 mm v osách x a y se vztahuje na standardní odrazovou geometrii (reflection geometry). Pokud přidáním invertovaného mikroskopu dojde k omezení rozsahu pohybu na 25x25mm kvůli omezení rizika kolize stolku s invertovaným objektivem, může být takový rozsah považován za akceptovatelný.

Ad 2) Formulace "working distance at least..." znamená to, že pracovní vzdálenost má být rovna nebo DELŠÍ (VETŠÍ), než uvedená hodnota. Například "working distance at least 10 mm" znamená, že pracovní vzdálenost má být minimálně 10 mm; může být větší (11,12, atd.), ale nesmí být kratší.



Zadavatel z důvodu změny zadávací dokumentace související s odpovědí na dotaz č. 1 v souladu s § 99 odst. 2 zákona adekvátně prodloužil lhůtu pro podání nabídek. Mění se tedy znění odst. 2.2 zadávací dokumentace, ve kterém je uveden termín konce **lhůty pro podání nabídek**, a to z termínu 17. 1. 2025 na termín **14. 2. 2025 do 11:00** hodin. Nové znění první věty odst. 2.2 zadávací dokumentace je nyní toto:

2.2 Bids shall be submitted no later than on **February 14th 2025, by 11:00 am.**