



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název veřejné zakázky:

Vybavení onkogynekologického centra společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Přístroje a nástroje pro operační sály – část 9

Název části veřejné zakázky:

Přístroje a nástroje pro operační sály 9

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČ: 275 20 536
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva
Ing. Petr Rudzan, místopředseda představenstva

V Pardubicích dne 25. 5. 2018

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), vysvětluje zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1:

Dotaz č. 1 – část 9 VZ Přístroje a nástroje pro operační sály – 4K Laparoskopická věž (1 x pro COS Chrudimské nemocnice a 1 x pro COS Svitavské nemocnice)

Zadavatel v technické specifikaci pro kamerovou hlavu a kamerovou jednotku požaduje možnost elektronického nastavení ostrosti obrazu.

Bude zadavatel akceptovat obdobné technické řešení kamerové hlavy, která má manuální nastavení ostrosti obrazu, které si může vždy operátor nastavovat sám podle aktuální situace a individuálních potřeb? Námi nabízená 4K kamerová hlava má vysokou hloubku ostrosti, doostření obrazu je vždy potřeba provést pouze na začátku výkonu a poté, pokud to není nezbytně nutné, není další ostření vyžadováno. Jedná se o obdobné technické řešení, které nemá vliv na medicínský účel použití.



Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení.

Dotaz č. 2:

Dotaz č. 2 – část 9 VZ Přístroje a nástroje pro operační sály – 4K Laparoskopická věž (1 x pro COS Chrudimské nemocnice a 1 x pro COS Svitavské nemocnice)

Zadavatel v technické specifikaci pro kamerovou hlavu a kamerovou jednotku požaduje ovládací dotykový displej na čelním panelu jednotky nebo pomocí ovládacího tabletu.

Bude zadavatel akceptovat obdobné technické řešení kamerové jednotky, kterou je možné ovládat z nesterilního prostředí pomocí klávesnice s touchpadem nebo ze sterilního prostředí pomocí tlačítek kamerové hlavy. Obě dvě varianty umožňují nastavení nebo spuštění všech funkcí bez omezení. Toto technické řešení nemá vliv na medicínský účel použití.

Odpověď:

Zadavatel nebude akceptovat nabízené řešení.

Odbor investic a veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
verejne.zakazky@nempk.cz