



**OBLASTNÍ NEMOCNICE
PŘÍBRAM, a. s.**

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Přístroje pro oční oddělení“

Vysvětlení zadávací dokumentace I.

Dotaz dodavatele:

Požaduje se součást dodávky i speciální okulár se stupnicí pro měření průměru rohovky a průměru kontaktní čočky pro šterbinovou lampu (běžně toto není jako standardní příslušenství) ?

Odpověď:

Ano, zadavatel požaduje jako součást dodávky i speciální okulár se stupnicí pro měření průměru rohovky a průměru kontaktní čočky pro šterbinovou lampu (3 ks)

V Příbrami, dne 16.5.2019

.....
MUDr. Stanislav Holobrada
Předseda představenstva ON Příbram, a.s.