



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Veřejná zakázka malého rozsahu „Pořízení svářečky na krevní vaky“

Vysvětlení zadávací dokumentace I.

Dle §98 Zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Dotaz

V příloze č. 1 Technická specifikace zadavatel požaduje „Možnost svařovat i při připojení krevního vaku na pacienta“. Tento požadavek je dle klinické praxe a zavedených standardů nesplnitelný, neboť se segmenty provádějí s již odpojeným dárce. Mohl by zadavatel z výše uvedeného přehodnotit svůj požadavek na možnost svařování při připojení krevního vaku na pacienta a odstranit tento požadavek ze specifikace? Bude zadavatel akceptovat svářečku s napájením na 230 V ze sítě?

Odpověď:

Zadavatel si ověřil klinický postup prováděný při odběru krve a tímto upravuje požadavek „Možnost svařovat i při připojení krevního vaku na pacienta“ na „Možnost svařovat v těsné blízkosti pacienta, tedy přímo vedle lůžka dárce“. Při procesu segmentace je tudíž předpokládáno, že pacient již není přímo spojen s odběrným vakem.

Specifikace se dále nijak nevymezuje proti napájení ze sítě 230 V a takové napájení tedy může být akceptováno, pokud přístroj splňuje bezpečnostní normy a předpisy pro dané použití.

V Příbrami, dne 6.12. 2018

.....
Jaroslav Schovanec, MBA
vedoucí investičního odboru