



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

dle ustanovení § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČ: 275 20 536
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva
Ing. Petr Rudzan, místopředseda představenstva

Název veřejné zakázky:

**Vybavení onkogynekologického centra společnosti Nemocnice Pardubického kraje,
a.s. – Přístroje a nástroje pro operační sály – část 9**

Název části veřejné zakázky:

Přístroje a nástroje pro operační sály 9

Položka veřejné zakázky:

**4K Laparoskopická věž (1x pro COS Chrudimské nemocnice a 1x pro COS Svitavské
nemocnice)**

V Pardubicích dne 1. 6. 2018

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), vysvětluje a mění zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz:

Zadavatel v dodatečných informacích uveřejněných 28.5.2018 změnil požadavky na parametry zobrazovací soustavy požadavkem na zobrazovací standard BT2020. Jediný výrobce na trhu, který zmiňuje tento formát v marketingových materiálech, je společnost [redacted]. V současné době jsou však na trhu dostupná pouze zařízení schopná reprodukovat adaptaci formátu BT2020 a žádná digitální produkce zatím není schopna veškerých odstínů v Rec.2020 dosáhnout. Krom experimentálních kousků neexistují digitální kamery, které by celý Rec.2020 pojaly, stejně tak neexistují spotřebitelské zobrazovače, které by celý rozsah Rec.2020 dokázaly reprodukovat¹. Dle parametrů zařízení [redacted] uvedených na stránkách výrobce ani tento výrobce nevyhovuje parametrům standardu BT2020, který Zadavatel nově požaduje. Zadavatel dále nepožaduje počet barev u monitorů. Současné medicínské monitory zobrazují max. 1 mld. barev, které odpovídají 10-bit barevné hloubce, která je dle znalostí účastníka nejvyšší dostupnou barevnou hloubkou na trhu. Na základě výše uvedeného účastník považuje nový požadavek Zadavatele na standard BT2020 za nesplnitelný a ptá se, zdali bude Zadavatel akceptovat zařízení s 12-bit zpracováním obrazu, které i tak převyšuje možnosti zobrazení současných monitorů?



Odpověď:

Zadavatel trvá na splnění požadavku min. rozlišení 3840x2160 v bodech „monitor, asistenční monitor, kamerová hlava a kamerová jednotka“. Současně zadavatel umožňuje splnění těchto požadavků v rozsahu standardu BT2020.

Na základě výše uvedeného zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u části 9 veřejné zakázky do 26. 6. 2018 do 12:00 hod.

Otevírání nabídek proběhne 26. 6. 2018 ve 12:30 hod v sídle zadavatele v zasedací místnosti budovy ředitelství č. 11.

Odbor investic a veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
verejne.zakazky@nempk.cz