

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1

Název veřejné zakázky: Dodávka optických stolů

Zadavatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Sídlo: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
IČ: 68378271
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel

(dale jen "zadavatel")

V Praze dne 14. září 2015

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k dané nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané formou otevřeného řízení dle § 27 zákona.

Dotaz č. 1:

Bod 7.2, REQ-009886/A - prosím o technickou specifikaci požadovaných vlastností antivibračního systému a teplotní stability.

Article 7.2, REQ-009886/A - please send us technical specification of the required properties of anti-vibration system and thermal stability.

Odpověď: Požadovaná technická specifikace byla uvedena v příloze č. 4 zadávací dokumentace:

- First resonance frequency of the tabletop – min. 100Hz (REQ-009871/A)
- Static deflection [mm/N] – max. 5×10^{-5} mm/N (REQ-009854/A, REQ-009875/A, REQ-009881/A, REQ-009902/A, REQ-009923/A, REQ-009983/A)
- Dynamic deflection above 100Hz – max. 5×10^{-4} mm/N (REQ-009855/A, REQ-009876/A, REQ-009882/A, REQ-009903/A, REQ-009924/A, REQ-009984/A)

Dotaz č. 2:

Bod 7.2, REQ-009907/A - prosím o technickou specifikaci rozsahu frekvencí antivibračního systému a vnitřního tlumení (tuning).

Article 7.2, REQ-009907/A - please send us technical specification frequency range anti-vibration system and internal tuning.

Odpověď: Požadovaná technická specifikace byla uvedena v příloze č. 4 zadávací dokumentace:

- a. Internal tabletop construction - Honeycomb structure with internal cell size not exceeding 5 cm²
(REQ-009862/A)

Dotaz č. 3:

Bod 9. REQ-009949/A - citovaná norma ČSN EN ISO 14644 neobsahuje žádné specifikace pro optické stoly a ostatní mobiliář, co přesně je v tomto bodu míněno?

Article 9. REQ-009949/A – quoted norm ČSN EN ISO 14644 does not contain any specification for optical tables and other furniture, what exactly has been meant by this provision?)

Odpověď: ISO 14644 znamená, že stoly nebudou zhoršovat kvalitu prostředí čistých prostor. Nebudou se z nich uvolňovat částice 0,5μm a větší (pro třídu čistoty ISO 7,8 ČSN EN ISO 14644) za klidu i při manipulaci (provozu).

ISO 14644 means that tables will not deteriorate the quality of the environment clean rooms. They not release particules 0,5μm and larger (for cleanliness class 7 or 8 of the ČSN EN ISO 14644 standard) for peace and manipulation (operation).

Mgr. Zuzana Šenoldová