

## Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6

|                                              |                                                                                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název veřejné zakázky:</b>                | <b>Dodávka 1 ks laparoskopické věže pro COS Svitavské nemocnice</b>                             |
| <b>Zadavatel:</b>                            | Nemocnice Pardubického kraje, a.s.                                                              |
| <b>Sídlo:</b>                                | Kyjevská 44, 532 03 Pardubice                                                                   |
| <b>IČ:</b>                                   | 275 20 536                                                                                      |
| <b>Osoba oprávněná jednat za zadavatele:</b> | MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva<br>Ing. Petr Rudzan, místopředseda představenstva |

V Pardubicích dne 31. 5. 2017

Výše uvedený zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky.

### Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

#### Dotaz:

Součástí uvedených technických parametrů a poptávaných komponent laparoskopické věže není videoprocessor.

Domníváme se, že videoprocessor je podstatnou součástí videořetězce každé laparoskopické sestavy i vzhledem ke kompatibilitě s ostatními nabízenými součástmi laparoskopické sestavy. Prosíme tímto o doplňující informaci, zda má být videoprocessor součástí nabídky a případně prosíme o doplnění jeho požadovaných vlastností.

#### Odpověď:

Ano, zadavatel požaduje, aby byl videoprocessor součástí nabídky.

#### Zadavatel doplňuje požadované technické parametry na videoprocessor:

- Medicínský atest
- Integrované záznamové zařízení - archivace obrázků pomocí USB
- Video dokumentace pomocí externího zařízení
- Ovládání kamerové jednotky dotykovým displejem
- Zobrazovací systém – vysoké rozlišení obrazu HDTV 1920x1080p
- Integrovaná funkce úzkopásmového selektivního barevného zobrazování, čímž je možno výrazně lépe odhalit zánětlivé choroby sliznice, novotvarové léze apod.
- Nastavení vyvážení bílé automaticky, ručně přes čelní panel nebo nastavením z tlačítka videoendoskopu
- Digitální zoom až 1,5x nastavitelný ve 3 stupních
- Výstupy – min. DVI-D, HD-SDI, Y/C

- Zmrazení obrazu – z klávesnice, endoskopu nebo z programovatelného tlačítka panelu
- Možnost rotace obrazu o 180° a vertikálního a horizontálního zrcadlení obrazu
- Prostor pro uložení až 20 jednotlivých předvoleb
- Předvolba nastavení až 50 údajů patientských dat
- Možnost ovládání nastavení ve sterilním prostředí pomocí tlačítek na videoendoskopu
- Integrovaný LED zdroj studeného světla
- Výkon LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 W xenonu
- Životnost LED lampy min. 10 000 hod.
- Aktivní automatické řízení intenzity osvětlení kamerovou jednotkou dle světlených podmínek operačního pole
- Možnost manuálního nastavení intenzity osvětlení
- Součástí dodávky bude 2 ks světlovodného kabelu, pr. min. 4,25 mm, délka min. 3 m

**ZADAVATEL PONECHÁVÁ LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 19. 6. 2017 DO 11:00 HODIN.**

Odbor právní a veřejných zakázek  
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.  
e-mail: [verejne.zakazky@nempk.cz](mailto:verejne.zakazky@nempk.cz)