



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

VZ : „Zdravotnická technika pro návaznou péči“
Evidenční číslo zakázky ve věstníku veřejných zakázek: Z2018-002964

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.
Dle §98 Zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci – část 4:

Zadavatel požaduje dle požadavků na splnění minimálních technických podmínek:

- průměr distálního konce tubusu max. 3 mm

Umožní zadavatel průměr distálního konce tubusu 3,9 mm s HD čipem na distálním konci endoskopu?

Odpověď:

Zadavatel trvá na požadovaném parametru 3 mm. Minimální průměr distálního konce má vliv na kvalitu vyšetření a komfort pacienta.

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci – část 4

Zadavatel požaduje zabudovaný zdroj světla, což je řešení konkrétního výrobce. Námi nabízené řešení má zabudovaný zdroj LED světla v kamerové jednotce a oproti požadovanému systému nabízí i NBI (Narrow Band Imaging) – úzkopásmové optické zobrazení, světlo, skládá se pouze ze dvou vlnových délek - 415 nm modrého světla a 540 nm zeleného světla – obě světla absorbují hemoglobin, čím dochází ke zvýšení vizuálního kontrastu mezi slizničními strukturami, zvyšuje se viditelnost cév a tkání v porovnání s pozorováním v bílém světle. Jedná se o endoskopickou metodu určenou k diagnostice slizničních změn, které provázejí rozvoj a růst epitelových nádorů. Bude zadavatel toto řešení akceptovat?

Odpověď:

Požadavek na zabudovaný zdroj světla je zcela nezbytný pro funkci přístroje. Zadavatel si je vědom odlišných konstrukčních řešení různých výrobců ohledně umístění zdroje světla, obrazového snímače či videoprocesoru. Zadavatel ve specifikaci definuje kompletní videořetězec, a dále nevymezuje uspořádání jeho jednotlivých částí a umožňuje tak nabídnutí výrobků s různým technickým řešením. Nabízené řešení LED zdroje světla zabudovaného v kamerové jednotce tudíž vyhovuje specifikaci.

Dotaz č. 3 k zadávací dokumentaci - část 4

Zadavatel požaduje výstupy DVI (digitální), VGA (analogový). Námi nabízený systém má ekvivalentní výstupy, DVI, HD/SD-SDI, Y/C, COMPOSIT, RGB.

Bude zadavatel toto řešení akceptovat?

Odpověď:

Nabízené řešení splňuje požadavek na přítomnost digitálního a analogového výstupu. Zadavatel bude řešení akceptovat pouze v případě, že jeho součástí bude i výstup VGA. Způsob, jakým bude požadovaný výstup VGA technicky zajištěn (např. vhodný převodník), již zadavatel dále nedefinuje a je tedy na dodavateli, aby technické řešení nabídl.



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

Dotaz č. 4 k zadávací dokumentaci - část 21

Zadavatel požaduje nastavení hodnoty výkonu v modu precizní bipolární koagulace pro 0,5W. Nastavení této hodnoty nemá žádné medicínské opodstatnění. Umožní zadavatel nastavení hodnoty výkonu pro 1W, které plně splňuje daný medicínský účel?

Odpověď:

Zadavatel trvá na požadavku nastavení hodnot po 0,5 W. Hrubší krok nastavení sice také splňuje medicínský účel, nicméně jemnější krok umožňuje přesnější dávkování přeneseného výkonu a tím i přesnější řízení koagulace.

Dotaz č. 5 k zadávací dokumentaci - část 21

Zadavatel požaduje dle požadavků na splnění minimálních technických podmínek:

- autoklávovatelné bipolární elektrody. Od 1. 1. 2018 jsou jednorázové radiofrekvenční sondy pro výkony RFITT plně hrazeny pojišťovnou, číslo výkonu: 71822, kód: A001355 Radiofrekvenční ORL sonda, 3 570 bodů. Jednorázové sondy jsou šetrnější k pacientovi a bezpečnější (výrazně snižují riziko přenosu infekcí). Povolí zadavatel možnost jednorázových RFITT sond plně hrazených pojišťovnou?

Odpověď:

Zadavatel trvá na autoklávovatelném příslušenství. Skutečnost, že výkon pomocí jednorázových sond je v současné době hrazen z veřejného zdravotního pojištění neznamena, že nepředstavuje zvýšené náklady (na veřejné zdravotnictví obecně) na zajištění daného zákroku. Zadavatel preferuje ekonomicky (obecně) šetrnější variantu, neboť riziko přenosu infekce je minimální i v případě požadovaného technického řešení.

Dotaz č. 6 k zadávací dokumentaci - část 21

Zadavatel požaduje dle požadavků na splnění minimálních technických podmínek:

- frekvenci min. 4MHz při výkonu alespoň 100W

Vámi popsany parametr odpovídá konkrétnímu řešení jednoho výrobce. Nemá žádné medicínské opodstatnění. Námi nabízený generátor má větší výstupní výkon v bipolárním i monopolárním režimu 120 W a pracuje při frekvenci 470 kHz. Tepelný účinek v radiofrekvenčním modu je založen výhradně na výkonu, délce aplikace a geometrii řezné elektrody, ale nikoliv na frekvenci aplikované energie. Umožní zadavatel dodání námi nabízeného generátoru o výkonu 120W pracujícím na frekvenci 470 kHz?

Odpověď:

Zadavatel trvá na požadavku na frekvenci 4MHz. Jedná se o moderní inovativní technologii elektrochirurgie s příslibem menších poškození tkáně. Technologii vysokofrekvenční elektro-chirurgie nabízí, dle volně dostupných informací, nejméně 3 různí výrobci. Technický parametr byl stanoven jako minimální, nikoliv jako konkrétní a je možné dodat i přístroje s vyšší maximální frekvencí i výkonem.

Dotaz č. 7 k zadávací dokumentaci - část 21

Zadavatel požaduje dle požadavků na splnění minimálních technických podmínek v příslušenství pro operativu:

- monopolární jehly: 65 mm, 30mm, 20 mm

Umožní zadavatel dodání monopolárních jehel o délkách: 50mm, 25mm, 20mm?



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

Odpověď:

Zadavatel trvá na požadavku. Zadavatel na základě zkušeností jeho lékařů požaduje jehly v jím definované délce, neboť se mu jeví jako nejvhodnější z hlediska efektivity využití přístroje, širší možnosti průniku do tkáně i širšího okruhu operovatelných míst.

Dotaz č. 8 a 9 k zadávací dokumentaci - část 21

Zadavatel požaduje dle požadavků na splnění minimálních technických podmínek v příslušenství pro operativu:

- bipolární rovnou pinzetu 20cm
- bipolární zahnutou pinzetu cca 18cm

Umožní zadavatel dodání rovné bipolární pinzety o délce 19,5cm? Umožní zadavatel dodání bipolární zahnuté pinzety o délce 19,5cm?


Odpověď:

Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje bipolární rovnou pinzetu cca 20 cm a bipolární zahnutou pinzetu cca 18 cm. Je evidentní, že požadavek zadávací dokumentace neurčuje přesnou délku z důvodu různých technických řešení různých výrobců. Zadavatel má za to, že délka 19,5 cm je v poměru k požadovaným hodnotám jako srovnatelná a vyhovuje požadavku zadávacích podmínek (odchylku do 15% pojem „cca“ podle názoru zadavatele zahrnuje).

Vysvětlení k zadávací dokumentaci bez konkrétního dotazu

Zadavatel sděluje, že požadavek na prokázání technické kvalifikace stanovený v zadávacích podmínkách ve smyslu ust. § 79 odst. 2 písm. l) zákona č. 134/2016 Sb., považuje za oprávněný. **V návaznosti na předchozí vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace pak zadavatel upřesňuje, že v zadávací dokumentaci u všech částí veřejné zakázky (vždy v bodě 5.5.) umožňuje, aby dodavatel v nabídce ve smyslu ust. § 86 ZZVZ nahradil předložení požadovaných dokladů čestným prohlášením (vyjma technické kvalifikace dle bodů 5.3.1, tzn. referenci). Povinnost doložit ověřené kopie nebo originály požadovaných dokladů (certifikáty CE a prohlášení o shodě) tak bude mít ve smyslu ust. § 122 odst. 3 ZZVZ pouze vybraný dodavatel jako podmínku pro uzavření smlouvy na plnění dané části veřejné zakázky. Do nabídky tak není nutné zakládat listiny, požadované v čl. 5.3.2 písm. a) zadávacích podmínek všech dílčích částí veřejné zakázky zadávací dokumentace (tzn. prohlášení o shodě a CE certifikát), postačí čestné prohlášení, že dodavatel takovými listinami disponuje. Zadavatel pak bude vyzývat k předložení originálů nebo ověřených kopií daných listin jen vybraného dodavatel před uzavřením smlouvy ve smyslu ust. § 122 odst. 3 ZZVZ, neboť nemá dle zákona jinou možnost. Co se týče samotných důvodů, proč zadavatel vyžaduje doložení existence daných listin pro dodávané výrobky, odkazuje zadavatel na vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace.**

V Příbrami, dne 14.2.2018


Jaroslav Schovanec, MBA
vedoucí investičního odboru

