



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Veřejná zakázka: **VYBAVENÍ NÁVAZNÉ PÉČE NEMOCNICE TÁBOR, a.s. – REHABILITAČNÍ TECHNIKA**

Část: **17. - Vany II.**

ZADAVATEL

Název: **Nemocnice Tábor, a.s.**
Sídlo: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003
IČO: 26095203
DIČ: CZ26095203

Zástupce zadavatele:

Název: JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát
Se sídlem: Veleslavínova 59/3, 110 00 Praha 1

nadlimitní veřejná zakázka s názvem dle ust. § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v otevřeném nadlimitním řízení

Na základě žádosti dodavatele nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace.

DOTAZ č. 1

V Příloze č. 1 „Technická specifikace poptávaného zařízení“ zadávací dokumentace je v částí 17 a, 17 b a 17 c požadováno u celotělových van:

- Podvodní masáž vč. ukazatele a regulace tlaku.

Ze zadání není zřejmé, zda zadavatel požaduje podvodní masáž pomocí trysek zabudovaných přímo ve vaně, nebo masáž pomocí hadice s kruhovou tryskou, kterou aplikuje klientovi personál rehabilitace.

V případě, že zadavatel požaduje masážní hadici s tryskou, rád bych upozornil na skutečnost, že u celotělových van 17 a a 17 c je požadován užitný objem cca 220 l, což bude pro poskytování podvodní masáže problematické, vzhledem k velikosti vany.

Dotaz č. 1:

Žádám zadavatele o přesnou specifikaci pojmu podvodní masáž u celotělových van 17 a, 17 b a 17 c.

ODPOVĚĎ NA DOTAZ č. 1

U všech van (17a-17c) je požadováno, aby součástí vany bylo zařízení pro ruční podvodní masáž, tj. hadice s ukazatelem a s regulací tlaku vody. Všechny vany jsou specifikované tak, aby byly v rámci vodoléčby použitelné i pro jiné účely použití uvedené v zadání (vířivou koupel, perličkovou koupel, uhličitou koupel) a užitný objem vody 220 l je u van 17a (Celotělová léčebná vana s podvodní masáží, vířivkou a perličkou) a 17c (Celotělová léčebná vana s vířivkou, podvodní masáží a se saturátorem pro

uhličitou koupel) pro zadavatele dostatečný. Pro pacienty s větším BMI bude pro podvodní masáže využívaná vana 17b (Celotělová léčebná vana s vířivkou a podvodní masáží) s min. užitným objemem vody 350 l.

Výše uvedené dotazy a vysvětlení nemají vliv na termíny pro podání nabídek, který zůstává nezměněn.

V Praze dne 28.6.2017

JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát