

Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Název veřejné zakázky:

Motodlahy

Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na zdravotnické přístroje včetně příslušenství.

Položka veřejné zakázky: kolenní motodlaha – 4 ks

Technické požadavky:

- Plynulé nastavení rychlosti pohybu motodlahy až do 200°/ min
- Rozsah pohybu v kolenním kloubu od -10° v extenzi do 120° ve flexi
- Rozsah pohybu v kyčelním kloubu od 0° do 115°
- Záznam průběhu rehabilitace na čipové kartě
- Možnost nastavení pauzy ve flexi či extenzi
- Možnost nastavení zpětného chodu - bezpečnostní prvek
- Oscilace – čtenější opakování posledních 10°
- Protažení – pomalé navýšení max. rozsahu o 5°
- Grafické znázornění rehabilitace
- Není nutná přestavba pravá / levá končetina
- Plynulé nastavení rozsahu pohybu podle potřeb pacienta
- Podpěry stehna, lýtky a botičky z lehce omyvatelného materiálu
- Protiskluzová podložka
- Zahřívací program - postupné zvyšování rozsahu
- Snadná manipulace – hmotnost max. 15 kg

Položka veřejné zakázky: transportní vozík pro kolenní motodlahu – 3 ks

Technické požadavky:

Tři transportní vozíky pro kolenní motodlahy.

Položka veřejné zakázky: ramenní motodlaha – 1 ks

Technické požadavky:

- Anatomický pohyb – tři synchronizované motory
- Úhly nastavitelné na motoru
- Individuální nastavení všech léčebných parametrů na čipové kartě pacienta, možnost sledování terapie a přenosu dat do PC
- Jednoduchý barevný dotykový displej
- Snadná přestavba – jednoduchá a rychlá technika přestavby pro levostrannou a pravostrannou rehabilitaci
- Možnost nastavení jednoho, dvou nebo tří pohybů samostatně na čipovou kartu
- Maximální ergonomie – optimální uložení zdravé končetiny a nastavitelná opěrka hlavy a zad
- Monitoring průběhu rehabilitace – možnost uložit individuální léčebná data na čipovou kartu
- Dotykové dálkové ovládání s čipovou kartou

Speciální programy

- zahřívací program
- oscilace – čtenější opakování mezních 10°
- protažení – postupné zvyšování rozsahu pohybu o 5° + oscilace v mezních 10°
- zpětný chod – bezpečnostní prvek
- plynulá regulace rychlosti od 20° do 200° / min
- doba trvání terapie
- oddělené pauzy v krajních polohách
- synchronní nebo asynchronní chod motorů
- izolované pohyby - samostatná abdukce / addukce, rotace, flexe

Rozsahy pohybu

- abdukce /addukce 0° - 30° – 160°
- vnitřní / vnější rotace 90° – 0° – 90°
- flexe (elevace - zdvih) 0° - 30° – 160°
- antevertze / retrovertze 110° - 0° – 10°

Další podmínky a požadavky společné pro všechny přístroje

- V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.)
- V záruční době bezplatná výměna náhradních dílů.
- Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi.
- Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu.
- Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže.
- Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodávaného přístroje.
- Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.