

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČ: 275 20 536
DIČ: CZ27520536

Oznámení o vyloučení účastníka zadávacího řízení

Název veřejné zakázky:

UV kabina pro kožní oddělení Pardubické nemocnice

Zadavatel ve výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu rozhodl o

VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Obchodní název dodavatele	Sídlo společnosti	Právní forma	IČ
Medicton Group s.r.o.	Jiráskova 609, 572 01 Polička	společnost s ručením omezeným	27485391

Z VÝŠE UVEDENÉ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Odůvodnění:

Hodnotící komise po posouzení nabídky účastníka zadávacího řízení dospěla k závěru, že nabízená celotělová ozařovací kabina nesplňuje níže uvedené technické parametry požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci v příloze č. 2 Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky).

Technický parametr „- Reflektory z leštěného hliníkového plechu pro každou UV trubici zvlášť“.

Nabízená ozařovací kabina neobsahuje požadované vybavení. Dle vyjádření dodavatele je optimální distribuce záření zajištěna oválným tvarem kabiny.

Technický parametr „Schránka v podlaze na papírovou roli“.

Nabízená celotělová ozařovací kabina neobsahuje požadované zařízení.

Technický parametr „Protiprachové filtry v horní i dolní části kabiny, možnost filtry prát“.

Nabízená celotělová ozařovací kabina neobsahuje protiprachové filtry.

Technický parametr „Možnost připojení k PC s programem evidujícím terapii pacientů (do budoucna hlavně forenzní důvody), který umožňuje nastavení zvyšování dávky v J/cm², nastavení dávky každý x-tý den, sestavení kompletního individuálního terapeutického plánu, grafické znázornění průběhu terapeutického plánu, automatickou korekci terapeutického plánu při vynechání ozařování, obsahuje

vzorové terapeutické plány, výpočet PASI, dokáže určovat kumulovanou dávku na základě historie ozařování pacienta, umožňuje nastavení uživatelů s různými úrovněmi pravomoci (lékař, sestra)“.



Nabízená celotělová ozařovací kabina nedisponuje výpočtem PASI.

Na základě výše uvedeného doporučuje hodnotící komise vyřadit nabídku a vyloučit účastníka Medicton Group s.r.o., IČ 27485391, se sídlem Jiráskova 609, 572 01 Polička ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel tímto přijímá doporučení hodnotící komise.

V Pardubicích dne

1-02- 2018


.....
MUDr. Tomáš Gottvald
předseda představenstva
.....
Ing. Petr Rudzan
místopředseda představenstva