



### VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 7

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

**Veřejná zakázka: VYBAVENÍ NÁVAZNÉ PÉČE NEMOCNICE TÁBOR, a.s. – Laboratorní technika**

**Část 5: Přístroje metody ELISA**  
**a) Promývačka pro metodu ELISA**  
**b) Fotometr pro metodu ELISA**

#### ZADAVATEL

Název: **Nemocnice Tábor, a.s.**  
Sídlo: Tábor, kpt. Jaroše 2000, PSČ 39003  
IČO: 26095203  
DIČ: CZ26095203

#### Zástupce zadavatele:

Název: JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát  
Se sídlem: Veleslavínova 59/3, 110 00 Praha 1

nadlimitní veřejná zakázka s názvem dle ust. § 25 a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v otevřeném nadlimitním řízení

---

Na základě žádostí dodavatele nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení/změnu/doplnění zadávací dokumentace.

#### **DOTAZ č. 1**

- 1) Zadavatel požaduje promývat i jamky tvaru V. To je sice technicky možné, ale v praxi velmi neobvyklé. Většina aplikací probíhá v destičkách s plochým případně U dnem. U naší promývačky je promývání jamek tvaru V možné, ale vyžaduje speciální promývací hlavu, která je velmi drahá a zbytečně by zvýšila hodnotu zakázky. Rádi bychom požádali zadavatele o opakované zvážení, zda je nutné i promývaní jamek s V dnem a možnost tento požadavek vyřadit.

#### **ODPOVĚď č. 1**

Zadavatel trvá na nastavení technických podmínek dle zadávací dokumentace.

#### **DOTAZ č. 2**

- 2) Zadavatel požaduje nastavení rychlosti dávkování. Naše promývačka má pouze jednu rychlost dávkování, která je nastavena tak, aby byla šetrná k reagenciím navázaným na povrch destičky. Není obvyklé nastavovat rychlost dávkování a rádi bychom požádali zadavatele o opakované zvážení, zda je nutné regulovat rychlost dávkování a možnost tento požadavek vyřadit. Zpřístupnilo by to zakázku více potenciálním dodavatelům.

## **ODPOVĚĎ č. 2**

Zadavatel trvá na nastavení technických podmínek dle zadávací dokumentace.

Zadavateli byly výše uvedené dotazy doručeny dne 15. 8. 2017. Tím, že na ně zadavatel odpovídá dne 23. 8. 2017, překročil lhůtu 3 pracovních dnů pro uveřejnění odpovědi dle § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to o 3 pracovní dny. V souladu s ustanovením § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek proto zadavatel prodlužuje **u části 5 - Přístroje metody ELISA**

**a) Promývačka pro metodu ELISA**

**b) Fotometr pro metodu ELISA**

**Lhůtu pro podání nabídek do dne 13. 10. 2017 do 10:00 hodin. Termíny pro podání ostatních částí zůstávají nedotčeny.**

V Praze dne 23. 8. 2017

---

JUDr. Petr Šustek, Ph.D., advokát  
ELEKTRONICKY PODEPSÁNO