



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



společnost pro zadávání veřejných zakázek
a organizaci výběrových řízení

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
CC/OŘ/KNL3/17

Vyřizuje / linka

Ing. Stahlová /481 030 368

Liberec

3. 10. 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

„Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – I.“

Vážení dodavatelé,

z pověření zadavatele, Krajská nemocnice Liberec, a.s. se sídlem: Liberec, Staré Město, Husova 357/10, 460 01 Liberec I, zastoupeného MUDr. Ludkem Nečesaným, MBA, místopředsdou představenstva Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Veřejná zakázka „Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – I.“ byla vyhlášena zadavatelem formou otevřeného nadlimitního řízení se zveřejněním Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne 06.09.2017 pod evidenčním číslem zakázky: Z2017-024464 (dále jen „veřejná zakázka“).

Vysvětlení č. 3 se týká části 11 Přístroj na chlazení a ohřev pacienta

Dotaz:

V příloze č. 2 Formulář technické specifikace ZD pro část 11 Přístroj pro chlazení a ohřev pacienta je v „Popisu požadovaných předmětů a technologického řešení/parametrů“ mimo jiné uvedeno:

Teplota kapaliny/media v rozsahu 4 – 42 °C.

Tento parametr je opsán ze specifikace konkrétního výrobku a je zcela diskriminační. Různí výrobci mají pochopitelně trochu odlišné konstrukce a v tomto důsledku nepotřebují k provozu teplotu kapaliny v požadovaném rozsahu a teplota je odlišná. Uchazeč nabízí vysoce moderní systém, který má vyšší účinnost, a proto teplota kapaliny je v rozsahu 13 – 40,8 stupňů Celsia.

Bude zadavatel vzhledem k výše uvedeným skutečnostem akceptovat nabídku na modernější systém s teplotou v rozsahu 13 – 40,8 stupňů Celsia samozřejmě při zachování stejného medicínského účelu?

Tazatel tedy na závěr tohoto dotazu konstatuje, že definovaný rozsah požadovaných technických parametrů stanovených zadavatelem v předmětných zadávacích podmínkách je stanoven diskriminačně, tudíž v rozporu se základními zásadami stanovenými ustanovením § 6 zákona. Tazatel věří, že zadavatel zodpoví tento dotaz nejen ve lhůtě stanovené zákonem, ale rovněž vezme v potaz charakter tohoto dotazu, a to s ohledem na skutečnost, že dotaz směřuje na technické parametry, které jsou ve své současné podobě v rozporu se základními zásadami § 6 zákona.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel má dle svého průzkumu trhu zjištěno, že zmíněným nastavitelným teplotním rozsahem disponuje několik předních světových výrobců. Zadavatel zároveň připouští toleranci +/- 1% z uvedeného rozsahu, tj. za splnění parametru bude považováno i nabídnutí systému s teplotou kapaliny/media v rozsahu 5-41°C. Požadovaný teplotní rozsah je pro zadavatele důležitý v případech zástavy oběhu nebo otoku mozku. Zadavatel tedy na svém požadavku trvá a neakceptuje uchazečem uváděné teplotní nastavení.

Toto vysvětlení zadavatel uveřejňuje v souladu s § 98 ZZVZ na profilu zadavatele na adrese:
<http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/8c873c0f-2d3a-488d-8d74-15a411f9b78c>

S pozdravem




Ing. Martina Bufková Rychecká
jednatelka společnosti Compet Consult s.r.o.,
pověřené výkonem zadavatelských činností