



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

VZ : „Zdravotnická technika pro návaznou péči“
Evidenční číslo zakázky ve věstníku veřejných zakázek: Z2018-002964

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6.
Dle §98 Zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci – část 14 – LPSK instrumentárium, vč. sterilizačních kontejnerů, 1 sada:

Zadavatel v technické specifikaci v části 14 mimo jiné požaduje 2 ks – laparoskopická optika průměr 5 mm, 12°, autoklávovatelná, vč. světlovodných kabelů příslušného průměru – délka min. 3 m.

Domníváme se, že optika pro laparoskopické výkony těchto rozměrů s úhlem 12° není běžně používána, ani vyráběna. Bude zadavatel akceptovat nabídku laparoskopické optiky s úhlem 30° při zachování ostatních parametrů?

Odpověď:

Zadavatel definoval parametry příslušné laparoskopické techniky v návaznosti na jeho současné potřeby dané současným vybavením, kterým disponuje. Daná technická specifikace musí být dodržena, jinak by nebyla zajištěna upotřebitelnost dodané laparoskopické techniky pro současné přístroje v držení zadavatele. Zadavatel proto na technické specifikaci uvedené v zadávacích podmínkách trvá.

V Příbrami, dne 20.2.2018

Jaroslav Schovanec, MBA
vedoucí investičního odboru

