



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



VYSVĚTLENÍ / DOPLNĚNÍ / ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 1

Část č. 2 - Gynekologické vyšetřovací křeslo

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČ: 275 20 536
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva
Ing. Petr Rudzan, místopředseda představenstva
Název veřejné zakázky: Vybavení onkogynekologického centra společnosti Nemocnice
Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice - 1. Fáze – 3. kolo
Část veřejné zakázky: Část 2 - Gynekologické vyšetřovací křeslo
Druh veřejné zakázky: Dodávky, zakázka malého rozsahu, výběrové řízení

V Pardubicích dne 5. 2. 2018

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto poskytuje vysvětlení k výzvě k podání nabídek, případně informuje o provedené změně či doplnění této výzvy. Toto vysvětlení/doplnění/změna (dále jen „vysvětlení“) se uveřejňuje na profilu zadavatele.

Dotaz:

Dobrý den,

Prosím o dodatečné informace k veřejné zakázce "**Vybavení onkogynekologického centra společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice - 1. Fáze - 3. kolo**" příloha č. 2 Technické požadavky část 3. Gynekologické vyšetřovací křeslo

Dotaz č. 1

V technické specifikaci zadavatel požaduje nastavení sklonu opěradla elektropohonem v rozsahu min. 0° - 80° Námí dodávané gynekologické křeslo umožňuje nastavení v rozsahu 0° - 52°. Bude zadavatel akceptovat rozsah tohoto nastavení?

Dotaz č. 2

V technické specifikaci zadavatel požaduje nastavení sklonu sedáku (Trendelenburg) elektropohonem v rozsahu min. 0° - 30° Námí dodávané gynekologické křeslo umožňuje nastavení (Tredelengurg) v rozsahu 0° až -19° opěradlo a 0° až +19° sedák. Bude zadavatel akceptovat rozsah tohoto nastavení?

Děkuji za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 1:

Účastník nesprávně v dotazu uvádí, že jde o část 3. Gynekologické vyšetřovací křeslo.

Jedná se o část 2 - Gynekologické vyšetřovací křeslo předmětné veřejné zakázky.

Zadavatel na základě dotazu účastníka v Příloze č. 2 -Technické požadavky - Část 2 původní znění textu

- Nastavení sklonu opěradla elektropohonem v rozsahu min. 0° až + 80°





nahrazuje novým zněním:

- Nastavení sklonu opěradla elektropohonem v rozsahu min. 0° až + 50°

Odpověď na dotaz č. 2:

Účastník nesprávně v dotazu uvádí, že jde o část 3. Gynekologické vyšetřovací křeslo.

Jedná se o část 2 - Gynekologické vyšetřovací křeslo předmětné veřejné zakázky.

Účastník nesprávně v dotazu uvádí, že v technické specifikaci zadavatel požaduje nastavení sklonu sedáku (Trendelenburg) elektropohonem v rozsahu min. 0°- 30°.

V technické specifikaci zadavatel uvádí:

- Nastavení sklonu sedáku (Trendelenburg) elektropohonem v rozsahu min. 0° až + 20°

Zadavatel na základě dotazu účastníka v Příloze č. 2 -Technické požadavky - Část 2 původní znění textu

- Nastavení sklonu sedáku (Trendelenburg) elektropohonem v rozsahu min. 0° až + 20°

nahrazuje novým zněním:

- Nastavení sklonu sedáku (Trendelenburg) elektropohonem v rozsahu min. 0° až + 15°

Upravené znění dokumentu „Příloha č. 2 - Technické požadavky Revize 1“ je přílohou tohoto vysvětlení a je samostatně uveřejněno na profilu zadavatele.

Příloha:

- Příloha č. 2 -Technické požadavky - Část 2 Revize 1

Na základě výše uvedeného zadavatel **ruší původní lhůtu pro podání nabídek pro Část 2** stanovenou na 9. 2. 2018 do 13:00 hod. a ruší původní termín pro otevírání pro tuto část stanovený 9. 2. 2018 ve 13:30 hod.

ZADAVATEL PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK PRO ČÁST 2 A NOVĚ STANOVUJE:

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 23. 2. 2018 do 13:00 hod.

Otevírání obálek s nabídkami se bude konat 23. 2. 2018 ve 13:30 hod.

Lhůty pro ostatní části veřejné zakázky zůstávají beze změny.

Odbor investic a veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
e-mail: verejne.zakazky@nempk.cz



Příloha č. 2 - Technické požadavky
DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Název výběrového řízení:	Vybavení onkogynekologického centra společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s., Pardubická nemocnice - 1. Fáze - 3. kolo
Číslo části: 2.	Název části: Gynekologické vyšetřovací křeslo

Zadavatel níže vymezuje závazné technické podmínky, vlastnosti a požadavky na předmětnou část výběrového řízení.

Popis zadavatelem stanovených závazných požadavků	Popis splnění požadavků stanovených zadavatelem. Účastník (dodavatel) uvede způsob splnění požadavků a skutečné hodnoty technických parametrů nabízeného přístrojového vybavení a odkaz na další doklady ve své nabídce prokazující splnění stanovených požadavků.
• Pracovní plocha rozdělená na sedák a opěradlo s hlavovým dílem	.
• Nožní díl nastavitelný elektropohonem	.
• Ovládání všech elektropohonů ručním ovladačem	.
• Výška nastavitelná elektropohonem v rozsahu min. 650 mm – 900 mm	.
• Nastavení sklonu opěradla elektropohonem v rozsahu min. 0° až + 50°	.
• Nastavení sklonu sedáku (Trendelenburg) elektropohonem v rozsahu min. 0° až + 15°	.
• Možnost naprogramování min. 3 pracovních poloh	.
• Nosnost min. 150 kg	.
• Šířka pracovní plochy 600 mm až 650 mm	.
• Příslušenství:	.
○ Nerezová miska	.
○ Madla pro pacienta	.
○ Držák na papírové role	.
○ Polstrovaná podpěra nohy - tzv. šauty – 2 ks	.
○ Bezešvá koženková ložná plocha pro snadnou desinfekci	.
○ Halogenová nebo LED osvětlení na ohebném krku	.
○ 4 brzditelná kolečka o průměru min. 70 mm	.