

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Název zadavatele	Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Sídlo	Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
IČO	68378271
Právní forma	veřejná výzkumná instituce
Zástupce zadavatele	RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel
Název zakázky	Detector for back-scatter Laue method
Projekt	Ferroic Multifunctionalities (FerrMion) CZ.02.01.01/00/22_008/0004591 Operační program Jan Ámos Komenský (dále jen „OP JAK“)
Druh zadávacího řízení	zakázka malého rozsahu na dodávky; toto zadávací řízení není zadávacím řízením dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, řídí se pravidly OP JAK

Zadavatel obdržel dne 10.9.2024 dotaz k zadávacím podmínkám:

Dotaz: co znamená zkratka "cps"

V textu : The evaluated parameters

Třetí bod: Value of maximum guaranteed average dark current per pixel in cps

Odpověď zadavatele:

- Jedná se o „counts per second“ (cps), tedy anglicky „digitally registered photon hits per second including possible false hits (counted intensity values that occur statistically due to intrinsic noise of the detector electronics) depending on the context“, v češtině „digitálně registrované zásahy fotonů za sekundu včetně možných falešných zásahů (napočítané hodnoty intenzity, které se uspokojivě vyskytují v důsledku vnitřního šumu elektroniky detektoru) v závislosti na kontextu“.

Zadavatel v důsledku výše uvedeného vysvětlení informací prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, tedy mění i znění odst. 3. výzvy k podání nabídek, které nově zní:

Lhůta pro podání nabídek končí dne **16. 9. 2024 v 11:00 hodin**.

V AJ (in English):

The deadline for submission of bids expires on **September 16th 2024 by 11:00 am**.