



**OBLASTNÍ NEMOCNICE
PŘÍBRAM, a. s.**

Veřejná zakázka malého rozsahu

**„Přístroje pro oční oddělení“
Vysvětlení zadávací dokumentace II.**

Dotaz dodavatele:

Z technické specifikace není jasné, zda se jedná o fotošterbinové lampy, které budou ihned dělat snímky oka a ukládat je do PC. Nebo o klasickou ŠL s možností budoucího upgradu na fotošpalu. Prosím o vysvětlení.

Odpověď:

Jedná se o standardní šterbinovou lampu, nikoliv fotošterbinovou lampu. Tzn. ani budoucí upgrade nepožadujeme.

V Příbrami, dne 22.5.2019

.....
MUDr. Stanislav Holobrada
Předseda představenstva ON Příbram, a.s.