



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA
KONKURENCESCHOPNOST



DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 6

Název zadavatele: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Sídlo: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
Identifikační číslo: 68378271
Osoby oprávněné
jednat za zadavatele: prof. Jan Řídký, DrSc. - ředitel

Název veřejné zakázky: Monitorování přítomnosti čpavku ve vzduchu II

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 49 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahujícím se k dané veřejné zakázce na dodávky zadávané formou otevřeného řízení dle § 27 zákona a zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 498070.

Dotaz 1:

V zadávacích podmínkách píšete: „Součástí plnění je i předání úplné dokumentace.“ Konkrétně které dokumenty potřebujete dodat?

Odpověď:

Zadavatel požaduje technickou dokumentaci k jednotlivým komponentám systému (řídící jednotce a jednotlivým čidlům) a schéma propojení komponent.

Dotaz 2:

Můžete prosím uvést počet a umístění světelné a zvukové signalizace?

Odpověď:

Jak vyplývá z předcházejících doplňujících informací č. 3, budou potřeba 3 světelné signalizace lišící se barvou a jedna signalizace zvuková. Signalizace bude umístěna na chodbě před vstupem do místnosti.

V Praze