



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



společnost pro zadávání veřejných zakázek
a organizaci výběrových řízení

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
CC/OŘ/KNL3/17

Vyřizuje / linka

Ing. Stahlová /481 030 368

Liberec

18. 10. 2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

„Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – I.“

Vážení dodavatelé,

z pověření zadavatele, Krajská nemocnice Liberec, a.s. se sídlem: Liberec, Staré Město, Husova 357/10, 460 01 Liberec I, zastoupeného MUDr. Ludkem Nečesaným, MBA, místopředsdou představenstva Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Veřejná zakázka „Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – I.“ byla vyhlášena zadavatelem formou otevřeného nadlimitního řízení se zveřejněním Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne 06.09.2017 pod evidenčním číslem zakázky: Z2017-024464 (dále jen „veřejná zakázka“).

Vysvětlení č. 7 se týká části 15 Endoskopie

Dotaz:

Zadavatel v technické specifikaci parametrů na pediatrický videokolonoskop požaduje hodnotu zorného pole optiky úhel 170° s tolerancí +/- 10%.

Vzhledem k tomu, že v současné době existuje na trhu pouze jediný výrobce pediatrického videokolonoskopu s požadovaným úhlem zorného pole v hodnotě 170°, je tento parametr pro ostatní potenciální uchazeče i při toleranci +/- 10% primárně nesplnitelný a proto jej lze považovat vzhledem k účasti dalších možných uchazečů za diskriminační.

Umožní zadavatel nabídnout pediatrický videokolonoskop se zorným polem v hodnotě „min. 140°“ při splnění všech ostatních medicínských důležitých parametrů a zachování téhož medicínského použití a účelu?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje pro vyšetřování pediatrických pacientů "tenký" videokolonoskop, jehož specifikace sestává jednak z parametrů optického systému, tak i zaváděcího tubusu. Úhel zorného pole optiky 170° u "tenkého" resp. pediatrického videokolonoskopu splňují i další výrobci. Tento parametr není dle zadavateli dostupných informací o trhu ojedinělým řešením jediného výrobce.

Široké zorné pole umožňuje preciznější zobrazení hůře vyšetřitelných oblastí (například za řasami tlustého střeva), čímž dále snižuje možnost přehlédnutí patologických lézí.

Zadavatel na uvedeném požadavku trvá a nebude měnit požadavky na technickou specifikaci položky 1.20 - Endoskopická technika.

Toto vysvětlení zadavatel uveřejňuje v souladu s § 98 ZZVZ na profilu zadavatele na adrese:
<http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/8c873c0f-2d3a-488d-8d74-15a411f9b78c>

S pozdravem




Ing. Martina Bufková Rychecká
jednatelka společnosti Compet Consult s.r.o.,
pověřené výkonem zadavatelských činností