

Technické a dodací podmínky

ČÁST A

A) Technické požadavky zadavatele na inzulínovou injekční stříkačku 1 ml 30 G:

- sterilita
- minimálně trojí broušení hrotu (3 roviny ostří)
- jehla potažená silikonem
- rozměr jehly 0,3 x 12 mm
- Šířka jehly 30 G
- objem těla stříkačky 1 ml
- stupnice 40 i.u. gumový píst bez latexu
- bezkontaktní možnost odejmutí jehly (ve sterilní krytce)
- bezkontaktní možnost zpětného nasazení jehly (ve sterilní krytce)
- zarážka pístu, která znemožní nasátí většího objemu kapaliny, než je požadovaný objem,
- píst s dorazem (ve stříkačce nezůstane po vystříknutí žádná kapalina), tj. co nejmenší tzv. dead space volume, tedy možnost aplikovat tekutinu téměř beze zbytku (zbytek maximálně 0,3 µl).
- Balení po 1 ks

Splnění požadavku zadavatele na inzulínovou injekční stříkačku je nutno doložit **technickou specifikací** nabízené injekční stříkačky

Předpokládané množství ročního odběru: 1.700.000 ks

ČÁST B

B) Technické požadavky zadavatele na inzulínovou injekční stříkačku 0,5 ml 30 G:

- sterilita
- minimálně trojí broušení hrotu (3 roviny ostří)
- jehla potažená silikonem
- Šířka jehly 30 G
- rozměr jehly 0,3 x 12 mm
- objem těla stříkačky 0,5 ml

- stupnice 50 i.u. gumový píst bez latexu
- bezkontaktní možnost odejmutí jehly (ve sterilní krytce)
- bezkontaktní možnost zpětného nasazení jehly (ve sterilní krytce)
- zarážka pístu, která znemožní nasátí většího objemu kapaliny, než je požadovaný objem
- píst s dorazem (ve stříkačce nezůstane po vystříknutí žádná kapalina), tj. co nejmenší tzv. dead space volume, tedy možnost aplikovat tekutinu téměř beze zbytku (zbytek maximálně 0,3 µl).

Splnění požadavku zadavatele na inzulinovou injekční stříkačku je nutno doložit **technickou specifikací** nabízené injekční stříkačky

Předpokládané množství ročního odběru: 80.000 ks