

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: 000910630/2021-R

VYŘIZUJE: Mgr. Aneta Štěpničková

TEL: 272 095 124

E-MAIL: astepnickova@zpmvcr.cz

DATUM: 31. 3. 2021

Vysvětlení č. 1 zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), oznamujeme, že jsme obdrželi žádost o vysvětlení zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Dodávky antigenních testů na detekci SARS-CoV-2 pro ZP MV ČR**“ evidované u zadavatele pod č.j.: 000910630/2021-R.

V souladu s citovaným ustanovením ZZVZ uveřejňujeme anonymizované znění žádosti spolu se zněním naší odpovědi (viz příloha tohoto dopisu) na profilu zadavatele ZP MV ČR.

Tímto sdělením dochází nejen k vysvětlení, ale také ke změně a doplnění zadávací dokumentace č. 1 ve smyslu ust. § 99 odst. 1 ZZVZ. Tato změna vč. upravené přílohy č. 1 návrhu Rámcové kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu zadavatele e-zakazky dostupném na adrese:

<https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/9efb23ac-d9c4-4349-b453-2462359b0cba>

V souladu s ust. 99 odst. 2 ZZVZ bude také přiměřeně prodloužena lhůta pro podání nabídek.

Příloha: Znění žádosti a vysvětlení

S pozdravem

.....
Ing. Vratislav Matys, MBA
předseda komise k veřejné zakázce
Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra
České republiky

Anonymizované znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

„Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na dodávky s názvem „Dodávky antigenních testů na detekci SARSCoV-2 pro ZP MV ČR“, zveřejněné na profilu zadavatele dne 25. 3. 2021 pod interním číslem zakázky 000910630/2021-R, zadavatele Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Vinohradská 2577/178, 130 00, Praha 3, IČ 47114304. Jako dodavatel Vás dle čl. 98 ZZVZ a bodu 11. Výzvy k podání nabídek žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace v následujících bodech:

1) Zadavatel uvádí jako jeden z požadavků na specifikaci antigenních testů v Příloze č. 1 Návrhu RC způsob testování: „samosběrem vzorku laickou osobou z ústní dutiny nebo ze slin“.

Vzhledem k tomu, že testy ze slin jsou obvykle dražší, zato však méně přesné než testy z přední části nosu, dodáváme klientům převážně testy pro odběr z přední části nosu. Bude zadavatel akceptovat i nabídky testů pro odběr z přední části nosu?

Zadavatel je při formulaci technických podmínek povinen dodržovat zásady nediskriminace. Vymezením technických podmínek nesmí zadavatel bezdůvodně zvýhodnit či znevýhodnit některé dodavatele. Pokud by technické podmínky byly stanoveny bezdůvodně přísně, mohlo by jít o jednání, které brání hospodářské soutěži.

Na základě výše uvedeného považujeme požadavek zadavatele na samosběr vzorku z ústní dutiny nebo ze slin za diskriminační, porušující zásadu rovného zacházení, omezující hospodářskou soutěž, kdy Ministerstvo zdravotnictví ČR zahrnuje mezi neinvazivní antigenní testy k detekci antigenu SARS-COV-2 jak testy z ústní dutiny a ze slin, tak také z přední části nosu, na tyto typy odběru jsou udělovány Výjimky dle § 8 odst. 4 Nařízení vlády č. 56/2015 Sb.“

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel sděluje, že bude akceptovat nabídky testů pro odběr z přední části nosu na detekci SARS-CoV-2 laickou osobou, na které byla udělena Výjimka pro antigenní testy vydaná Ministerstvem zdravotnictví České republiky dle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Na základě výše uvedeného dotazu zadavatel přistoupil ke změně zadávací dokumentace veřejné zakázky, konkrétně přílohy č. 1 (Specifikace a nabídková cena antigenních testů) návrhu Rámcové kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace. Tato změna vč. upravené přílohy č. 1 návrhu Rámcové kupní smlouvy bude uveřejněna na profilu zadavatele e-zakazky dostupném na adrese:

<https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/9efb23ac-d9c4-4349-b453-2462359b0cba>

V souladu s ust. 99 odst. 2 ZZVZ bude také přiměřeně prodloužena lhůta pro podání nabídek.