



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

VZ : „Zdravotnická technika pro návaznou péči“
Evidenční číslo zakázky ve věstníku veřejných zakázek: Z2018-002964

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8.
Dle §98 Zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci – část 4 – položka 170012 Automatický dezinfektor endoskopů:

Je požadován dezinfekční automat, ve kterém lze mytí 2 flexibilní endoskopy a 4 rigidní endoskopy současně? Obvykle mají dezinfektory možnost mytí 2 flexibilních endoskopů nebo 4 rigidních endoskopů.

Je možné nabídnout možnost mytí buď 2 flexibilních endoskopů, nebo 4 rigidních endoskopů?

Odpověď:

Zadavatel ve specifikaci nepožaduje mytí 2 flexibilních nebo 4 rigidních endoskopů současně. Zadavatel pouze požaduje řešení, které umožní desinfekci jak 2 flexibilních, tak 4 rigidních endoskopů v jednom přístroji. Minimální kapacita je tedy vymezena zvlášť pro flexibilní endoskopy (2ks) a zvlášť pro rigidní endoskopy (4ks).

Dotaz č. 2 k zadávací dokumentaci – část 4 – položka 170012 Automatický dezinfektor endoskopů:

Je možné nabídnout alternativně myčku s ovládáním klávesnicí a 3,5" LCD displejem?

Odpověď:

Zadavatel v zadávací dokumentaci požaduje zajištění jak zobrazování, tak ovládání pomocí dotykového LCD displeje s úhlopříčkou min. 4". Minimální velikost úhlopříčky zadavatel vyžaduje z důvodu přehlednosti a snazšího ovládání. Zobrazení a ovládání lze zajistit pomocí samostatných displejů. Běžnou klávesnici zadavatel vylučuje, neboť LCD displej zajišťuje vhodnější odolnost vůči nečistotám a vlhkosti při ovládání.

Dotaz č. 3 k zadávací dokumentaci – část 4 – položka 170012 Automatický dezinfektor endoskopů:

Je možné nabídnout dezinfektor o rozměrech 600 x 960 x 630 mm s tím že skříň dezinfektoru v sobě zahrnuje již i skladovou skříň pro uložení dezinfekčních nádob a příslušenství? Skladová skříň již by pak nebyla samostatně nabízena.

Odpověď:

Zadavatel nevylučuje kombinaci dezinfektoru a skladovací skříně jako jednoho celku. Maximální velikosti uvedené v zadávacích podmínkách se vztahují k jednotlivým prvkům, pokud by byly dodávány jako samostatně stojící. V případě, že bude dodáván jeden celek, lze maximální hodnoty (vyjma hloubky) sčítat.



**OBLASTNÍ NEMOCNICE
PŘÍBRAM, a. s.**

Dotaz č. 4 k zadávací dokumentaci – část 4 – položka 170012 Automatický dezinfektor endoskopů:

Je možné nabídnout dezinfektor s objemem mycí a dezinfekční komory 73l?

Odpověď:

Zadavatel trvá na požadované specifikaci, která byla sestavena na základě dlouhodobých zkušeností s desinfekcí endoskopů. Menší objem mycí komory je pro obsluhu přístroje nevyhovující a požadovaný objem je pro přístroje dané kategorie běžný.

Dotaz č. 5 k zadávací dokumentaci – část 4 – položka 170012 Automatický dezinfektor endoskopů:

Je možné nabídnout dezinfektor o hmotnosti 102 kg?

Odpověď:

Zadavatel definoval parametry požadované techniky na základě dlouhodobých zkušeností s manipulací s jednotlivými zařízeními. Zadavatel již není oprávněn nastavené limity, které představují maximální možnou váhu, nikoliv váhu požadovanou, měnit. Nastavením limitů se zadavatel snažil dosáhnout co nejnižší váhy poptávaných přístrojů, proto jakýkoliv posun váhového limitu směrem k navýšení maximální váhy požaduje za nežádoucí.

Dotaz č. 6 k zadávací dokumentaci – část 4 – položka 140007 Myčka endoskopů:

Je možné nabídnout myčku endoskopů, která se skládá ze dvou shodných dezinfektorů pro jeden endoskop konstrukčně spojených v jeden celek? Tímto uspořádáním by uživatel získal možnost nezávislého mytí dvou endoskopů v mycích komorách o objemu 73l (celkem 146l). Uspořádání sestavy na výšku o celkových rozměrech 700 x 1643 x 630 mm je prostorově úspornější než řešení požadované zadavatelem. Součástí sestavy je i prostor pro uložení dezinfekčních nádob a příslušenství.

Odpověď:

Zadavatel trvá na technické specifikaci. Navrhované řešení bylo zadavatelem zvažováno a následně zamítnuto z důvodu příliš malé mycí komory, která je optimální pro malé endoskopy, ale již nevhodná pro velké endoskopy typu videoduodenoskop apod.

Dotaz č. 7 k zadávací dokumentaci – část 4 – položka 140007 Myčka endoskopů:

Je možné nabídnout tuto sestavu s hmotností 200 kg?

Odpověď:

Zadavatel trvá na technické specifikaci. Důvody souvisí s dotazem č.5 a č.6, kdy navrhované řešení dvou přístrojů s malými mycími komorami nevyhovuje potřebám desinfekce velkých endoskopů. Zadavatel definoval parametry požadované techniky na základě dlouhodobých zkušeností s manipulací s jednotlivými zařízeními. Zadavatel již není oprávněn nastavené limity, které představují maximální možnou váhu, nikoliv váhu



OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

požadovanou, měnit. Nastavením limitů se zadavatel snažil dosáhnout co nejnížší váhy poptávaných přístrojů, proto jakýkoliv posun váhového limitu směrem k navýšení maximální váhy požaduje za nežádoucí.

Dotaz č. 8 k zadávací dokumentaci – část 4 – položka 140011 Skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů:

Je možné nabídnout skříň o rozměrech 1900 x 1672 x 785 mm?

Odpověď:

Zadavatel trvá na technické specifikaci. Rozměry odpovídají limitu, který je dán omezeným instalačním prostorem.

Dotaz č. 9 k zadávací dokumentaci – část 4 – položka 140011 Skříň na sušení a skladování flexibilních endoskopů:

Je možné místo RFID štítků vybavit systém štítky opatřené čárovým kódem?

Odpověď:

Zadavatel požaduje možnost identifikace pomocí bezkontaktní komunikace na bázi RFID. Zadavatel nevylučuje, aby dodavatel nabídl i jiné, kvalitativně a funkčně obdobné řešení, pokud v nabídce prokáže, že funkční, provozní a technické parametry řešení jsou obdobné s technologií RFID (viz ust. § 91 odst. 2 ZZVZ).

Dotaz č. 10 k zadávací dokumentaci – část 38 – čtečka RTG kazet:

Zadavatel v technické specifikaci čtečky RTG kazet požaduje možnost zpracování dlouhých kazet až do rozměru 35 × 120 cm.

Námi nabízená čtečka světového výrobce používá odlišné řešení pro snímkování dlouhých kostí. Snímkování dlouhých kostí se provádí pomocí až tří kusů standardních kazet formátu 35 × 43 cm v kombinaci s držákem s RTG transparentní mřížkou. Po provedení snímkování dlouhých kostí proběhne automatické zpracování postprocessingem k zajištění spojení snímků bez nutnosti zásahu obsluhy. Vytvoří tak ve velmi krátkém čase jeden dlouhý snímek. Spojování je v případě potřeby možné provést i manuálně. Výsledný snímek je totožný se snímkem z dlouhé kazety.

Z klinického i uživatelského hlediska je toto řešení výrazně výhodnější, jelikož umožňuje větší variabilitu při použití – umožňuje snímkovat např. pouze na dvě kazety 35×43 cm pro expozice menších oblastí zájmu, či dětských pacientů.

Tento přístup je oproti snímkování na dlouhé kazety výhodnější i ekonomicky, díky využití běžně používaných kazet bez nutnosti nákupu speciální dlouhé kazety využitelné jen pro tento účel.




OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a. s.

Bude zadavatel akceptovat čtečku s možností snímkování dlouhých kostí na standardní kazety formátu 35 x 43 cm za využití speciálního držáku a jejich následného spojení pomocí automatického postprocesingu?

Zadavatel sděluje, že v zadávacích podmínkách není stanoven požadavek na čtecí zařízení formátu kazet až do rozměru 35 x 120 cm, ale pouze požadavek na možnost zpracování takového formátu kazet (tedy snímků o dané velikosti). Čtecí zařízení vyžaduje zadávací dokumentace pro čtení formátu kazet od 18x24 cm do 35x43 cm, což, jak je patrné z Vašeho dotazu, Vámi nabízené technické řešení splňuje.

Zadavatel v rámci vysvětlení zadávacích podmínek nemůže sdělovat názor, zda ten který přístroj bude splňovat požadavky technické specifikace veřejné zakázky, nicméně zdůrazňuje, že co do způsobu (technického řešení) zpracování daného formátu kazet nebyly zadavatelem stanoveny žádné technické požadavky.

V Příbrami, dne 22.2.2018


Jaroslav Schovanec, MBA
vedoucí investičního odboru

