

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

Název zadavatele	Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Sídlo	Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8
IČ	68378271
Právní forma	veřejná výzkumná instituce
Zástupce zadavatele	prof. Jan Řídký, DrSc. - ředitel
Název zakázky	Optický emisní spektrometr s doutnavým výbojem – GDOES
Druh zadávacího řízení	Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná zjednodušeným podlimitním řízením dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ, vyhotovil tuto písemnou zprávu.

1. Předmět veřejné zakázky, sjednaná cena ve smlouvě a zvolené zadávací řízení
Předmět veřejné zakázky: Předmětem veřejné zakázky je dodávka optického emisního spektrometru s doutnavým výbojem (GDOES) pro provádění kvalitativních a kvantitativních analýz chemického složení širokého spektra vodivých a nevodivých (anorganických a organických) materiálů. Přístroj bude využit pro analýzu chemického složení kovů (především na bázi Mg, Ti, Fe a Al), keramik a krystalů (MgO , Al_2O_3 , $\text{Lu}_3\text{Al}_5\text{O}_{12}$, $\text{Gd}_3\text{Ga}_3\text{Al}_2\text{O}_{12}$,...) a tenkých vrstev (TiNi ,...). Systém musí být optimalizován a vybaven i pro měření v VUV oblasti pro nízké koncentrace lehkých prvků C, H, O, Cl a N. Dále musí být vybaven pro měření koncentračních profilů tenkých vrstev. Všechna podpurná zařízení nutná pro činnost musí být součástí dodávky (ventily, chladič, anoda, nástroje pro čištění anody, počítač, generátor dusíku, kompresor...) tak, aby bylo nutné přístroj pro jeho plnou funkčnost připojit jen na 220 V a Ar bombu. Součástí dodávky musí být rovněž instalace a zaškolení. Délka zaškolení obsluhy na místě musí být v délce min. 2 dny, a to rozložená na dvě etapy s časovým odstupem (např. 1 +1 den s odstupem 3 týdny). Součástí plnění je i předání úplné dokumentace k přístroji.
Cena sjednaná ve smlouvě: 4.900.000,- Kč bez DPH
Zvolené zadávací řízení: zjednodušené podlimitní řízení

2. Identifikační údaje vybraného uchazeče:	
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	SPECTRO CS, s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu:	Rudná 1361/51, 700 30 Ostrava, Zábřeh
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
IČ:	41034716

3. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Hodnotícím kritériem byla v souladu s ustanovením § 78 odst. 1 písm. a) ZVZ ekonomická výhodnost nabídky. Na základě výsledku hodnocení členů hodnotící komise byla jako ekonomicky nejvýhodnější vybrána nabídka uchazeče SPECTRO CS, s.r.o. Nabídka dalšího uchazeče byla hodnotící komisí hodnocena jako ekonomicky méně výhodná. Údaje, které jsou předmětem hodnocení, nedosahují hodnot srovnatelných jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.

4. Část veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Veřejná zakázka nebude plněna prostřednictvím subdodavatele.

5. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena**Nabídka č. 1:**

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	SPECTRO CS, s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Rudná 1361/51, 700 30 Ostrava, Zábřeh
IČ:	41034716
Nabídková cena:	4.900.000,- Kč bez DPH

Nabídka č. 2:

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	SPECION, s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Budějovická 1998/55, 140 00 Praha 4
IČ:	48112836
Nabídková cena:	4.928.584,- Kč bez DPH

6. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Žádný z uchazečů nebyl vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

7. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle § 77 ZVZ, pokud došlo k takovému vyloučení

Žádný z uchazečů nepředložil nabídku s mimořádně nízkou nabídkovou cenou.

8. Důvod zrušení zadávacího řízení, pokud bylo zadávací řízení zrušeno:

Zadávací řízení nebylo zrušeno.

V Praze

.....
prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel