

V Praze dne 4. 8. 2014

Věc: Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce laboratoře pro organickou syntézu v oddělení Chemie“.

Zadavatel zasílá k výše uvedené veřejné zakázce níže uvedené dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Dodatečné informace č. 2

Na dotaz uchazeče ve znění:

„Můžeme potrubí tlakového vzduchu materiálově zaměnit z pozinku na měď?“

odpovídá zadavatel následovně:

„Použití měděného potrubí na tlakový vzduch je možné.“



prof. Jan Řídký, DrSc. - ředitel FZÚ AV ČR, v.v.i.