



TLAKOVÝ VZDUCH, POTRUBÍ PP-RCT PN22

SACÍ VEDENÍ, PP-HT POTRUBÍ

○ PŘIPOJENÍ VZDUCHU

⊕ INSTALAČNÍ MÍSTO MÉDIÍ PRO STOMATOLOGICKOU SOUPRAVU

VEDENÍ MÉDIÍ PRO STOMATOLOGICKOU SOUPRAVU BUDE VEDENO V KONSTRUKCI PODLAHY.

**POZNÁMKA:**  
SACÍ VEDENÍ, SYSTÉM HT  
MATERIÁL: POLYPROPYLEN (MOŽNÝ SYSTÉM HT) NEBO POLYETHYLEN PODLE NORMY DIN 19560  
VÝSTUP PRO SOUPRAVU – ZAKONČENÍ Ø40 mm, VÝŠKA – MAX. 20 mm NAD PODLAHOU  
VÝSTUP U AGREGÁTU – ZAKONČENÍ Ø40 mm, REZERVA MIN. 100 mm  
VEDENÍ SÁNÍ UDĚLAT POD ÚHELEM 45°  
VEDENÍ TLAKOVÉHO VZDUCHU

TLAKOVÝ VZDUCH VEDENÝ KE KOMPRESORU UKONČENÝ 1/2" VNITŘNÍ ZÁVIT CCA 500 mm NAD  
PODLAHOU, PRŮMĚR TRUBKY 1". NETLAKOVAT VODOU!!  
MATERIÁL MĚĎ Ø 10–12 mm NEBO PLAST ČI POLYPROPYLEN  
VÝSTUP U SOUPRAVY – HRDLO S VNITŘNÍM ZÁVITEM 1/2 " G UKONČENÝ 40 mm NAD PODLAHOU  
VÝSTUPNÍ TLAK MIN. 5,2 bar – MAX. 7,5 bar (NAD 7,5 JE POTŘEBA VLOŽIT REDUKČNÍ VENTIL)  
JISTĚNÍ PRO KOMPRESOR 16A/230V NEBO 400V  
PRO LEPŠÍ KVALITU VZDUCHU SE DOPORUČUJE KOMPRESOR SE SUŠIČEM VZDUCHU



STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE:  
DOKUMENTACE ZMĚNY STAVBY PŘED DOKONČENÍM

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Antonín Talach	VYPRACOVAL: Ing. Antonín Talach	<b>BAUMAS projekt, spol. s r.o.</b>	
		Adresa	Moravská 3010/57a 767 01 Kroměříž
		Telefon	573 340 315
		E-mail	info@bm-baumas.cz
INVESTOR: Obec Grygov, Šrámkova 19, 783 73 Grygov		IČO: 07657072	
MÍSTO STAVBY: Obec Grygov, Šrámkova 112, 783 73 Grygov		DIČ: CZ07657072	

NÁZEV STAVBY:	FORMÁT	2x A4
	DATUM	05/2025
NÁZEV VÝKRESU:	Č. ZAKÁZKY	17-05/2025-T
	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU

