

Dodatečné informace č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE

podle ust. § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“)

v otevřeném řízení

„Dodávka a instalace vybavení biologické laboratoře“

podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) ZVZ a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

zahájeném dne 11.10.2013 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do ISVZ
US, ev. č. VZ : 366098

Identifikační údaje zadavatele :

Název zadavatele :	Techmania Science Center o.p.s.
Sídlo zadavatele :	Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 316 00
IČ zadavatele :	263 96 645
Právní forma zadavatele :	obecně prospěšná společnost
Jméno a příjmení osob oprávněných jednat jménem zadavatele :	Mgr. Vlastimil Volák, ředitel

Zadavateli byla dne 31. 10. 2013 doručena žádost dodavatele o poskytnutí dodatečných informací. Zadavatel tímto poskytuje dodavatelům následující dodatečné informace:

Pořadové číslo dotazu resp. informace	1
Dotaz:	V technické specifikaci pro 1a. Specifikace vybavení laboratoře_komplet_final je položka „Hadice, tlačky, kohouty a spojky, redukce“, která je specifikována v počtu kusů 1. Má být tato položka chápána jako 1ks od každého? Dále také prosíme o bližší specifikaci, o jaké hadice, tlačky, kohouty a spojky a redukce se jedná?
Odpověď:	Tímto bodem bylo myšleno vybavit laboratoř tímto drobným spotřebním materiálem pro zahájení činnosti. 2ks Roztažná hadice pro tlakovou dopravu kapaliny. Délka min 10m. Hadice odolná kyselinám, solím, zásadám, etanolu, do +40°C v délce 10m. Velikostně kompatibilní s kohouty na vodu (může být přes redukce a rychlospojky) 2ks výtokové kulové kohouty kompatibilní s dodávanou hadicí, případně požadujeme dodání potřebných redukcí a tlaček.

Dodatečné informace č. 1

Pořadové číslo dotazu resp. informace	2	
Dotaz:	V technické specifikaci pro 1a. Specifikace vybavení laboratoře_komplet_final je položka „struhadlo“, která je specifikována v počtu kusů 1. Prosíme o bližší specifikaci, o jaké struhadlo se jedná? Zda by bylo vyhovující např. obyčejné kuchyňské struhadlo?	
Odpověď:	Jedná se o standardní kuchyňské struhadlo s držadlem.	

Pořadové číslo dotazu resp. informace	3	
Dotaz:	V technické specifikaci pro 1a. Specifikace vybavení laboratoře_komplet_final je položka „vzduch vdechovaný a vydechovaný (plus stojan)“. Prosíme o bližší specifikaci, co je zadavatelem požadováno? Může být tato položka chápána jako průtokoměr?	
Odpověď:	Zadavatel by chtěl nabízet školním skupinám provádění pokusů z fyziologie člověka. Touto položkou je zamýšlen laboratorní přístroj školního typu, kde si budou moci žáci změřit objem vdechovaného a vydechovaného vzduchu. Minimální rozsah 0-9litrů. Z hygienických důvodů je potřeba bakteriální filtr. Náhradní náustky, v dodávce je nutné mít i svorku na nos. Položka může být chápána jako průtokoměr, pokud bude mít požadovanou funkci.	


Pořadové číslo dotazu resp. informace	4	
Dotaz:	V technické specifikaci pro 1a. Specifikace vybavení laboratoře_komplet_final je položka „Živé rostliny v květináčích“. Prosíme o bližší informace, zda je zadavatelem požadován konkrétní druh rostlin? Jaký má být např. průměr květináčů?	
Odpověď:	6 ks rostlin v květináčích (min. průměr květináče 15 cm). 2 ks těchto druhů: dracaena, aloe, zamiokukus.	

Dodatečné informace č. 1

Pořadové číslo dotazu resp. informace	5	
Dotaz:	V technické specifikaci pro 1a. Specifikace vybavení laboratoře_komplet_final je položka „Ostatní drobný materiál“. Prosíme o bližší specifikaci, o jaký ostatní drobný materiál se jedná, jelikož to z názvu není nijak patrné.	
Odpověď:	Tento bod byl doplněn pro dodání příslušenství k dodávaným přístrojům a zařízením pro jejich plný provoz, pokud by to nebylo už součástí dodávky samotného přístroje nebo zařízení.	

Pořadové číslo dotazu resp. informace	6	
Dotaz:	V příloze č. 1 je uvedeno, že „Podrobnější specifikace umístění biologické laboratoře, jsou obsaženy v příloze č. 1a této zadávací dokumentace ve formě PDF souborů (zde je umístěn půdorys, rozvod plynu, popis zařízení silnoprůdové elektrotechniky vč. bleskosvodů, popis zařízení slaboprůdové elektrotechniky, popis rozvodů topení, popis vzduchotechniky).“ Tyto dokumenty však v příloze č. 1a k dispozici nejsou. Prosíme proto o jejich dostatečné poskytnutí.	
Odpověď:	Půdorys budovy a další výkresy jsou přiloženy jako pdf soubory na profil zadavatele a na webové stránky zadavatele.	

V Plzni dne 6.11. 2013



Techmania Science Center o.p.s.
Mgr. Vlastimil Volák
ředitel