

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Název veřejné zakázky:	Dodávka 1 ks laparoskopické věže pro COS Svitavské nemocnice
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČ:	275 20 536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva Ing. Petr Rudzan, místopředseda představenstva

V Pardubicích dne 18. 5. 2017

Výše uvedený zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz:

Dobrý den,

Ráda bych požádala o odpověď na dotaz:

Název veřejné zakázky: Dodávka 1 ks laparoskopické věže pro COS Svitavské nemocnice

V Příloze č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky), položka veřejné zakázky Laparoskopická věž, část Koagulační jednotka zadavatel uvádí:

„ generátor musí mít možnost uložení min. 14ti nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem

Dodatečný dotaz: Trvá zadavatel na možnosti uložení min. 14 nejčastěji používaných parametrů, nebo připouští možnost vyvolání posledního nastavení parametrů, popř. jejich automatické nastavení po volbě režimu či výkonu na dotykové obrazovce, popř. regulaci přímo z operačního pole?

Odpověď:

Zadavatel trvá na technickém požadavku uvedeném v zadávací dokumentaci – „generátor musí mít možnost uložení min. 14ti nejčastěji používaných parametrů – s textovým popisem“.

Odbor právní a veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
e-mail: verejne.zakazky@nempk.cz