

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

dle ustanovení § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Název veřejné zakázky:

Vybavení onkogynekologického centra společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – Ultrazvukové přístroje – 2. kolo

Zadavatel: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo: Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČ: 275 20 536
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva
Ing. Petr Rudzan, místopředseda představenstva

V Pardubicích dne 9. 8. 2018

Výše uvedený zadavatel v souladu s ustanovením § 98 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), vysvětluje zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném nadlimitním řízení.

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje min. 12ti palcovým **dotykovým** monitorem s vysokým rozlišením.

Dotaz : Bude zadavatel akceptovat přístroj bez dotykové obrazovky, kde veškeré funkce lze komfortně ovládat pomocí klasického mechanického ovládacího panelu?

Odpověď:

Zadavatel trvá na technické specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci. Ovládání pomocí dotykové obrazovky je pro uživatele jednodušší a komfortnější.

Dotaz č. 2:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje dynamický rozsah min. 265 dB. V běžné praxi se pro naprostou většinu aplikací používá nastavení dynamického rozsahu od 90-150 dB.

Dotaz : Bude zadavatel akceptovat přístroj s dynamickým rozsahem min. 200dB?

Odpověď:

Zadavatel trvá na technické specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci. Dynamický rozsah je jedním ze základních ukazatelů kvality u UZ přístroje. Všeobecně platí, čím vyšší hodnota dynamického rozsahu, tím vyšší kvalita zobrazení.

Dotaz č. 3:

Zadavatel v technické specifikaci požaduje možnost připojení bi-plane rektální sondy pro staging tumorů rekta.

Dotaz : Bude zadavatel akceptovat přístroj umožňující připojit standardní rektální sondu s jednou rovinou řezu, nikoliv bi-plane?

Odpověď:

Zadavatel trvá na technické specifikaci uvedené v zadávací dokumentaci.

Zadavatel předpokládá v budoucnu pořízení sondy pro staging nádorů rekta. K tomu je používána buď biplanární sonda nebo elektronická 360st sonda. Použití monoplanární sondy pro tento typ vyšetření není relevantní.

Odbor investic a veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
verejne.zakazky@nempk.cz