

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Název zadavatele	Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Sídlo	Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8
IČO	68378271
Právní forma	veřejná výzkumná instituce
Zástupce zadavatele	RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel
Název zakázky	Generátor a digitální osciloskop pro studium rychlých dějů v polovodičích
Druh zadávacího řízení	zakázka malého rozsahu na dodávky – nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,

Zadavatel obdržel dne 8. 4. 2026 níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávacích podmínek:

K požadovaným technickým parametrům prosíme o upřesnění následujícího parametru: 2. Digitální osciloskop - Kapacita paměti 10^9 bodů nebo více

Vzhledem k tomu, že generátor i osciloskop mají každý disponovat čtyřmi kanály, má osciloskop splňovat podmínku, že 10^9 bodů nebo více je na každý kanál při všech čtyřech kanálech aktivních? Děkujeme za zodpovězení dotazu

Odpověď zadavatele:

Kapacita paměti 10^9 bodů nebo více je míněna pro každý ze čtyř kanálů digitálního osciloskopu, a to i v případě, že jsou všechny kanály aktivní současně.

Vladimír
Levandovský

Digitálně podepsal
Vladimír Levandovský
Datum: 2026.04.09
13:44:39 +02'00'