



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

QUINTA-ANALYTICA, s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NA DODÁVKU LABORATORNÍHO VYBAVENÍ

Výzva k podání nabídek a prokázání splnění kvalifikace

Dle Pravidel pro výběr dodavatelů verze č. j. MPO 28196/22/61100 (v účinnosti od 28. 03. 2022) platných v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – OP PIK, při předpokládané celkové ceně veřejné zakázky **14 674 tis. Kč bez DPH**, kdy zadavatel není veřejným zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákona).

Zakázka je spolufinancovaná ze zdrojů fondů EU.

Název zakázky	Dodávka laboratorního vybavení II
Název programu	OP PIK Potenciál - Výzva VII
Názvy projektu	Rozšíření výzkumné a vývojové kapacity společnosti QUINTA-ANALYTICA, s.r.o.
Registrační číslo projektu	CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0023928

ZADAVATEL:

QUINTA – ANALYTICA, s.r.o.
Pražská 1486/18c
102 00 Praha 10 - Hostivař

POVĚŘENÉ OSOBY ZADAVATELE:

Ing. Roman Grunt, jednatel, předseda sboru jednatelů
RNDr. Marcela Písačková, jednatel

V Praze, dne 10. 10. 2022

1. Úvodní ustanovení	3
2. Identifikační údaje zadavatele	4
3. Úvod do předmětu zakázky	4
4. Vymezení předmětu plnění zakázky	5
5. Technická specifikace zakázky, technické standardy zakázky	5
5.1. Technická specifikace – Dílčí plnění č. 1 – Bezpečnostní skříň	6
5.1.1. Požadavky na bezpečnostní skříň	6
5.1.2. Požadavky na rozsah servisních prací	6
5.2. Technická specifikace – Dílčí plnění č. 2 – Kulový mlýn	6
5.2.1. Požadavky na kulový mlýn	6
5.2.2. Požadavky na rozsah servisních prací	7
5.3. Technická specifikace – Dílčí plnění č. 3 – Disoluční automat	7
5.3.1. Požadavky na automatizovanou sérii disolučních testů	7
5.3.2. Požadavky na disoluční lázeň	7
5.3.3. Požadavky na odběr vzorků	8
5.3.4. Požadavky na software	8
5.3.5. Požadavky na rozsah servisních prací	8
5.4. Technická specifikace – Dílčí plnění č. 4 – GC/MS/MS	9
5.4.1. Split injektor	9
5.4.2. FID detektor	9
5.4.3. Hmotnostní detektor (MS/MS modul)	9
5.4.4. Head Space smyčkový autosampler	10
5.4.5. Multifunkční stříkačkový autosampler pro kapalný i headspace nástřik	10
5.4.6. Požadavky na rozsah servisních prací	10
5.4.7. Požadavky na software	10
6. Požadované práce, dodávky a služby, rozpočet	11
7. Prohlídka místa plnění, dotazy a jejich zodpovězení	11
7.1 Prohlídka místa plnění	11
7.2 Dodatečné informace a zodpovězení dotazů	11
8. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů účastníků	12
8.1 Vymezení kvalifikace	12
8.2 Základní kvalifikační předpoklady (§ 74)	12
8.3 Profesní kvalifikační předpoklady (§ 77)	12
8.4 Technické kvalifikační předpoklady (§ 79)	13
9. Doba plnění a místo dodání	13
9.1 Předpokládaná doba plnění	13
9.2 Místo dodání	14
10. Způsob zpracování nabídky, forma nabídky	14
10.1 Minimální rozsah nabídky	14
10.2 Forma nabídky	14

11.	Nabídková cena. Podmínky překročení nabídkové ceny	15
11.1	Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny	15
11.2	Předpokládaná hodnota celé zakázky	15
12.	Obchodní podmínky, platební podmínky, smluvní ujednání	15
12.1	Obecné obchodní podmínky a smluvní ujednání	16
12.2	Platební podmínky	16
13.	Hodnotící kritéria, způsob hodnocení nabídek	16
13.1	Hodnocení nabídkové ceny	17
13.2	Další informace k vyhodnocení	17
14.	Úhrada zadávacích dokumentů	17
15.	Předání zadávacích dokumentů	17
16.	Lhůta, způsob a místo podání nabídky	17
17.	Termín a místo otevírání obálek a účast na hodnocení	17
18.	Ostatní podmínky a jiné požadavky	17
19.	Seznam příloh	18

1. Úvodní ustanovení

Tato zadávací dokumentace (dále i „ZD“) je zpracována v souladu s Podmínkami pro výběr dodavatelů (Příloha páteřního dokumentu manuálu OP PIK, MPO 28196/22/61 100 (v účinnosti od 28. 03. 2022) a nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „Zákon“).

Zadávací dokumentace je souborem dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Obsahuje podmínky zadavatele, které bude zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění povede k vyřazení nabídek z další účasti v zadávacím řízení.

Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník plně a bez výhrad zadávací podmínky, včetně všech příloh a případných dodatečných informací k těmto zadávacím podmínkám. Předpokládá se, že účastník před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce.

Plnění, které je předmětem výběrového řízení, je součástí žádosti o dotaci v programu Potenciál Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), z něhož může být spolufinancováno. Vybraný dodavatel je povinen řídit se relevantními pravidly OP PIK pro příjemce dotace a podle § 2 e) Zákona č. 320/201 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel se zavazuje dodržovat pravidla a zásady Smlouvy o EU a Smlouvy o fungování EU. Tyto zásady zahrnují volný pohyb osob, zboží, právo usazování, volný pohyb služeb, nediskriminační přístup, rovné zacházení, transparentnost, proporcionalitu a vzájemné uznávání. Zadavatel zpracoval tuto zadávací dokumentaci dle svých nejlepších znalostí a zkušeností s cílem zajistit transparentní, nediskriminační a hospodárné zadání veřejné zakázky.

Zadávací dokumentace je poskytnuta bezúplatně.

2. Identifikační údaje zadavatele

Název zadavatele	QUINTA-ANALYTICA, s.r.o.
Právní forma	společnost s ručením omezeným
IČ	250 74 555
DIČ	CZ25074555
Sídlo zadavatele	Pražská 1486/18c 102 00 Praha 10 - Hostivař GPS: 50°3'20.128"N, 14°31'27.661"E (resp. 50.0555911N, 14.5243503E)
Statutární zástupci	Ing. Roman Grunt, jednatel, předseda sboru jednatelů RNDr. Marcela Písačková, jednatel
Pověřené osoby zadavatele	Ing. Robert Khaddour – ve věcech projektových
E-mail	dotace@quinta.cz
Telefon	+420 724 850 101
Odkaz na profil zadavatele	https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/f6a2492e-611b-42e6-8c9a-8490d95134b9

3. Úvod do předmětu zakázky

Název zakázky	Dodávka laboratorního vybavení II
Zakázka dle předmětu plnění	Výběrové řízení na dodávku
Předpokládaná hodnota zakázky	14 674 324,- Kč
Termín zahájení VŘ	08. 09. 2022, následující den od zveřejnění oznámení VŘ na profilu zadavatele
Lhůta	Min. 30 dnů, do 24. 10. 2022 do 14:00 hodin
Způsob zveřejnění zakázky	Oznámení o zahájení výběrového řízení na profilu zadavatele
Poskytnutí zadávací Dokumentace	Zadávací dokumentace je ke stažení z profilu zadavatele https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/f6a2492e-611b-42e6-8c9a-8490d95134b9
Dodatečné informace k zadávacím podmínkám	Účastník je oprávněn požadovat po zadavateli písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Písemná žádost o vysvětlující informace musí být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek tak, aby na ni bylo možno do 2 pracovních dnů od doručení odpovědět, a musí obsahovat kontaktní údaje na účastníka. Žádosti o vysvětlující informace zadávacích podmínek musí být zaslány na adresu zadavatele nebo na projektového manažera Ing. Roberta Khaddoura písemně nebo prostřednictvím elektronické pošty na email dotace@quinta.cz . Zadavatel sám může poskytnout další vysvětlení zadávacích podmínek bez předchozí žádosti.
Způsob vyřízení žádosti o dodatečné informace	Zadavatel vyřídí odpověď na žádost o vysvětlení zadávacích podmínek všem účastníkům nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení žádosti. Tyto informace zveřejní na profilu zadavatele a zároveň bude neprodleně písemně informovat dosud známé účastníky.
Prohlídka místa plnění	Prohlídku místa instalace je možné provést dne 27. 09. 2022 od 09:30 do 13:00 a 04. 10. 2022 od 09:30 do 13:00. Prohlídku je třeba si domluvit na telefonním čísle 724 850 101 (R. Khaddour) nejméně jeden den předem.
Plnění nabídek	Pro všechna dílčí plnění – nejpozději do 24 týdnů od podpisu smlouvy.
Termín a místo pro zaslání nabídek	do 24. 10. 2022 do 14:00 hodin Zadavatel je oprávněn prodloužit lhůtu pro podávání nabídek. QUINTA-ANALYTICA, s.r.o. Pražská 1486/18c

	102 00 Praha – Hostivař GPS: 50°3'20.128"N, 14°31'27.661"E (resp. 50.0555911N, 14.5243503E)
Způsob doručení nabídek	Nabídka bude doručena v řádně zalepené obálce osobně, poštou doporučeně nebo kurýrem na adresu zadavatele podle kapitoly č. 3 ZD. Zadavatel neodpovídá za pozdní doručení.
Termín otevírání obálek s nabídkami	Veřejné otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 24. 10. 2022, v 14:00 hodin v sídle zadavatele, Pražská 1486/18c, 102 00 Praha – Hostivař.
Zrušení výběrového řízení	Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení.

4. Vymezení předmětu plnění zakázky

Firma Quinta-Analytica, s.r.o. je společnost provádějící kromě dalších činností laboratorní analýzy v režimu správné výrobní praxe pro farmaceutické výrobce. Předmětem zakázky je **dodávka laboratorního vybavení**, instalace, zprovoznění, zaškolení obsluhy, kalibrace, instalační a operační kvalifikace v souvislosti s projektem „Rozšíření výzkumné a vývojové kapacity společnosti QUINTA-ANALYTICA, s.r.o.“

Místem realizace je společnost QUINTA-ANALYTICA, s.r.o., Karásek 2296/1n, 621 00 Brno – Řečkovice.

Zadavatel předmět plnění rozdělil na čtyři (4) dílčí plnění. Předmět plnění jednotlivých dílčích plnění zakázky bude zpracován jako samostatné nabídky podle dílčích plnění. Na každé dílčí plnění bude podepsána samostatná smlouva s dodavatelem. Zadavatel nepřipouští variantní řešení ani opce.

Dílčí plnění zakázky

Zadavatel připouští dílčí plnění zakázky. Přípustná jsou pouze dílčí plnění obsahující následující celky, jejichž nabídky budou vyhodnocovány samostatně:

1. Dílčí plnění č. 1: Bezpečnostní skříň
2. Dílčí plnění č. 2: Kulový mlýn
3. Dílčí plnění č. 3: Disoluční automat
4. Dílčí plnění č. 4: GC/MS/MS

Účastníci mohou své nabídky podat pro jedno nebo více dílčích plnění. Vždy ale samostatně. Není možné v jedné nabídce sloučit dvě dílčí plnění.

Zadavatel nebude brát v úvahu alternativně nabídnutá řešení a nepřipouští, aby jeden dodavatel předložil více nabídek v jednom dílčím plnění, alternativy ani opce.

5. Technická specifikace zakázky, technické standardy zakázky

Zadavatel předmět zakázky rozdělil do následujících dílčích plnění:

1. Dílčí plnění č. 1: Bezpečnostní skříň
2. Dílčí plnění č. 2: Kulový mlýn
3. Dílčí plnění č. 3: Disoluční automat
4. Dílčí plnění č. 4: GC/MS/MS

5.1. Technická specifikace – Dílčí plnění č. 1 – Bezpečnostní skříň

Obsahuje-li Zadávací dokumentace nebo její přílohy a související dokumenty konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se vždy pouze o vymezení požadovaného standardu a Zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Základní popis:

Předmětem zakázky je dodávka dvou bezpečnostních skříní pro uložení požárně nebezpečných látek (hořlavých kapalin).

5.1.1. Požadavky na bezpečnostní skříň

- a) atestovaná požární odolnost 90 minut
- b) minimální vnitřní rozměry 1000 mm x 450 mm 1700 mm (Š x H x V)
- c) jednoruké otevírání obou dveří současně
- d) automatické uzavření dveří v případě požáru
- e) možnost nechat otevřené dveře v libovolné pozici
- f) možnost uzamčení skříně
- g) minimálně 6x zásuvková police
- h) součástí skříně by měla být záchytná vana
- i) vývod pro odsávání v horní části skříně o průměru 75 mm
- j) nastavitelné nožičky pro vyrovnaní
- k) skříň musí být možné uzemnit

5.1.2. Požadavky na rozsah servisních prací

- a) součástí dodávky musí být vynesení do 2.NP a umístění na požadované místo
- b) součástí dodávky musí být provedení Bezpečnostně technické kontroly (BTK) certifikovaným technikem
- c) ročně prováděný servis prováděný certifikovanými technikami
- d) záruka 24 měsíců

5.2. Technická specifikace – Dílčí plnění č. 2 – Kulový mlýn

Obsahuje-li Zadávací dokumentace nebo její přílohy a související dokumenty konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se vždy pouze o vymezení požadovaného standardu a Zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Základní popis:

Předmětem zakázky je dodávka kulového mlýnu pro rovnoměrné rozemletí farmaceutických přípravků.

5.2.1. Požadavky na kulový mlýn

- a) možnost suchého i mokrého mletí malých množství materiálu (vstupní velikost materiálu ≤ 8 mm, velikost dávky max. 2x 20 ml)
- b) mlecí nádoba o vnitřním objemu až 50 ml
- c) rychloupínání mlecí nádoby
- d) nastavení frekvence oscilace minimálně v rozsahu 3.0 – 30.0 Hz
- e) nastavení doby mletí minimálně v rozsahu 0 až 99 minut (0:10 až 09:59, 10:0 až 99:0)
- f) součástí dodávky musí být dvě mlecí nádoby z nerezové oceli včetně kuličky ze stejného materiálu o průměru 20 mm a 15 mm

- g) součástí dodávky musí být dvě mlecí nádoby ze Zirkonoxidu
- h) součástí dodávky musí být kulička z Zirkonoxidu či obdobného materiálu o průměru 1"

5.2.2. Požadavky na rozsah servisních prací

- a) součástí dodávky musí být instalace na požadované místo, zaškolení obsluhy, instalační a operační kvalifikace
- b) součástí dodávky musí být provedení Bezpečnostně technické kontroly certifikovaným technikem
- c) zajištění pravidelného záručního a pozáručního servisu zahrnující roční bezpečnostně technickou kontrolu certifikovanými techniky a operační kvalifikace spočívající v ověření časovače.
- d) záruka 24 měsíců

5.3. Technická specifikace – Dílčí plnění č. 3 – Disoluční automat

Obsahuje-li Zadávací dokumentace nebo její přílohy a související dokumenty konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se vždy pouze o vymezení požadovaného standardu a Zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Základní popis:

Předmětem zakázky je dodávka disolučního automatu, umožňujícího provedení až 8-mi disolučních testů pádlovou metodou bez přítomnosti obsluhy. Provedené disoluční testy musí být ve shodě s českým lékopisem.

5.3.1. Požadavky na automatizovanou sérii disolučních testů

- a) systém musí umožnit chod až 8-mi disolučních testů v rámci nastavení sekvence testů pro pádlovou metodu bez přítomnosti obsluhy
- b) systém musí umožnit provedení alespoň jednoho disolučního testu dle košíkové metody
- c) systém musí umožnit automatizovanou přípravu různých typů disolučních médií a automatizované mytí po disolučním testu je součástí disolučních testů a je nastavitelné v rámci sekvence testů
- d) automatizovaná příprava médií by měla umožnit zahrnutí vytemperování, odplynění, využití surfaktantů a nadávkování média
- e) systém musí umožňovat variabilitu disolučních testů v rámci jedné sekvence: volba metod s / bez automatického doplnění média po odběru vzorků
- f) systém musí umožnit automatizovanou kontrolu plnění disolučního média do disolučních nádob.
- g) systém musí umožnit automatizovanou filtraci za použití stříkačkových filtrů.
- h) systém musí umožnit provést automatizované čištění systému s nastavením rozsahu čištění
- i) systém by mělo být možné dodatečně rozšířit o automatizaci série disolučních testů pro košíkovou metodu či on-line UVVIS analytickou koncovku pro jednotlivé testy s řízením pod společným softwarem

5.3.2. Požadavky na disoluční lázeň

- a) součástí přístroje musí být lázeň s regulovanou teplotou a externím ohřevem s přesností minimálně 0,5 °C v rozsahu alespoň do 50°C,
- b) lázeň musí být osazena min. 7 skleněnými nádobami

- c) vyhřátí lázně na lékopisných 37 °C musí být dosaženo do 30 minut; teplota průběhu disoluce je monitorována pro každou nádobu na reportu z disolučního testu
- d) otáčky musí být v rozsahu alespoň 5 -220 rpm s přesností +/- 1 rpm
- e) systém musí umožnit automatickou fixaci pozice pádel/košíčků bez nutnosti seřízení
- f) musí být k dispozici elektronické ovládání zdvihu víka lázně
- g) systém musí zabránit evaporaci vzorku v průběhu disolučního testu
- h) systém musí zajistit sledovatelnost každého vzorku

5.3.3.Požadavky na odběr vzorků

- a) systém musí zajistit volbu odběru vzorků v režimu automatizovaném nebo manuálním dle potřeby
- b) v rámci odběru vzorku musí být umožněna filtrace o porezitě 0,2 µm.
- c) odběr musí být zajištěn ze všech 7 nádob.
- d) automatizované odběrové sací trubice musí být vnořeny do disoluční nádoby pouze v době odběru, pokud nejsou součástí vlastních hřídel s pádly a košíky.
- e) vzorky musí být možné automaticky odebírat do zkumavek, vialek a preslit vialek ve sběrači vzorků s minimální kapacitou 200 vzorků
- f) konfigurace systému musí umožnit automatické doplnění disolučního média do nádob po odběru vzorků dle nastavení disoluční metody

5.3.4.Požadavky na software

- a) software musí splňovat požadavky směrnice FDA CFR 21, část 11 a Data Integrity principů
- b) požadováno klient -serverové řešení zahrnující automatické zálohování dat
- c) uživatelské účty by měli být propojeny s Active Directory společnosti.
- d) software musí zajistit nepřerušeni a dokončení disolučního testu včetně ochrany disolučních dat v případě přerušení komunikace se serverem
- e) anglická jazyková mutace
- f) audit trail, verzování metod, tvorba skupin uživatelů dle nastavených oprávnění, možnost nastavit elektronický podpis metod a naměřených dat s minimálně dvěma úrovněmi (Autor \ Kontrolor)
- g) software musí mít možnost automatizovaného exportu naměřených výsledků do Laboratorního automatizovaného systému (LIMS)
- h) systém musí umožnit práci nejméně 2 uživatelům současně (jeden provádějící měření, jeden vyhodnocující naměřená data)

5.3.5.Požadavky na rozsah servisních prací

- a) kvalifikace disolučního systému v rozsahu IQ/OQ/ASTM lázně při instalaci v souladu s lékopisnými požadavky EP a USP.
- b) součástí dodávky musí být kvalifikace IQ/OQ softwaru pro disoluční testy
- c) součástí dodávky musí být zaškolení obsluhy na úrovni uživatel a administrátor včetně vydání dokladu o školení pro vyškolené pracovníky. Školení musí být zajištěno výrobcem autorizovanými servisními technikami s doloženými certifikáty. Minimální požadovaná délka školení je dva pracovní dny
- d) odezva servisu musí být do 48 hodin po nahlášení závady
- e) zajištění záručního a pravidelného požáručního servisu zahrnující preventivní údržbu disolučního systému včetně následných kvalifikací, jejich součástí je řízená kvalifikační dokumentace zajištění pravidelného požáručního servisu zahrnující preventivní údržbu

disolučního systému a jednotky na přípravy média včetně následných kvalifikací, jejich součástí je řízená kvalifikační dokumentace

- f) zajištění dostupnosti náhradních dílů min. 10 let od uvedení zařízení do provozu
- g) dodací lhůta max. 24 týdnů ode dne objednání
- h) je požadovaná záruční doba minimálně 12 měsíců od dne uvedeného na předávacím protokolu

5.4. Technická specifikace – Dílčí plnění č. 4 – GC/MS/MS

Obsahuje-li Zadávací dokumentace nebo její přílohy a související dokumenty konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se vždy pouze o vymezení požadovaného standardu a Zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Základní popis:

Předmětem zakázky je dodávka plynového chromatografu s trojitým kvadrupólem (GC/MS/MS) jako hmotnostním detektorem pro měření identifikace, čistoty finálních léčivých přípravků či jejich účinných látek. Plynový chromatogram by měl mít jako základní vybavení také FID detektor a samplery, které umožňují jak kapalným, tak plyným nástřikem.

Požadovaná sestava se skládá z těchto modulů

- GC modul
- MS modul
- Head Space smyčkový autosampler
- Autosampler s kapalným a headspace nástřikem

5.4.1.Split injektor

- a) plně kontrolován EPC
- b) provozní teplota do min. 400 °C
- c) možnost rychlé výměny linerů bez nutnosti použití nástrojů/klíčů (systém turn-top nebo obdobný) či modulární nástřikový systém (uživatelská možnost vyjmutí a nahrazení nástřikového modulu za jiný SSL nebo PTV)

5.4.2.FID detektor

- a) max. provozní teplota 450 °C
- b) detekční limit < 1,4 pg C/s (Tridecane)
- c) lineární rozsah > 10⁷
- d) rychlost sběru dat až 300 Hz

5.4.3.Hmotnostní detektor (MS/MS modul)

- a) elektronová ionizace
- b) chemická ionizace
- c) provozní teplota iontového zdroje v rozsahu alespoň 150–350 °C
- d) trojitý kvadrupól s plně kovovými tyčemi a nelineární drahou iontů (nelineární prefiltr) či vyhřívaný tripl kvadrupól, provozní teplota minimálně do 180 °C
- e) hmotnostní rozsah alespoň 10 – 1000 m/z
- f) skenovací rychlost minimálně 20 000 u/sec
- g) systém duálních (dvou) vláken na EI zdroji
- h) aparatura umožňuje vyjmutí iontového zdroje a výměnu kolony bez nutnosti porušení vakua v systému
- i) kontrolér výstupního vakua z hmotnostního detektoru

5.4.4.Head Space smyčkový autosampler

- a) headspace autosampler s přímým napojením na plynový chromatograf vyhřívaným rozhraním (transferlineou).
- b) kapacita sampleru min. 110 HeadSpace vialek o objemu 10 mL nebo 20 mL
- c) přímý nástřik vzorku do GC pouze pomocí transferline
- d) reprodukovatelnost nástřiku <1 % RSD
- e) oddělená kontrola tlaku ve vialkách (headspace) a na hlavě kolony
- f) přesnost kontroly teploty všech vyhřívaných zón max. 0,1 °C s krokem 1 °C
- g) maximální teplota pro smyčku, ventil, pec a transferline min. 300 °C
- h) materiály, které jsou ve styku se vzorkem z chemicky inertních materiálů
- i) autosampler musí zajistit bezpečně odtlačování a odvod (dle potřeby napojení na odtah či na pasti/filtry) přebytných nebezpečných par z vialek
- j) módy nástřiků Single Extraction, Multiple Headspace Extraction
- k) možnost výměny zásobníku s vialkami bez přerušení analýzy pro kontinuální provoz
- l) možnost doplnění integrované čtečky čárových kódů kompatibilní se softwarem, který zároveň ovládá plynový chromatograf

5.4.5.Multifunkční stříkačkový autosampler pro kapalný i headspace nástřik

Modul pro kapalný nástřik:

- a) nástřik v rozmezí alespoň od 0,1 µL až do 100 µL
- b) Při dávkování možnost využít čtečku čárových kódů
- c) vysoká kapacita podavačů, možnost uložit více než 600 vialek o objemu 2 mL

Modul pro headspace nástřik:

- d) pracovat v teplotním rozmezí 40 °C to 150 °C
- e) vialky o objemech 2, 10 nebo 20 ml automaticky transportovatelné za použití magnetických víček
- f) headspace stříkačky automaticky proplachovány inertním plynem v objemech 1 ml; 2,5 ml; a 5 ml

5.4.6.Požadavky na rozsah servisních prací

- a) kvalifikace všech částí dodaného přístroje v rozsahu IQ / OQ v ceně při instalaci nového přístroje. V rámci IQ / OQ musí být provedena dokumentace použitých firmwarů
- b) zaškolení obsluhy v rozsahu nejméně jeden pracovní den na úrovni uživatel a administrátor včetně vydání dokladu o školení pro vyškolené pracovníky. Školení musí být zajištěno výrobcem autorizovanými servisními technikami s doloženými certifikáty.
- c) odezva servisu do 48 hodin po nahlášení závady
- d) zajištění pravidelného záručního a pozáručního servisu zahrnující preventivní údržbu včetně následných kvalifikací, jejich součástí je řízená kvalifikační dokumentace
- e) dostupnost náhradních dílů min. 5 let od uvedení zařízení do provozu
- f) záruka 24 měsíců

5.4.7.Požadavky na software

- a) splňující požadavky směrnice FDA CFR 21, část 11 a Data Integrity principů
- b) kvalifikace všech částí dodaného softwaru v rozsahu IQ / OQ při instalaci
- c) strukturní validace provedená výrobcem, deklarující certifikátem, že software je validován a certifikován dle požadavků FDA
- d) klient - serverové řešení zahrnující automatické zálohování dat
- e) data na serveru musí být uložena v databázi

- f) součástí dodávky musí být licence pro současnou práci dvou uživatelů (osoby provádějící měření a osoby provádějící kontrolu a elektronické schválení naměřených dat). Systém musí umožnit pozdější dokoupení licencí pro další uživatele.
- g) audit trail, verzování metod, tvorba skupin uživatelů dle nastavených oprávnění, možnost nastavit elektronický podpis metod a naměřených dat s minimálně dvěma úrovněmi (Autor \ Kontrolor)
- h) možnost souběžné práce minimálně dvou uživatelů počítačového systému (jeden měřící data, druhý vyhodnocující naměřené údaje)
- i) možnost uživatelské tvorby reportů s využitím uživatelských výpočtů, verzování reportů, audit trail, možnost uzamčení reportu, tisku či generování pdf reportu
- j) uživatelské účty propojeny s Active Directory společnosti
- k) z hlediska požadavků na Data Integrity snadné dohledání všech verzí instrumentových, procesních a reportových metod a všech vygenerovaných výsledků
- l) výrobcem garantovaná podpora terminálových řešení typu Citrix XenApp či RemoteAPP pro práci z libovolného počítače, např. z domova nebo jiné pobočky
- m) možnost data trendové analýzy včetně srovnání testů dané šarže a šarží daného produktu
- n) software vybraného výrobce musí po příslušné konfiguraci umožnit výměnu dat s Laboratorním informačním systémem společnosti (LabWare)
- o) odezva servisu do 48 hodin po nahlášení závady
- p) zajištění pravidelné pozáruční podpory zahrnující nárok na nové verze softwaru (může být podmíněno platbou servisního poplatku)

6. Požadované práce, dodávky a služby, rozpočet

Předmětem zakázky je **dodávka laboratorního vybavení**, instalace, zaškolení obsluhy, instalační a operační kvalifikace, dokumentace dle členění uvedeného v bodě 5 této zadávací dokumentace.

Cena zařízení bude uvedena včetně dopravy, instalace, instalační a operační kvalifikace (včetně software), zaškolení a dalších nezbytných nákladů a s uvedením do provozu.

Celková cena pak bude vyplněna v krycím listu nabídky (příloha č. 1) a v hodnotícím listu (příloha č. 2) pro dané dílčí plnění.

7. Prohlídka místa plnění, dotazy a jejich zodpovězení

7.1 Prohlídka místa plnění

Prohlídku místa instalace je možné provést dne 27. 09. 2022 od 09:30 do 13:00 a 04. 10. 2022 od 09:30 do 13:00. Prohlídku je třeba si domluvit na telefonním čísle 724 850 101 (R. Khaddour) nejméně jeden den předem.

7.2 Dodatečné informace a zodpovězení dotazů

Účastníci jsou oprávněni požadovat po zadavateli písemně vysvětlení zadávacích podmínek. Žádosti o vysvětlující informace zadávacích podmínek musí být zadavateli doručeny nejpozději 4 pracovní dny před lhůtou pro podání nabídek tak, aby na ně bylo možno do 2 pracovních dnů odpovědět, a musí obsahovat kontaktní údaje na účastníka. Žádosti o vysvětlující informace zadávacích podmínek musí být zaslány na adresu zadavatele nebo na projektového manažera Ing. Roberta Khaddoura, email: dotace@quinta.cz. Zadavatel sám může poskytnout další vysvětlení zadávacích podmínek bez předchozí žádosti.

Zadavatel vyřídí odpověď na žádost o dodatečné informace zadávacích podmínek všem účastníkům nejpozději do 2 pracovních dnů po doručení žádosti. Tyto informace zveřejní na profilu zadavatele a zároveň bude neprodleně písemně informovat dosud známé účastníky.

8. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů účastníků

Účastník je povinen v nabídce prokázat splnění kvalifikace.

8.1 Vymezení kvalifikace

Kvalifikovaným, pro plnění zakázky, je dodavatel, který:

- a) splní základní kvalifikační předpoklady,
- b) splní profesní kvalifikační předpoklady,
- c) technické kvalifikační předpoklady.

8.2 Základní kvalifikační předpoklady (§ 74)

1. Účastník musí splňovat základní kvalifikační kritéria. Základní kvalifikační kritéria splňuje účastník, který:

- a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 daného zákona nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele, k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném, nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek, nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) není v likvidaci, proti němuž nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž nebyla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

2. Je-li účastníkem právnická osoba, musí podmínku podle odst. 1, písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odst. 1, písm. a) splňovat:

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

3. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu:

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odst. 1, písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odst. 1, písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Splnění základních kvalifikačních předpokladů:

Účastník prokáže splnění základních kvalifikačních kritérií čestným prohlášením. Pro prohlášení použije účastník přílohu č. 3 (Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů). Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou, která je oprávněna jednat jménem účastníka.

8.3 Profesní kvalifikační předpoklady (§ 77)

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže účastník, který předloží:

- **Prostou kopii výpisu z obchodního rejstříku**, pokud je v něm účastník zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, podle zvláštních právních předpisů, ne starší 90 dnů od konce lhůty pro podání nabídek.

- **Prostou kopii oprávnění k podnikání** podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon) v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci – výpis z živnostenského rejstříku.

Zahraniční účastník dokládá splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční účastník v původním jazyce s připojením jejich překladu do českého jazyka.

8.4 Technické kvalifikační předpoklady (§ 79)

Účastník je povinen v nabídce prokázat splnění **technické** kvalifikace.

Zadavatel požaduje prokázat splnění **technických kvalifikačních předpokladů** předložením seznamu obdobných dodávek, provedených řádně účastníkem za poslední 3 roky s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí. Obdobnou dodávkou se rozumí instalace laboratorního vybavení, které je provozováno v tzv. režimu „Správné výrobní praxe“. Zadavatel požaduje, aby alespoň 3 dodávky dosahovaly finančního rozsahu (bez DPH):

- **Dílčí plnění č. 1:** Bezpečnostní skříň – 70 000 Kč
- **Dílčí plnění č. 2:** Kulový mlýn – 115 000 Kč
- **Dílčí plnění č. 3:** Disoluční automat – 3 500 000 Kč
- **Dílčí plnění č. 4:** GC/MS/MS – 2 500 000 Kč

Splnění technických kvalifikačních předpokladů:

Seznam musí obsahovat identifikační údaje objednatele, cenu, dobu plnění, předmět plnění a místo provádění a údaj o tom, zda byly tyto dodávky provedeny řádně, údaj o kontaktní osobě, u které je možné ověřit řádné provedení a předání zakázky. Seznam významných zakázek účastník předloží formou čestného prohlášení, podepsaného osobou oprávněnou zastupovat účastníka. Tabulka pro prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů je doložená v příloze č. 4.

9. Doba plnění a místo dodání.

9.1 Předpokládaná doba plnění

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Dílčí plnění č. 1: Bezpečnostní skříň | |
| Podpis smlouvy o dílo: | 11/2022 |
| Dodávka zařízení: | nejpozději do 20 týdnů od podpisu smlouvy |
| Instalace, IQ a BTK, zprovoznění a zaškolení: | po dodání bezpečnostních skříní |
| <ul style="list-style-type: none"> • Dílčí plnění č. 2: Kulový mlýn | |
| Podpis smlouvy o dílo: | 11/2022 |
| Dodávka zařízení: | nejpozději do 20 týdnů od podpisu smlouvy |
| Instalace, IQ, OQ, BTK zprovoznění a zaškolení: | po dodání kulového mlýnu |
| <ul style="list-style-type: none"> • Dílčí plnění č. 3: Disoluční automat | |
| Podpis smlouvy o dílo: | 11/2022 |
| Dodávka zařízení: | nejpozději do 20 týdnů od podpisu smlouvy |
| Instalace, IQ a OQ, zprovoznění a zaškolení: | po dodání disolučního automatu |
| <ul style="list-style-type: none"> • Dílčí plnění č. 4: GC/MS/MS | |
| Podpis smlouvy o dílo: | 11/2022 |
| Dodávka zařízení: | nejpozději do 20 týdnů od podpisu smlouvy |
| Instalace, IQ a OQ, zprovoznění a zaškolení: | po dodání GC/MS/MS |

9.2 Místo dodání

QUINTA-ANALYTICA, s.r.o.
Karásek 2296/1n
621 00 Brno - Řečkovice

10. Způsob zpracování nabídky, forma nabídky

Nabídka bude zpracována v písemné formě v **českém jazyce**, ale zadavatel připouští i jako nabídkový jazyk **slovenštinu**, v souladu s požadavky zadavatele, které jsou uvedeny v této dokumentaci. Nabídka bude členěna dle této zadávací dokumentace v bodě 10.1 a v daném pořadí.

10.1 Minimální rozsah nabídky

- a) Krycí list nabídky – představuje shrnutí údajů o účastníkovi a ceně nabídky (příloha č. 1).
- b) Hodnoticí list (příloha č. 2).
- c) Návrh kupní smlouvy včetně přílohy s vyhodnocením požadovaných technických specifikací podepsaný osobou oprávněnou jednat za účastníka. Součástí návrhu smlouvy bude i příloha: Servisní smlouva.
- d) Návrh technického řešení (popis zařízení, technické listy – lze předložit i v angličtině, popis způsobu provedení).
- e) Prohlášení o počtu listů nabídky (viz 11.2 f).
- f) Datová verze nabídky na CD nebo DVD nosiči (viz 11.2 a).
- g) Podepsané Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (příloha č. 3)
- h) Splnění technických kvalifikačních předpokladů (příloha č. 4)

10.2 Forma nabídky

- a) Nabídka bude předložena písemně ve **dvou** vyhotoveních v listinné podobě. To je 1x **originál** a 1x **kopie**. Nabídka bude rovněž předložena v datové podobě na CD nebo flash disku (formát souborů DOC, RTF, XLS, PDF, JPG, TIFF a velikost souborů do 10 MB). Dokumenty s podpisem budou naskenovány jako originály ve formátu PDF nebo JPG tak, aby byly podpisy zřetelné.
- b) Originál nabídky musí být označen na titulní straně „**ORIGINÁL**“. Kopie budou označeny „**1. KOPIE**“.
- c) Nabídka bude vytištěna tak, aby byla dobře čitelná. Jednotlivé listy nabídky musí být zabezpečeny proti manipulaci (svázat, nebo jinak zabezpečit). Nabídka nesmí obsahovat přepisy nebo dodatečné opravy textu (ruční opravy nebo přepisy).
- d) Všechny listy nabídky budou ručně očíslovány vzestupnou řadou počínaje číslem 1.
- e) Pokud bude do nabídky vložena listina, jejíž označení není možné provést požadovaným způsobem, bude na tuto skutečnost zadavatel zřetelně upozorněn na poslední straně.
- f) Poslední strana nabídky bude prohlášení účastníka, kolik nabídka obsahuje listů textu. Včetně podpisu orgánu oprávněného jednat za účastníka.
- g) Nabídka bude podána v požadovaném počtu vyhotovení včetně datového nosiče (CD/DVD, flash disk) v **jedné neprůhledné obálce** (obalu). Řádně zabezpečené proti neoprávněné manipulaci (např. pečeti, samolepící etiketa firmy, razítko účastníka + podpisy). Obálka bude **zřetelně a jednoznačně** označena „**VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ – QUINTA-ANALYTICA, s.r.o. – „Dodávka laboratorního vybavení II – Dílčí plnění číslo x**“ (kde x, odpovídá číslu plnění ze zadávací dokumentace) a heslem **NEOTVÍRAT!**.
- h) Na obálce bude uvedena zpětná adresa účastníka.
- i) Obálka bude adresována: QUINTA-ANALYTICA, s.r.o., Ing. Robert Khaddour, Pražská 1486/18c, 102 00 Praha.
- j) Účastníkovi nepřísluší náhrada za zpracování a předložení nabídky. Nabídky budou archivovány u zadavatele.

- k) Krycí list nabídky (příloha č. 1), nabídka, a veškerá prohlášení budou podepsána členem (členy) statutárního orgánu účastníka nebo zmocněné osoby (potom je třeba doložit plnou moc v originále nebo v ověřené kopii).
- l) Všichni účastníci jsou vázáni cenou nabídky po dobu 5 měsíců od konečného termínu pro předložení nabídek.

11. Nabídková cena. Podmínky překročení nabídkové ceny

11.1 Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

Účastníci zpracují rozpočet tak, že v něm uvedou položky a hodnoty související s překládaným plněním do příslušného Hodnoticího listu (příloha č. 2). Účastníci uvedou nabídkovou cenu v absolutní částce v CZK nebo v EUR jako nejvýše přípustnou po celou dobu realizace předmětu plnění. Nabídková cena bude uvedena bez DPH + sazba DPH a celková cena včetně DPH. Zahraniční dodavatelé uvedou DPH s hodnotou 0,-. Účastník zodpovídá za to, že jeho nabídková cena bude zahrnovat veškeré náklady na splnění předmětu zakázky včetně veškerých nákladů a výdajů souvisejících s dodávkou a provedením díla, s přípravou, projednáním a předložením písemných dokumentů, dopravy a doručení v rámci zakázky.

11.2 Předpokládaná hodnota celé zakázky

Předpokládaná hodnota celé zakázky je 14 674 324 Kč (bez DPH).

Předpokládaná hodnota jednotlivých dílčí plnění (bez DPH) je:

- **Dílčí plnění č. 1:** Bezpečnostní skříň – 144 050 Kč
- **Dílčí plnění č. 2:** Kulový mlýn – 239 621 Kč
- **Dílčí plnění č. 3:** Disoluční automat – 8 158 595 Kč
- **Dílčí plnění č. 4:** GC/MS/MS – 6 132 058 Kč

Cena je pouze informativní a byla stanovena dle předběžných představ zadavatele. Překročení ceny není důvodem k vyřazení nabídky.

12. Obchodní podmínky, platební podmínky, smluvní ujednání

Účastník připraví návrh kupní smlouvy, který bude respektovat požadované obchodní podmínky uvedené v dalším textu zadávací dokumentace, tento návrh bude datovaný a podepsaný osobou oprávněnou zastupovat účastníka. Bude-li návrh smlouvy o dílo opatřen podpisem osoby oprávněné zastupovat účastníka na základě plné moci, bude nedílnou přílohou nabídky i plná moc (originál nebo ověřená kopie).

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka účastníka musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s následujícími obchodními podmínkami.

Návrh kupní smlouvy bude obsahovat:

- identifikaci smluvních stran včetně IČO a DIČ, pokud jsou přiděleny,
- předmět plnění,
- dobu a místo plnění,
- zpracování včetně cenové nabídky,
- platebních podmínek,
- záručních lhůt,
- termínu dodání od podpisu kupní smlouvy,
- termínu předání přístroje do provozu od podpisu kupní smlouvy,
- počet dnů školení,
- hodnoty kritérií hodnocení.

12.1 Obecné obchodní podmínky a smluvní ujednání

V návrhu smlouvy bude účastníkem uvedena smluvní pokuta ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení při nesplnění termínu dodání. Dále v návrhu smlouvy bude účastníkem uvedeno, že uhrazením smluvní pokuty se zhotovitel nezbavuje povinnosti odstranění vady.

V návrhu smlouvy bude účastníkem uvedeno, že zadavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě závažného porušení smlouvy. Za závažné porušení smlouvy se považuje především prodlení v plnění termínu předání předmětu dodávky delším jak 30 dní a nesplnění všech technických parametrů uvedených v kapitole 5. Technická specifikace zakázky, technické standardy zakázky.

Dodavatel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. dodavatel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MVCR, MPSV, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu smlouvy a poskytnout jim součinnost.

Před podpisem smlouvy má Zadavatel právo si vyžádat k nahlédnutí originály nebo ověřené kopie dokumentů předložených v nabídce a dalších souvisejících dokumentů. Může se jednat zejména o originál výpisu z Obchodního rejstříku nebo obdobné evidence prokazující odborné kvalifikační předpoklady a o smlouvu o pojištění proti škodám způsobeným objednavatelům v souvislosti s vykonávanou činností s pojistným plněním min. na celkovou výši zakázky s platností min. na dobu trvání smluvního vztahu.

12.2 Platební podmínky

Zadavatel akceptuje následující platební podmínky:

Faktura bude vystavena po dodání a předání zboží, splatnost faktury nejméně 45 dní. Platba bude probíhat v Kč nebo EUR.

Faktura bude obsahovat minimálně náležitosti podle zák. č. 235/2004 Sb. v platném znění, na každé faktuře bude dále uveden název projektu, v jehož rámci je zakázka realizována. Faktury budou vystavovány v českém nebo anglickém jazyce.

Na fakturách (daňových dokladech) a dalších dokumentech souvisejících s projektem (předávací protokoly, dodací listy, záruční listy) bude **uveden název projektu „Rozšíření výzkumné a vývojové kapacity společnosti QUINTA-ANALYTICA, s.r.o.“ a registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0023928.**

13. Hodnotící kritéria, způsob hodnocení nabídek

Zadavatel provede hodnocení nabídek prostřednictvím jmenované komise.

Proces hodnocení bude zahájen veřejným otevřením obálek s nabídkami.

Nabídky, které nesplní kvalifikační kritéria, budou komisí vyřazeny a nebudou hodnoceny.

Komise bude dále posuzovat soulad nabídek se zadáním. Rozsah zakázky je stanoven zadávací dokumentací a upřesněním požadavků na dodávku laboratorního vybavení. Nedodržení technických požadavků na zařízení může znamenat vyřazení nabídky z výběrového řízení.

13.1 Hodnocení nabídkové ceny

Hodnotícím kritériem při splnění všech kvalifikačních kritérií a ve stanoveném rozsahu zakázky je konečná cena. Toto kritérium má váhu 100%.

Hodnotící komise vyhodnotí jednotlivé nabídky tak, že nejnižší hodnotu ceny v Kč z nabídek vydělí hodnotou ceny v Kč hodnocené nabídky a vynásobí stonásobkem.

$$n \text{ bodů} = 100 \times \frac{\text{nejvýhodnější nabídka}}{\text{hodnocená nabídka}} \times \text{váha vyjádřená desetinným číslem}$$

Hodnoty budou zapsané do tabulky. Nabídky s nejvyšším počtem bodů se stanou vítězi jednotlivých dílčích plnění.

13.2 Další informace k vyhodnocení

Zadavatel si vyhrazuje právo vyžádat si dodatečné informace o nabídkách (především s ohledem na technické řešení, technické parametry, kompatibilitu, způsob obsluhy a údržby a dokumentaci pro obsluhu a validaci).

Zadavatel oznámí jednotlivým účastníkům výsledek výběrového řízení na profilu zadavatele.

14. Úhrada zadávacích dokumentů

Zadavatel **nestanovil** poplatek za poskytnutí zadávací dokumentace, jelikož je předávána v elektronické podobě.

15. Předání zadávacích dokumentů

Úplná Zadávací dokumentace bude předána účastníkům na vyžádání na CD nosiči osobně v sídle zadavatele nebo bude zaslána doporučenou poštou nebo elektronickou poštou. Tato dokumentace je shodná s dokumentací dostupnou na profilu zadavatele.

16. Lhůta, způsob a místo podání nabídky

- a. **Zadavatel stanovil konečný termín předání nabídek na 24. 10. 2022 do 14:00 h.**
- b. Nabídky je možno zasílat (poštou nebo kurýrní službou) nebo předat osobně autorizované osobě na adrese sídla zadavatele tak, aby dorazily nejpozději v termínu uvedeném v bodě 17b).
- c. Určujícím termínem je datum a čas doručení, a nikoliv datum a čas odeslání nabídky.
- d. Nabídka, kterou zadavatel neobdržel v termínu dle bodu 17b), bude odmítnuta a neotevřená.
- e. Účastník může před termínem dle bodu 17b) modifikovat nebo stáhnout svou nabídku po jejím předložení. O této skutečnosti musí Zadavatele písemně předem informovat. Pokud se tento účastník rozhodne podat nabídku novou, musí tak učinit pouze do termínu dle bodu 17b).

17. Termín a místo otevírání obálek a účast na hodnocení

- a. Zadavatel jmenuje hodnotící komisi pro otevírání obálek a výběr dodavatele.
- b. Veřejné otevírání obálek proběhne 24. 10. 2022 v 14:00 h v sídle Zadavatele.
- c. Termín vyhlášení výsledků veřejného výběrového řízení určuje Zadavatel a není stanoven.

18. Ostatní podmínky a jiné požadavky

- a. Účastníci předloží požadavky na zajištění navazujících nebo souvisejících činností a součinnost ze strany zadavatele. A to včetně časových souvislostí.

- b. Účastníci uvedou platnost nabídky ne kratší, než 5 měsíců od konečného termínu pro podání nabídek.
- c. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení a vyhrazuje si právo odmítnout všechny předložené nabídky, aniž by tím vyvolal jakoukoliv odpovědnost k dotčenému dodavateli.
- d. Žádnému účastníkovi nebude poskytnuta preference.
- e. Zadavatel prohlašuje, že všechny údaje účastníků, které získá v tomto veřejném výběrovém řízení, bude považovat za obchodní tajemství. Účastníci přitom berou na vědomí, že zadavatel předložené nabídky zpřístupní kontrolním orgánům projektu.
- f. Vyhlášené výběrové řízení je organizováno na základě „Pravidel pro výběr dodavatelů“, API, MPO, OP PIK, č. j. MPO 28196/22/61100, v účinnosti od 28. 03. 2022.
- g. Společnost zadavatele prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákona)
- h. Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
- i. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- j. Obsahuje-li Zadávací dokumentace nebo její přílohy a související dokumenty konkrétní obchodní názvy či značky, jedná se vždy pouze o vymezení požadovaného standardu a Zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.
- k. Jednotliví účastníci výběrového řízení mohou podat nabídky v rámci jednoho nebo více dílčích plnění.

19. Seznam příloh

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky (v elektronické podobě, formát DOCX, 4 str.)


Příloha č. 2 – Hodnotící list (ve formátu DOCX, 4 str.)

Příloha č. 3 – Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (ve formátu DOCX, 4 str.)

Příloha č. 4 – Splnění technických kvalifikačních předpokladů (ve formátu DOCX, 4 str.)

V Praze, dne 10. 10. 2022

pověřená osoba zadavatele:


Ing. Roman Grunt, jednatel, předseda sboru jednatelů


RNDr. Marcela Písačková, jednatel