



**OBLASTNÍ NEMOCNICE
PŘÍBRAM, a. s.**

Veřejná zakázka malého rozsahu

**„Přístroje pro oční oddělení“
Vysvětlení zadávací dokumentace III.**

Dotaz dodavatele:

Zadavatel požaduje 17“ display s nestárnoucím podsvícením. Bude zadavatel akceptovat 24“ display s nestárnoucím podsvícením?

Odpověď:

Zadavatel trvá na technické specifikaci přístroje, tak jak je uvedeno v zadávací dokumentaci (příloha č. 2 Technická specifikace)

V Příbrami, dne 23.5.2019

.....
MUDr. Stanislav Holobrada
Předseda představenstva ON Příbram, a.s.