

VÁŠ DOPIS ZNAČKY:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA: 000910630/2021-R

VYŘIZUJE: Mgr. Aneta Štěpničková

TEL: 272 095 124

E-MAIL: astepnickova@zpmvcr.cz

DATUM: 31. 3. 2021

Vysvětlení č. 2 zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení

V souladu s ustanovením § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), oznamujeme, že jsme obdrželi žádost o vysvětlení zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „**Dodávky antigenních testů na detekci SARS-CoV-2 pro ZP MV ČR**“ evidované u zadavatele pod č.j.: 000910630/2021-R.

V souladu s citovaným ustanovením ZZVZ uveřejňujeme anonymizované znění žádosti spolu se zněním naší odpovědi (viz příloha tohoto dopisu) na profilu zadavatele ZP MV ČR.

Příloha: Znění žádosti a vysvětlení

S pozdravem

.....
Ing. Vratislav Matys, MBA
předseda komise k veřejné zakázce
Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra
České republiky

Anonymizované znění žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

„Dobrý den, bude zadavatel akceptovat testy z dutiny ústní přesněji výtěr krku, tedy ústní část hltanu (orofaryngeální výtěr)?“

Odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace:

Zadavatel sděluje, že nebude akceptovat nabídky testů pro odběr ze zadní strany dutiny ústní na detekci SARS-CoV-2 laickou osobou, na které byla udělena Výjimka pro antigenní testy vydaná Ministerstvem zdravotnictví České republiky dle § 4 odst. 8 nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro.

Zadavatel sděluje, že z důvodu nutnosti respektování zachování přiměřené míry osobní integrity svých zaměstnanců a především z důvodu potřeby naplnění efektivnosti samotestování na covid-19 nemůže zadavatel připustit tento způsob testování. U testů, které se provádí ze zadní strany dutiny ústní, hrozí, že jejich provedení zaměstnanci zadavatele nebude vykazovat žádoucí výsledky a zadavatel nemůže dovolit toto riziko připustit.

Zadavatel dále sděluje, že má zájem pouze o způsoby testování, které jsou uvedeny v příloze č. 1 (Specifikace a nabídková cena antigenních testů) návrhu Rámcové kupní smlouvy, která je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.