

Dodatečné informace č. 1

DODATEČNÉ INFORMACE

podle ust. § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“)

v otevřeném řízení

„Dodávka a instalace vybavení fyzikální laboratoře“

podle ust. § 21 odst. 1 písm. a) ZVZ a v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

zahájeném dne 16. 10. 2013 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do ISVZ
US, ev. č. VZ : 366372

Identifikační údaje zadavatele:

Název zadavatele:	Techmania Science Center o.p.s.
Sídlo zadavatele:	Plzeň, Tylova 1/57, PSČ 316 00
IČ zadavatele:	263 96 645
Právní forma zadavatele:	obecně prospěšná společnost
Jméno a příjmení osob oprávněných jednat jménem zadavatele:	Mgr. Vlastimil Volák, ředitel

Zadavateli byla dne 2. 12. 2013 doručena žádost dodavatele o poskytnutí dodatečných informací. Zadavatel tímto poskytuje dodavatelům následující dodatečné informace:

Pořadové číslo dotazu resp. informace	1
Dotaz:	Detektor kladných a záporných nábojů- jaké jsou minimální požadavky na přístroj?
Odpověď:	Zadavatel požaduje detektor: min. rozměry: 100×100×40 mm. Napájení: 9 V baterie pro dobu provozu alespoň cca. 50 hodin. Indikace Zelenou/červenou LED diodou. Funkce RESET. Dodávka včetně baterie.

Pořadové číslo dotazu resp. informace	2
Dotaz:	Síťka na kahan bez azbestu- jaké jsou minimální parametry?
Odpověď:	Minimální požadavky: velikost 125 x 125 mm s keramickou vrstvou.

Dodatečné informace č. 1

Pořadové číslo dotazu resp. informace	3	
Dotaz:	Sada na určení rozsahu slyšitelnosti- jaké jsou minimální požadavky na přístroj?	
Odpověď:	Zadavatel požaduje tyto parametry přístroje: USB připojení k PC, bez vnějšího napájení, napájeno přes USB - Database management system - Ukládání údajů testované osoby a výsledků měření - Volně definovatelné tisky nálezů - Analýza trendů, provozní módy: Manuální Poloautomatický: vzestupná a sestupná iterace	

Pořadové číslo dotazu resp. informace	4	
Dotaz:	Reproduktor + zesilovač- jaké jsou minimální požadavky na přístroj?	
Odpověď:	Specifikace přístroje, minimální požadavky- Přenosný reproduktor s podporou připojení NFC, Bluetooth a 3.5 mm audio vstupem. Zesilovač Super Charged Amplifier a dva výkonné širokopásmové měniče, profily Bluetooth A2DP, AVRCP a HFP, audio kodeky SBC, AAC a aptX, s vestavěnou Li-Ion baterií až 7 hodin použití, nabíjení z USB nebo adaptérem. Zesilovač: Vstupy: SACD/CD, Phono (MM), Aux, Recorder, Tuner Výstupy: Recorder, Sluchátka Funkce audia: Ovládání tónu (basy/výšky), Loudness, Muting, Source Direct"	

Pořadové číslo dotazu resp. informace	5	
Dotaz:	Kondenzátorový mikrofón- jaké jsou minimální požadavky na přístroj?	
Odpověď:	Zadavatel požaduje přístroj minimálně s těmito parametry: - Konstrukce: kondenzátorová (s externí polarizací) - Membrána: 0,5" - Frekvenční rozsah min.: 20 Hz - 20 kHz - Phantomové napájení: 48 V (+/-4 V) - Proudový odběr: 2 mA	

Dodatečné informace č. 1

	• Citlivost: 12 mV/Pa (-38 dBV +/- 3 dB) • Útlum mimo osu: - • Vlastní šum: 21 dBA (IEC) • Dynamický rozsah: 124 dB • Napájení: externí • Tělo: kovové • Konektor: XLR
--	--

Pořadové číslo dotazu resp. informace	6
Dotaz:	Sonometr KIMO DB 100 Zvukoměr- lze vybrat i obdobný přístroj, jaké jsou minimální požadavky na přístroj?
Odpověď:	Zadavatel specifikuje své požadavky obecně, lze vybrat jakýkoli přístroj, který je splňuje. Minimální požadavky, specifikace přístroje- Rozsahy: 35 - 90 dB, 75 - 130 dB Frekvenční rozsah: 32 Hz až 7500 Hz Citlivost: 0,1 dB Přesnost: 1,5 dB

Pořadové číslo dotazu resp. informace	7
Dotaz:	Generátor funkcí 4MHz (nízkofrekvenční)
Odpověď:	Bližší specifikace přístroje- minimální požadavky: USB rozhraní, LED displej výkon 8 W výstupní signál: 12 různých průběhů harmonické zkreslení -40 dBc, celkové zkreslení <1% činitel zaplnění 1-99% frekvenční rozlišení 20 mHz rozsah amplitud 0-20 Vpp amplitudové rozlišení 2 mVpp napájecí napětí 100-120 V / 200-240 V AC, 50/60 Hz USB, BNC kabel

Dodatečné informace č. 1

Pořadové číslo dotazu resp. informace	8	
Dotaz:	V příloze 1a Podrobná specifikace plnění je uvedený seznam norem ČSN EN. Požadujete předložení jako součást dokladů v nabídce?	
Odpověď:	Ano, zadavatel požaduje, aby nábytek splňoval příslušné normy a ty byly přiloženy k nabídce.	

Pořadové číslo dotazu resp. informace	9	
Dotaz:	V zadávací dokumentaci (bod 11, bod 17) zadavatel požaduje předložit nabídku ve výhradně českém jazyce. Je akceptovatelný i slovenský jazyk?	
Odpověď:	Zadavatel akceptuje i slovenský jazyk, protože podle § 51 odst. 7 ZVZ povinnost připojit k dokladům úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce.	

V Plzni dne 4. 12. 2013

Techmania Science Center o.p.s.
Mgr. Vlastimil Volák
ředitel