

## DODATEČNÁ INFORMACE č. 2

**Zadavatel:** Město Nový Bydžov  
**Sídlo:** Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov  
**IČ:** 002 69 247  
**jednající:** Ing. Pavel Louda, starosta

### Název veřejné zakázky:

#### **„Domov pro seniory Nový Bydžov - dodávka zdravotnického vybavení a pomůcek“**

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky, zadávaná v otevřeném řízení v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ a/nebo „ZZVZ“)

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto poskytuje, v souladu s § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. ZZVZ, vysvětlení zadávací dokumentace jako odpověď na dotaz účastníka výběrového řízení ze dne 10. 9. 2025:

### Dotazy účastníka:

Vážený zadavateli, jsme schopni zpracovat a poskytnout komplexní nabídku pro Vámi požadovaný předmět plnění rozdělený na dané části veřejné zakázky. V rámci příprav na podání nabídky Vám zasíláme níže uvedené dotazy jejichž kladné vypořádání umožní podat nabídky odpovídající technickým požadavkům a požadavků na medicínský účel a použití jimi definovaný.

Předem děkujeme za Vaše odpovědi.

#### Dotazy pro část 1

##### **Dotaz č.1**

Zadavatel požaduje Položku č. 4 - Nerezový vozík na zemřelé. Bude zadavatel akceptovat i nabídku na nerezový vozík pro zemřelé, který je speciálně definován pro tento účel avšak disponuje plastový víkem, které je vyrobeno z odolného plastu používaného ve zdravotnictví a díky tomuto provedení je lehčí a umožňuje snadnější manipulaci?

##### **Dotaz č.2**

Zadavatel požaduje Položku č. 4 - Nerezový vozík na zemřelé. Bude zadavatel akceptovat i nabídku na nerezový vozík pro zemřelé, který je speciálně definován pro tento účel avšak disponuje kolečky o plně dostačujícím průměru 150 mm, která mají dvě centrální brzy pro kolečka a kolečka lze zafixovat pro rovný směr jízdy, což umožní snadnější manipulaci?

### **Dotaz č.3**

Zadavatel požaduje Položku č. 4 - Nerezový vozík na zemřelé. Bude zadavatel akceptovat i nabídku na nerezový vozík pro zemřelé, který je speciálně definován pro tento účel a disponuje rovnou transportní deskou a jako zábrana proti vytečení tekutin je používáno víko celého vozíku?

### **Dotaz č.4**

Zadavatel požaduje Položku č. 6 - Pečovatelský vozík na čisté prádlo s nášlapným mechanismem. Námi nabízené řešení pečovatelského vozík na čisté prádlo zcela odpovídá požadavkům na funkci a jeho účel použití, avšak disponuje obdobným technickým řešením, než je přesně definováno. Námi nabízený profesionální vozík renomovaného českého výrobce má následující vlastnosti

- Rozměry vozíku šířka 83 cm x hloubka 58 cm x výška 126 cm
- konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch, antivibrační výztuha
- prac. deska: nerez ocel AISI304 s ochrannými rohy
- stojan s držákem na dvě krabice rukavic
- 1x uzamykatelné ocelové dveře s dvěma křídly s práškovou barvou
- plastová madla
- 3 x vnitřní police, nosnost: 40 kg
- barvu dveří, krytek madel dveří, ochranných rohů, nárazníků a krytek tlačných madel je možné definovat dle vzorníku
- ergonomické tlačné madlo
- 2x pevné, 2x otočné kolo s brzdou na tvrdé podlahy, průměr 160 mm
- plastové ochranné nárazníky
- na boku vozíku je umístěna souprava pro vak až 120 l
- Pedálem otvírané víko
- Podpěra vaku
- Možnost oddělení od vozíku
- Možnost použití na vozíku i samostatně
- Volitelná barva víka: modré, červené, žluté, zelené
- Celková nosnost: 200 kg

Bude zadavatel akceptovat i nabídku tohoto pečovatelského vozíku na čisté prádlo v tomto výše uvedeném provedení?

Je případně možné doplnit ilustrativní obrázek Vámi požadovaného vozíku?

#### **Dotaz č.5**

Zadavatel požaduje Položku č. 7 - vozík pro třídění špinavého prádla. Námi nabízené řešení vozíku na špinavé prádlo disponuje obdobným technickým řešením, než je přesně definováno. Námi nabízený profesionální vozík renomovaného českého výrobce má následující vlastnosti:

- Konstrukce se čtyřmi spojenými sklopnými držáky pro umístění vaků
- Rozměry vozíku délka 196 cm x hloubka 53 cm x výška 108 cm
- konstrukce: ocel s práškovou barvou (šedá), antimikrobiální povrch
- sklopný držák vaku: 4x 120 l s víkem; nosnost: 15 kg
- každé víko disponuje bezdotykovým otevíráním - nášlapný pedál
- barvy vík lze vybrat z možností: červená, modrá, zelená, žlutá
- 4x otočné kolo o vhodném průměru 75 mm se dvěma brzdami a plastovými nárazníky pro ochranu povrchů
- celková nosnost: až 60 kg

Bude zadavatel akceptovat i nabídku tohoto vozíku na špinavé prádlo v tomto výše uvedeném provedení?

#### **Dotaz č.6**

Zadavatel požaduje Položku č. 9 zdravotnický vozík lékový, jehož ilustrativní vyobrazení neodpovídá definovanému technickému popisu. Předpokládáme správně, že závazný je technický popis nikoliv vyobrazení?

Bude zadavatel akceptovat i jednu z níže uvedených variant případně jednu z nich?



A)

- šířka 54 cm x hloubka 74 cm x výška 114 cm - zkl. rozměry vozíku

- konstrukce: ocelová konstrukce s vypalovanou práškovou barvou odstínu šedá (RAL:7042) a antimikrobiálním povrchem
- horizontální plastové lišty; počet pozic: 6
- koše jsou součástí vozíku
- koše lze rozdělit příčkami; nosnost koše: 10 kg
- 4x otočné kolo  $d=12,5$  cm, 2x brzda; plast. nárazníky



B)

- Šířka 74 cm x hloubka 54 cm x výška 114 cm - zkl. rozměry vozíku
- konstrukce: nerez ocel AISI304
- horizontální plastové lišty; počet pozic: 6
- koše jsou součástí vozíku
- koše lze rozdělit příčkami; nosnost koše: 10 kg
- 4x otočné kolo  $d=12,5$  cm, 2x brzda; plast. nárazníky

#### **Dotaz č.7**

Zadavatel požaduje Položku č. 14 - invalidní vozík v jehož popisu požaduje skládací ocelový rám. Námi nabízený invalidní vozík splňuje veškeré požadavky, avšak disponuje skládacím hliníkovým rámem. Tento hliníkový rám je svými vlastnostmi stejně pevný či odolný jako rám ocelový, ale navíc se jedná o materiál nerezavějící tak jako ocel a navíc hliník je materiál lehčí, a tedy manipulace i užívání je o něco snadnější.

Bude zadavatel akceptovat nabídku invalidního vozíku s hliníkovým skládacím rámem jakožto obdobné technické řešení?


Odpověď zadavatele:

**Odpověď č. 1:** Zadavatel k uvedenému dotazu sděluje, že trvá na požadavku stanoveném v technické specifikaci zadávací dokumentace, tedy na kompletním nerezovém provedení vozíku na zemřelé, včetně víka. Nabídka, která nebude v tomto ohledu splňovat technickou specifikaci, nebude považována za vyhovující.

**Odpověď č. 2:** Zadavatel k uvedenému dotazu sděluje, že trvá na požadavku stanoveném v technické specifikaci zadávací dokumentace, tedy na kolečkách o průměru 200 mm. Nabídka s kolečky o jiném průměru nebude považována za vyhovující.

**Odpověď č. 3:** Zadavatel k uvedenému dotazu sděluje, že trvá na požadavku stanoveném v technické specifikaci zadávací dokumentace, dle které musí být vozík vyroben z nerezových profilů s horní rovnou nebo zapuštěnou nerezovou deskou a s nerezovým víkem a nerezovým madlem a provedením s prohnutou deskou k zabránění vytečení tělesných tekutin mimo vozík.


**Odpověď č. 4:** Zadavatel trvá na požadavcích technické specifikace Položky č. 4. Nabízená varianta vozíku s ocelovou konstrukcí, plastovými madly, 2 pevnými a 2 otočnými kolečky průměru 160 mm a bez zásuvky nesplňuje podstatné požadavky technické specifikace (nerezová konstrukce, nerezová pracovní plocha s melaminem/HPL, dekor světle šedý, 4 otočná kolečka průměru 125 mm, zásuvka, polyamidové nárazníky) a nemůže být akceptována. Nákres požadovaného vozíku:



Zadavatel trvá na požadavcích technické specifikace. Požadujeme konstrukci se 4 oddělenými sklopnými držáky pro umístění vaku. Šlapací mechanismus s tlumením víka pro senzorický komfort klientů.

**Odpověď č. 6:** Zadavatel potvrzuje, že nabízená varianta vozíku splňuje většinu požadavků technické specifikace pro vozík s koši (konstrukce z nerezové oceli, 4 otočná kola, 6 pozic pro koše, nosnost 10 kg). Některé parametry, které nejsou explicitně uvedeny v nabídce (stěnové deflektory, funkce dorazu, pevné usazení vrchního koše), doporučuje zadavatel k zajištění plného souladu s technickou specifikací.

Zadavatel trvá na požadavcích technické specifikace. V zadání uvádíme usazení vrchního koše bez pohybu. Na tomto je nutné trvat, protože provozovatel potřebuje, aby v horním koši bylo možné umístit lékové plato ve standardizovaném rozměru a bylo zabezpečeno proti pohybu při jízdě. Preferujeme, aby vozík měl madlo k posunu. Nákres vozíku:



**Ilustrační foto vozíku, které vyhovuje potřebám v provozu:**



**Odpověď č. 7:** Zadavatel k uvedenému dotazu sděluje, že trvá na požadavku stanoveném v technické specifikaci zadávací dokumentace, tedy na ocelovém rámu vozíku. Nabídka s hliníkovým rámem nebude považována za vyhovující.

**Účastníci jsou povinni při zpracování své nabídky vycházet ze Zadávací dokumentace ve znění těchto Dodatečných informací č. 2.**

Tyto dodatečné informace zadavatel poskytuje všem zájemcům a účastníkům zveřejněním na PROFILU ZADAVATELE <https://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/76c534cf-096a-48fb-9597-a43029028729>.

V Novém Bydžově dne 12. 9. 2025

  
Město  
NOVÝ BYDŽOV  
Ing. Pavel Louda, starosta