

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Název zadavatele	Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Sídlo	Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8
IČO	68378271
Právní forma	veřejná výzkumná instituce
Zástupce zadavatele	RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel
Název zakázky	Ultra-sensitive Raman system with optical continuous flow helium cryostat system
Evidenční číslo VZ	Z2024-063402
Druh zadávacího řízení	Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
Projekt	Feroické multifunkcionality (FerrMion), reg. č.: CZ.02.01.01/00/22_008/0004591 Operační program Jan Ámos Komenský (OP JAK)

Zadavatel obdržel dne 5. 2. 2025 níže uvedený dotaz dodavatele ke specifikaci předmětu VZ:

Předchozí dotaz pravděpodobně nebyl správně pochopen. Rozsahy pohybu stolku 50x50 mm a 25x25 mm nelze přepínat při změně konfigurace – tj. 50x50 mm při vzpřímeném uspořádání a 25x25 mm při použití invertovaného uspořádání mikroskopu. Rozsah pohybu vzorku je buďto fixně 25x25 mm pro obě uspořádání a je zaručeno, že nedojde ke kolizi s objektivem v invertovaném uspořádání, nebo je rozsah 50x50 mm, ale pak je uživatel zodpovědný za to, že nedojde ke kolizi s invertovaným objektivem. Je akceptovatelné, že při rozsahu pohybu 50x50 mm bude zodpovědnost za to, že nedojde ke kolizi s objektivem, na uživateli nebo akceptujete omezení rozsahu pohybu (i pro vzpřímené uspořádání) na 25x25 mm s tím, že nebude hrozit kolize s objektivem?

Odpověď zadavatele:

Ano, jak už zadavatel uvedl minule; **zadavatel akceptuje omezení rozsahu pohybu (i pro vzpřímené uspořádání) na 25x25 mm s tím, že nebude hrozit kolize s objektivem.**