



VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA nebo DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
dle ust. §§98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále
jen „zákon“)
č. I

Název veřejné zakázky:	Dodávka vnitřního vybavení odborných učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů a matematiky při Biskupském gymnáziu v Hradci Králové – technické vybavení chemické laboratoře
Zadavatel:	Biskupství královéhradecké
Sídlo:	Velké náměstí 35/44, 500 03 Hradec Králové
IČ:	00445134
Zastoupený:	JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D., diecézní biskup
Kontaktní osoba:	Mgr. Jiří Kolář, pověřený administrací veřejné zakázky

V souladu s ustanovením § 43 zákona je zadavatel při provádění všech úkonů v rámci zadávacího řízení k výše uvedené veřejné zakázce smluvně zastoupen společností Český a moravský účetní dvůr, s.r.o., IČ: 25972154, se sídlem Dašická 247, Pardubice, PSČ 530 03.

Zadavatel v souladu s §§ 98 a 99 zákona zveřejňuje vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace veřejné zakázky.

Zadavatel obdržel dne 2. 9. 2020 od dodavatele žádost č. 1 o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky. V souladu s § 98 odst. 3 zákona zadavatel poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně kompletního znění žádosti o vysvětlení, bez identifikace dodavatele.

Žádost o vysvětlení č. 1

Dotaz č. 1/1:

Dobrý den,

máme dva dotazy k výběrovému řízení:

položka 4 - sušárna

uvedené rozměry jsou myšleny jako vnější nebo jsou to vnitřní rozměry sušící komory

Odpověď č. 1/1:

Jedná se o vnější rozměry sušárny.

Dotaz č. 1/2:

položka 21 - titrační baňka



má být objem baňky skutečně 25 ml ?

Odpověď č. 1/2:

Zadavatel opravuje chybu v technické specifikaci předmětu veřejné zakázky a mění popis položky 21 v příloze č. 1a – Technické vybavení Chemické laboratoře.xlsx následujícím způsobem:

- titrační baňka ploché dno 250ml, DIN ISO 1773

Zadavatel dále obdržel dne 2. 9. 2020 od dodavatele žádost č. 2 o vysvětlení zadávací dokumentace výše uvedené veřejné zakázky. V souladu s § 98 odst. 3 zákona zadavatel poskytuje toto vysvětlení k zadávacím podmínkám včetně kompletního znění žádosti o vysvětlení, bez identifikace dodavatele.

Žádost o vysvětlení č. 2

Dotaz č. 2/1:

Dobrý den,

žádáme Vás o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce "Dodávka vnitřního vybavení odborných učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných předmětů a matematiky při Biskupském gymnáziu v Hradci Králové - technické vybavení chemické laboratoře"

Dotaz:

Položka č. 80 – Štít obličejový. Zadavatel požaduje rozměr štítu 330x290 mm. Vzhledem ke stále přetrvávající situaci s koronavirem nejsou tyto štíty bohužel dostupné. Bude zadavatel akceptovat kvalitativně stejné štíty o rozměru 330x220 mm?

Děkuji

Odpověď č. 2/1:

Zadavatel doplňuje požadované technické parametry položky č. 80. v příloze č. 1a – Technické vybavení Chemické laboratoře.xlsx následujícím způsobem:

- Štít obličejový, 330x290mm nebo 330x220mm

Výše uvedené technické požadavky nahrazují technický popis položek č. 21 a 80 přílohy č. 1a – Technické vybavení Chemické laboratoře.xlsx. Ostatní položky zůstávají beze změny.

Zadavatel v souvislosti s ustanovením § 98 odst. 4 zákona prodlouží lhůtu pro podání nabídek a 1 pracovní den.

Zadavatel vzhledem k provedené změně v zadávací dokumentaci v souvislosti s ustanovením § 99 odst. 2 věta první prodlouží lhůtu pro podání nabídek o 3 pracovní dny.

Zadavatel tak celkem prodlouží lhůtu pro podání nabídek o 4 pracovní dny.

Nový termín pro podání nabídky tak je 21. září 2020 v 10:00 hodin.



Zadavatel současně se zveřejněním tohoto vysvětlení, změnou nebo doplněním zadávací dokumentace v souladu s § 99 zákona prodlouží lhůtu pro podání nabídek a odešle do Věstníku veřejných zakázek opravu zadávací dokumentace spočívající ve změně lhůty pro podání nabídek.

V Pardubicích dne 8. září 2020

Mgr. Jiří Kolář

Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.