

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Název veřejné zakázky:	Dodávka 1 ks laparoskopické věže pro COS Svitavské nemocnice
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČ:	275 20 536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva Ing. Petr Rudzan, místopředseda představenstva

V Pardubicích dne 19. 5. 2017

Výše uvedený zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz č. 1:

1. Vnitřní HDD min. 320 GB

Dotaz I.: Akceptuje zadavatel nabídku záznamového zařízení s rychlejším, stabilnějším, energeticky úspornějším a mechanicky odolnějším vnitřním diskem o velikosti 250 GB SSD a přenosným diskem s kapacitou 64GB, tedy celkovou kapacitou 314GB? Jedná se o obdobné technické řešení, které naplňuje všechny medicínské, kvalitativní, kapacitní i ekonomické požadavky zadavatele a je zcela vyhovující.

Odpověď:

Zadavatel akceptuje nabídku záznamového zařízení uvedeného v dotazu I.

Dotaz č. 2:

Full HD kamerová hlava pro laparoskopické optiky

2. Motorické ovládání ZOOMU, Motorické ovládání ostření

Dotaz II.: Akceptuje zadavatel nabídku kamerové hlavy, která umožňuje ovládání optického zoomu a ostření manuálně na kamerové hlavě a ovládání digitálního zoomu elektronicky? Akceptuje zadavatel navržené řešení? Jedná se o alternativní plnohodnotné technické řešení, které naplňuje všechny medicínské, kvalitativní, kapacitní i ekonomické požadavky zadavatele a je zcela vyhovující.

Odpověď:

Ano, zadavatel akceptuje.

Dotaz č. 3:**Elektrokoagulační jednotka**

3. generátor musí mít automatické rozpoznání připojeného nástroje a nastavení doporučených parametrů

Dotaz III.: Akceptuje zadavatel nabídku elektrokoagulační jednotky bez automatického rozpoznání připojeného nástroje? Námi nabízený přístroj disponuje možností uložení až 100 různých uživatelských přednastavení pro konkrétní operační výkony nebo nástroje. Jedná se o technické řešení, které naplňuje všechny medicínské, kvalitativní, kapacitní i ekonomické požadavky zadavatele a je zcela vyhovující.

Odpověď:

Ano, zadavatel akceptuje.

Dotaz č. 4:**Elektrokoagulační jednotka**

4. možnost rozšíření o modul pokročilé bipolární energie pro rychlejší a bezpečnější řez a koagulaci měkkých tkání a k bezpečnému zatavení cév (tzv. vessel sealing) až do velikosti 7 mm

Dotaz IV.: Akceptuje zadavatel nabídku elektrokoagulační jednotky, která požadovaný modul již obsahuje nebo umožňuje jeho doplnění formou samostatné jednotky? Jedná se o alternativní plnohodnotné technické řešení, které naplňuje všechny medicínské, kvalitativní, kapacitní i ekonomické požadavky zadavatele a je zcela vyhovující.

Odpověď:

Ano, zadavatel akceptuje.

ZADAVATEL PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 5. 6. 2017 DO 11:00 HODIN.

Odbor právní a veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
e-mail: verejne.zakazky@nempk.cz