

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 2 ZE DNE 19. 1. 2015

ZADAVATEL: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Sídlem: Na Slovance 2, 182 21 Praha 8
Jednající: prof. Jan Řídký, DrSc., ředitel
IČ: 68378271

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

Komponenty modulárního hliníkového konstrukčního systému

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

V příloze smlouvy č. 1 „Technické podmínky stanovené kupujícím“ zadavatel uvádí jako materiál Al profilů slitinu hliníku dle normy EN AW 6063. Uchazeč se ptá zadavatele, zda je přípustné dodání slitiny hliníku dle normy EN AW 6060 (dle našeho názoru tato varianta je plně srovnatelná s požadavkem zadavatele)?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3:

Po zvážení parametrů slitiny EN AW 6060 doplňujeme, že dodání profilů z tohoto materiálu je přípustné za předpokladu, že budou splněny všechny ostatní materiálové požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. Na základě tohoto dotazu upravujeme znění požadavků **REQ-003209/A**, **REQ-003211/A** a **REQ-003212/A** takto:

REQ-003209/B

AP musí být vyrobeny z materiálu/ **AP** shall be made of following material:

- Slitina hliníku dle normy EN AW 6063 nebo EN AW 6060/Al alloy according to EN AW 6063 or EN AW 6060

Verification method: R – review

REQ-003211/B

Tvrdość **AP** dle Brinella musí být $\geq 70\text{HB}$ /Brinell hardness of **AP** shall be $\geq 70\text{HB}$.

Verification method: R – review

REQ-003212/B

Minimální pevnost **AP** v tahu musí být 200 N/mm^2 /Minimal tensile strength of **AP** shall be 200 N/mm^2 .

Verification method: R - review

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Položkový rozpočet, pozice 1 – 8, 13 a 14, uvádí délku profilů 6 m. Uchazeč se ptá zadavatele, zda je tato délka podmínkou, resp. zda je přípustné dodání kratších profilů?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4:

Zadavatel požaduje, aby uchazeč byl schopen v případě potřeby dodat profily o délce až 6 m, jak je uvedeno v tabulce specifikací, list „Profily“ ve sloupci označeném „Minimální nabízená délka samostatného profilu v metrech“. Nabídka kratších profilů tedy není přípustná a bude důvodem pro vyřazení nabídky a následného vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění zadávacích podmínek. Pro upřesnění dodáváme, že v rámci dodatečných služeb, uvedených na listu „Služby“, požadujeme různé typy řezů. Dodávané profily po úpravě řezem tak mohou být kratší.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Uchazeč se ptá zadavatele, k jakým velikostem profilů se vztahují minimální průřezové moduly W_x a W_y ? Každý výrobce má trochu jiné hodnoty. Pokud rozměr průřezu je $1J \times 1J$, může to odpovídat průřezu 45×45 nebo 50×50 , což jsou cenově různé profily. U profilu s průřezem např. $2K \times 2K$ může rozměr průřezu profilu nabývat hodnot 50×50 nebo 60×60 . Pokud např. hodnota minimálního průřezového modulu profilu 50×50 bude u jednoho dodavatele jen nepatrně menší než je požadovaná minimální hodnota W_x, W_y , pak tento dodavatel musí zvolit o řadu větší profil 60×60 , který splní specifikaci rozměru průřezu. Použitím většího profilu se ale zbytečně překročí minimální požadovaná hodnota průřezového modulu. Samozřejmě i cena většího profilu je pak vyšší.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5:

Uvedené hodnoty jsou minimální požadované hodnoty, které musí mít dodávaný profil. Například pokud pro profil 50×50 by byla hodnota průřezového modulu nižší než minimální požadovaná, je nutné vybrat profil vyšší rozměrové řady, který tuto hodnotu splní. Zároveň však rozměr průřezu J musí odpovídat požadavku REQ-003215/A (resp. rozměr průřezu K musí odpovídat požadavku REQ-003216/A.)

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

Uchazeč se ptá zadavatele, jaká je požadovaná pevnost T-drážky profilu? T-drážku má každý výrobce profilů jinak únosnou, při spojení profilů je pak důležité jakou silou a momentem lze daný spoj zatížit.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6:

Přesná hodnota pevnosti T-drážky není v zadávací dokumentaci definována. Předpokládá se, že výrobce navrhl T-drážku profilu, tak aby její pevnost byla v souladu s proporcemi profilu. Celkově je však nutné splnit REQ-003199/A (vyžadující, že dodávaný AS systém musí být určen pro konstrukci zátěžových nosných struktur).

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:

Uchazeč se ptá zadavatele, zda u pozice 9 „Položkového rozpočtu“, je přípustné dodání půlkruhového profilu s drážkou 45 mm.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7:

U pozice 9 „Položkového rozpočtu“, je požadován kruhový profil nebo osm a vícehranný profil s minimálně jednou drážkou. Půlkruhový profil je nepřipustný.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8:

Uchazeč žádá zadavatele o poskytnutí výkresu rámu konstrukce.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8:

Cílem výběrového řízení je uzavření **rámcové smlouvy** na dodávky komponent modulárního hliníkového konstrukčního systému. Z tohoto modulárního systému budou v budoucnu objednávány jednotlivé konkrétní rámy nebo jejich části.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 9:

V souladu s ustanovením § 40 zákona zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **10. 2. 2015 do 13:00 hod.**

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční **10. 2. 2013 v 13:00 hod.**

Místo pro podání nabídek a otevírání obálek s nabídkami zůstává nezměněno.

Výše uvedené skutečnosti jsou v souladu s § 147 zákona zohledněny v Oznámení o zakázce, které bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 1. 2015

Odůvodnění: Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek ve vztahu k poskytnutí doplňujících informací týkající se vymezení předmětu plnění veřejné zakázky.

S pozdravem

Klára Topolová

GORDION s.r.o.

Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností

Kolmá 6/682, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Tel.: +420 281 021 824

Fax: +420 281 021 825

e-mail: topolova@gordion.cz

www.gordion.cz