

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Název veřejné zakázky:	Dodávka 1 ks laparoskopické věže pro COS Svitavské nemocnice
Zadavatel:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Sídlo:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
IČ:	275 20 536
Osoba oprávněná jednat za zadavatele:	MUDr. Tomáš Gottvald, předseda představenstva Ing. Petr Rudzan, místopředseda představenstva

V Pardubicích dne 7. 6. 2017

Výše uvedený zadavatel vysvětluje zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dotaz:

Dotazy k veřejné zakázce:

Zadavatel doplňuje požadované technické parametry na videoprocessor a uvádí:

Integrovaný LED zdroj studeného světla
Výkon LED světelného zdroje odpovídající výkonu 300 w xenonu
Životnost lampy min.10 000 hod.

Bude zadavatel akceptovat samostatný videoprocessor a samostatný LED zdroj světla odpovídající výkonu 300W xenonu s životností min.30.000hod.

Odpověď:

Zadavatel bude v případě splnění všech ostatních zadaných parametrů akceptovat samostatný videoprocessor a samostatný LED zdroj světla.

ZADAVATEL PRODLUŽUJE LHŮTU PRO PODÁNÍ NABÍDEK DO 26. 6. 2017 DO 11:00 HODIN.

Odbor právní a veřejných zakázek
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
e-mail: verejne.zakazky@nempk.cz