Revize	Datum	Status	Navrhl	Kontroloval	Schválil
			Předmět revize		
0	12/2014		P.Koba	M.Semanský	M.Semanský
			Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP		

Revize															

Stavba	**Laboratoř HFPJ - RF**
Místo stavby	**Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8**
Investor	**Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.**
Stupeň PD	**Dokumentace pro vydání společného ÚR a SP**
Díl PD	**D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení**
SO / PS	

Fyzikální ústav
Akademie věd ČR, v. v. i.

CHEMOPRAG

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

Měřítko:	Formát:	P. kopií:	Č. kopie:	Archivní číslo:	Revize:
	2A4	6		**2-15101-D-00-222002**	**0**
				Soubor: 2-15101-D-00-22002-r0 Ozn latek.xls	

Tento dokument je majetkem společnosti AS CHEMOPRAG, a.s.. Nesmí být použit a kopírován třetí osobou, nebo ji předán, či jinak s ním nakládáno bez výslovného písemného souhlasu odpovědného zástupce společnosti.

Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Laboratoř HFPJ - RF

SEZNAM STROJŮ A ZAŘÍZENÍ

X1-91001-r1

Rev.	Pozice	Počet	Název aparátu	Pracovní látka	Základní údaje								Materiál	Hmotnost		Izolace	Nátěr	Poznámky
					Ø x výška (DxŠxV)	Užitý objem	Průtok	Dopravní výška	Teplosměnná plocha	Výkon Pi	Nejvyšší dovolená teplota TS	Nejvyšší dovolený tlak PS		Prázdný (kg)	Maximální (kg)			
					(m)	(m^3)	(m^3/h)	(m)	(m^2)	(kW)	(℃)	(bar(g))						
0	K 01	1	Šroubový kompresor se vzdušníkem, odlučovačem oleje, filtrem vzduchu, s integrovanou sušičkou	vzduch	1,42x575x1,255	0,2	14,4	-	-	2,2	60	6	dle výrobce		190	N	N	
0	W 01A	1	Chladíci jednotka vody	voda	1,0x089x1,98		3,6	15	-	25	18/12	-	dle výrobce		295,0	A	A	
0	W 01B		Kondenzátor /součas chladící jednotky/	30% glykol	2,36x,69x0,91		3,96		-	30,5	60	-	dle výrobce		109,0	A	N	
0																		