

Příloha č. 1 - Technická specifikace

1. Zajištění servisu na zvukoměrnou techniku

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejích přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné nebo lepší řešení. Popřípadě se jedná o přístroje a názvy SW a HW, jimiž zadavatel disponuje a na nichž bude dílo realizováno.

2. Veškeré technické podmínky vyplývají z obvyklých standardů, jež zadavatel vyžaduje:

Požadavky:

- a) Zajištění pravidelné podpory, upgrade a aktualizací (maintenance M1) po dobu trvání smlouvy pro SW vybavení Brüel & Kjær sloužícími k hodnocování akustiky (včetně funkčnosti HW klíčů) – viz níže v části: „Seznam (SW) pro vyhodnocení akustiky“.
- b) Zajištění pravidelné podpory, nastavení, pozáručního servisu – opravy poruch zařízení, ověření a kalibrací po dobu trvání smlouvy pro HW vybavení Brüel & Kjær pro měření akustiky – viz níže v části: „Seznam přístrojů (HW vybavení) pro měření akustiky“.
- c) Zajištění telefonické a emailové podpory k identifikaci a nápravě poruch HW a SW zařízení (vybavení) techniky od Brüel & Kjær s obvyklou rychlou reakční dobou především v pracovních dnech.
- d) Zajištění možnosti zapůjčení náhradního zařízení v případě provádění opravy zařízení (vybavení) techniky od Brüel & Kjær.
- e) Subjekt pro poskytování výše uvedených prací musí být autorizován k provádění činností od oficiálního výrobce Brüel & Kjær (Hottinger Brüel & Kjaer A/S, Skodsborgvej 307, DK-2850 Nærum, Denmark) (Doloží příslušným potvrzením.)

Seznam přístrojů (HW vybavení) pro měření akustiky:

1. Multianalyzátor Brüel & Kjær PULSE, typ 3050-B-060
2. Multianalyzátor Brüel & Kjær PULSE, typ 3056-A-040
3. Mikrofony Brüel & Kjær, typ 4189 včetně předzesilovačů typ 2671, celkem 6 ks
4. Mikrofonní kalibrátor Brüel & Kjær, typ 4231, celkem 2 ks
5. Mikrofony Brüel & Kjær, typ 4189, včetně předzesilovačů ZC 0032, celkem 3 ks
6. Zvukový analyzátor Brüel & Kjær, typ 2270
7. Zvukový analyzátor Brüel & Kjær, typ 2250
8. Intenzitní sonda Brüel & Kjær, typ 3654, včetně 2 mikrofonů typ 4197
9. Mikrofonní kalibrátor Brüel & Kjær, typ 4297
10. Meteostanice Brüel & Kjær, typ MM-0256-A
11. Předzesilovač Brüel & Kjær, typ 1706
12. Mikrofon Brüel & Kjær, typ 4966
13. Mikrofony Brüel & Kjær, typ 4949, celkem 6 ks

VR 05-21: Zajištění servisu na zvukoměrnou techniku pro CDV

14. Kompatibilní zařízení třetích výrobců s multianalyzátory PULSE / zvukoměry Brüel & Kjær (GPS modul UA-9004 RLVBS1, teplotní čidlo SENECA PT100 probe, teplotní infračervený senzor CALEX - PC21MT-0)

Příklad předpokládaných oprav je uveden v krycím listu k nacenění.

Seznam (SW) pro vyhodnocení akustiky:

Program PULSE LabShop, REFLEX Brüel & Kjær s příslušnými HW klíči: 23F54B8F, 01BDE50B, 536FB6C5

Potřebný maintenance: M1-8400--N, M1-8400-B-N, M1-8400-C-N, M1-8401—N, M1-8402—N, M1-8404—N, M1-8405-B-N, M1-8405-C-N, M1-5610--N

Příklad předpokládaných oprav je uveden v krycím listu k nacenění.

Zadavatel výslovně upozorňuje na záruční podmínky

- záruka na provedenou maintenance, a s tím dodané technologie musí být minimálně 2 roky
- dodavatel se zavazuje doložit potvrzení o oprávnění zajišťovat opravy na výše uvedeném zařízení viz výše.