

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

Název zadavatele	Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Sídlo	Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8
IČO	68378271
Právní forma	veřejná výzkumná instituce
Název zakázky	Mikrovlnný signální generátor
Druh zadávacího řízení	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky – nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), řídí se pravidly Operačního programu Jan Ámos Komenský (dále jen „OP JAK“)
Projekt	Feroické multifunkcionality (FerrMion), reg. č.: CZ.02.01.01/00/22_008/0004591 v rámci OP JAK

Zadavatel obdržel dne 30. 4. 2025 níže uvedený dotaz jednoho z účastníků zadávacího řízení:

Dobrý den, rádi bychom vznesli následující dotaz k technické specifikaci nakupovaného generátoru. V bodě č. 5 požadujete komunikaci prostřednictvím LAN, USB, GPIB. Je akceptovatelné nabídnout generátor pouze s rozhraním LAN a GPIB? Z hlediska dostupnosti, rychlosti i snadnosti obsluhy je LAN rozhraní identické ne-li lepší než USB a proto se požadavek na USB konektivitu jeví jako nadbytečný.

Odpověď zadavatele:

Hlavním požadavkem zadavatele je spojení přes GPIB, další požadovanou možností je spojení s počítačem přes Ethernet nebo USB, a to alespoň jedno z uvedených. Zadavatel proto požaduje, aby nabízený generátor obsahoval min. jednu z uvedených možností spojení:

- **GPIB+Ethernet** nebo **GPIB+USB** nebo **GPIB+Ethernet+USB**.

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 16. 5. 2025 do 11:00 hodin a mění tedy znění čl. 3.1. výzvy k podání nabídek:

3.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne **16. 5. 2025 do 11:00 hodin**.