



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



společnost pro zadávání veřejných zakázek
a organizaci výběrových řízení

Všem dodavatelům

Váš dopis značky / ze dne

Naše značka
CC/OŘ/KNL3/17

Vyřizuje / linka

Ing. Stahlová /481 030 368

Liberec

26.9.2017

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 a prodloužení lhůty pro podání nabídek pro část 15

„Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – I.“

Vážení dodavatelé,

z pověření zadavatele, Krajská nemocnice Liberec, a.s. se sídlem: Liberec, Staré Město, Husova 357/10, 460 01 Liberec I, zastoupeného MUDr. Ludkem Nečesaným, MBA, místopředsdou představenstva Vám v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), zasíláme vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedené veřejné zakázce. Veřejná zakázka „Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – I.“ byla vyhlášena zadavatelem formou otevřeného nadlimitního řízení se zveřejněním Oznámení o zahájení zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek dne 06.09.2017 pod evidenčním číslem zakázky: Z2017-024464 (dále jen „veřejná zakázka“).

Vysvětlení č. 2 se týká části 15 Endoskopie

Dotaz:

Zadavatel v technické specifikaci parametrů na pediatrický videokolonoskop požaduje jako absolutní hodnotu zorného pole optiky úhel 170°. Vzhledem k tomu, že v současné době existuje na trhu pouze jediný výrobce pediatrického videokolonoskopu s požadovaným úhlem zorného pole v hodnotě 170°, je tento parametr pro ostatní potenciální uchazeče primárně nesplnitelný, a proto jej lze považovat vzhledem k účasti dalších možných uchazečů za diskriminační.

Dotaz:

Umožní zadavatel nabídnout pediatrický videokolonoskop se zorným polem v hodnotě „min 140°“ při splnění všech ostatních medicínských důležitých parametrů a zachování téhož medicínského použití a účelu?

Odpověď zadavatele:

Z důvodu administrativního pochybení „vypadly“ při kompletaci zakázky ve Formuláři technické specifikace pro část 15, položku 1.20 Endoskopická sestava tři odstavce, které zadavatel standardně uvádí ve všech Formulářích technické specifikace pro každou část veřejné zakázky. Jedná se o tento text:

**Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů, případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny. U hodnocených parametrů uvede nabízenou hodnotu ve stejných měrných jednotkách jako je požadavek zadavatele uvedený ve druhém sloupci „požadovaná hodnota“.*

Veškeré v tabulce uvedené parametry jsou absolutní.

*Za splnění numerického parametru (číselně vyjádřeného) se považuje i případ, kdy se hodnota nabízeného parametru odchyluje od požadovaného parametru v rozmezí do $\pm 10\%$. U parametru, který je označen **, výše uvedené rozmezí neplatí; tolerance je buď započítána v uvedeném rozpětí, nebo platí hodnota parametru bez možnosti odchylky.*

Vzhledem k tomu, že parametr „zorné pole“ není ve Formuláři označen **, platí pro něj přípustná tolerance $\pm 10\%$. V návaznosti na uvedenou změnu zadavatel **upravuje Formulář technické specifikace pro položku 1.20 Endoskopická sestava**, do kterého doplňuje omylem neuvedený text. Formulář technické specifikace pro položku 1.5 Videolaryngoskop, která je rovněž součástí předmětu zakázky pro část 15 se nemění. Opravenou přílohu č. 2 (Formuláře technické specifikace) pro část 15 veřejné zakázky zveřejňuje zadavatel společně s tímto vysvětlením jako závazný podklad pro zpracování nabídky na část 15 veřejné zakázky.

V souvislosti s provedenou změnou zadávacích podmínek **prodlužuje zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ u části 15 lhůtu pro podání nabídek a zároveň mění termín otevírání obálek pro část 15 následujícím způsobem:**

Čl. XI zadávacích podmínek: Datum, čas a místo otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami **pro část 15** proběhne v budově Q Krajské nemocnice Liberec, a.s. na adrese Vzdušná 1360/6, 460 01 Liberec 1, v zasedací místnosti v 6. podlaží **dne 1. 11. 2017 ve 13 hodin.**

Čl. XII zadávacích podmínek: Lhůta a způsob podání a zpracování nabídek

Lhůta pro podání nabídek **pro část 15** končí **dnem 1. 11. 2017 ve 13:00 hodin.**

Místo ani způsob podání nabídek se nemění (podatelna zadavatele, budova J Krajské nemocnice Liberec ve 2. podlaží).

Nově stanovená lhůta pro podání nabídek a nový termín otevírání obálek platí pouze pro část 15 veřejné zakázky (Endoskopie).

Lhůta pro podání nabídek a termín pro otevírání obálek s nabídkami pro zbývající části veřejné zakázky zůstávají beze změny.

Toto vysvětlení zadavatel uveřejňuje v souladu s § 98 ZZVZ na profilu zadavatele na adrese: <http://sluzby.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/8c873c0f-2d3a-488d-8d74-15a411f9b78c>

Přílohy vysvětlení č. 1:

- Opravený Formulář technické specifikace pro část 15

S pozdravem



Ing. Martina Buřková Rychecká
jednatelka společnosti Compet Consult s.r.o.,
pověřené výkonem zadavatelských činností