
Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Zadavatel společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
tímto vyhlašuje veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
a vyzývá k podání nabídky.

**„Dodávka diagnostických pracovních stanic pro radiodiagnostická pracoviště
společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.“**

Zadávání této zakázky malého rozsahu se neřídí pravidly zadávacího řízení
podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění
(dále jen ZZVZ), kromě ustanovení § 6 ZZVZ.

Obsah

1.	Preambule	3
1.1.	Identifikace veřejné zakázky	3
1.2.	Zadávací dokumentace	3
2.	Identifikační údaje zadavatele	4
3.	Předmět plnění veřejné zakázky	4
3.1.	Klasifikace předmětu zakázky dle CPV	4
3.2.	Popis předmětu plnění veřejné zakázky	4
3.2.1.	Podrobnosti předmětu veřejné zakázky - požadavky na dodávku	5
3.2.2.	Podrobnosti předmětu veřejné zakázky - požadavky na záruku na jakost	5
3.2.3.	Podrobnosti předmětu veřejné zakázky - požadavky na předání dokumentace k přístrojovému vybavení	6
3.2.4.	Podrobnosti předmětu veřejné zakázky - technické podmínky	7
3.2.4.1.	Podrobnosti předmětu veřejné zakázky - technické podmínky pro pracoviště Pardubická nemocnice	7
3.2.4.2.	Podrobnosti předmětu veřejné zakázky - technické podmínky pro pracoviště Svitavské nemocnice	8
3.2.4.3.	Podrobnosti předmětu veřejné zakázky - technické podmínky pro pracoviště Chrudimské nemocnice	8
4.	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky	9
5.	Doba a místo plnění zakázky	9
5.1.	Doba plnění	9
5.2.	Místa plnění	9
6.	Prohlídka místa plnění	9
7.	Požadavky na kvalifikaci dodavatelů	9
7.1.	Základní způsobilost	10
7.2.	Profesní způsobilost	10
7.3.	Technická kvalifikace	10
8.	Společná ustanovení k článku 7. zadávací dokumentace	11
8.1.	Formální náležitosti dokladů prokazujících splnění kvalifikace	11
8.2.	Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob	11
8.3.	Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů	12
8.4.	Prokazování kvalifikace získané v zahraničí	12
8.5.	Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů, jednotným evropským osvědčením	12
8.6.	Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení	12
9.	Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny	12
10.	Obchodní a platební podmínky	14
11.	Varianty	14
12.	Zadávací lhůta	14
13.	Jistota	14
14.	Lhůta, místo a způsob podání nabídky, otevírání nabídek	14
14.1.	Lhůta pro podání nabídek	14
14.2.	Místo pro podání nabídek	14
14.3.	Způsob podání nabídek	15
15.	Pokyny pro zpracování a členění nabídky	15
16.	Pravidla pro hodnocení nabídek	16
17.	Vysvětlení zadávací dokumentace	16
18.	Další požadavky zadavatele	17
18.1.	Registr smluv	17
18.2.	Ostatní podmínky	17
18.3.	Požadavek na pojištění vybraného dodavatele	17
19.	Práva zadavatele	17
20.	Přílohy	18

1. Preambule

1.1. Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky:	Dodávka diagnostických pracovních stanic pro radiodiagnostická pracoviště společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Režim veřejné zakázky:	Veřejná zakázka malého rozsahu. Nejedná se o zadávací řízení dle ZZVZ.
Druh veřejné zakázky:	Dodávky

1.2. Zadávací dokumentace

Tato zadávací dokumentace včetně jejích příloh je vypracována jako podklad pro zpracování a podání nabídek k veřejné zakázce na dodávky a spolu se všemi svými přílohami zpřístupňovanými účastníkům zadávacího řízení při zahájení a v průběhu zadávacího řízení představuje soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky.

Zadávací dokumentaci zadavatel uveřejňuje na profilu zadavatele, který umožňuje neomezený dálkový přístup a na kterém zadavatel uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám.

Podáním nabídky do tohoto zadávacího řízení přijímá a akceptuje dodavatel plně a bez výhrad zadávací podmínky včetně případných vysvětlení, změnu nebo doplnění zadávací dokumentace.

Přílohy zadávací dokumentace jsou vzorové pro jednoznačné vymezení požadavků a dále pro přesnou (snadnou) orientaci v nabídkách dodavatelů. Zadavatel připouští v přílohách pouze dále specifikované úpravy, tj. doplnění chybějících údajů. Pro splnění požadavků vyplývajících ze zadávací dokumentace musí dodavatel, mimo jiné, v plném rozsahu respektovat podmínky uvedené v těchto přílohách.

Předpokládá se, dodavatel před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi řídit. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu dodavatele k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. Jakákoli výhrada znamená vyřazení a vyloučení ze zadávacího řízení.

Zadavatel upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky, a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně platných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

2. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel společnost Nemocnice Pardubického kraje, a.s. je zdravotnickým zařízením poskytujícím základní, specializovanou a superspecializovanou péči.

Zadavatel:	Název:	Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
	Právní forma:	akciová společnost
	Sídlo:	Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
	Zapsána:	Dne 25. 7. 2007 do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové v oddílu B, vložce číslo 2629
	IČ:	275 20 536
	DIČ:	CZ275 20 536
	Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s. 280123725/0300
Zastoupený:	MUDr. Tomášem Gottvaldem, předsedou představenstva Ing. Petrem Rudzanem, místopředsedou představenstva	
ID datové schránky:	eiefkcs	
Administrace veřejné zakázky:	Kontaktní údaje:	Odbor investic a veřejných zakázek
	E-mail:	verejne.zakazky@nempk.cz
Profil zadavatele	http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/25f34c83-8b65-4f5c-b238-a04db6282af3	

3. Předmět plnění veřejné zakázky

3.1. Klasifikace předmětu zakázky dle CPV

Název	Počet kusů	Kód CPV	Název kódu CPV
Diagnostická pracovní stanice pro radiodiagnostické pracoviště Pardubické nemocnice	2	33111200-3	Rentgenové pracovní stanice
Diagnostická pracovní stanice pro radiodiagnostické pracoviště Svitavské nemocnice	2		
Diagnostická pracovní stanice pro radiodiagnostické pracoviště Chrudimské nemocnice	2		

3.2. Popis předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění zdravotnických prostředků - diagnostických pracovních stanic pro radiodiagnostická pracoviště Pardubické nemocnice a Svitavské nemocnice včetně zajištění požadovaných servisních služeb, funkcionalit a technických požadavků specifikovaných zadavatelem 3.2.1 – „Podrobnosti předmětu veřejné zakázky – požadavky na dodávku“ v odst. a v 3.2.2 – „Podrobnosti předmětu veřejné zakázky - technické podmínky“ (dále „diagnostické stanice“ nebo „předmět plnění“ nebo „přístrojové vybavení“).

3.2.1. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky - požadavky na dodávku

Diagnostické pracovní stanice

- jsou určeny pro použití v medicínském prostředí a musí být dodány v souladu se zákonem 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění dále jen „zákon o zdravotnických prostředcích“;
- musí být nové, nepoužité, nerepasované, nepoškozené, nevyužívané pro výstavní, prezentační či jiné reklamní účely, plně funkční, nezátížené právními vadami, nesmí porušovat žádná práva třetích osob k patentu nebo k jiné formě duševního vlastnictví, musí být dodány v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jejich řádnému a nerušenému nakládání a užívání;
- jsou z hlediska platných právních předpisů způsobilé a vhodné pro použití při poskytování zdravotní péče v ČR, byla stanoveným způsobem posouzena shoda vlastností s technickými požadavky, které stanoví příslušná nařízení vlády, že je označeno stanoveným způsobem a že výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce o tom vydal písemné prohlášení o shodě;
- má kvalitativní a technické vlastnosti odpovídající požadavkům stanoveným obecně závaznými právními předpisy, v případě zdravotnického prostředku zejména zákonem o zdravotnických prostředcích, zákonem č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, v platném znění, zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a příslušnými prováděcími nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům, harmonizovaným českým technickým normám a ostatním ČSN a požadavkům stanoveným v zadávacích a smluvních podmínkách k zadávacímu řízení.

Předmět plnění veřejné zakázky dále zahrnuje

- dopravu přístrojového vybavení na místo plnění;
- instalaci přístrojového vybavení, která zahrnuje jeho sestavení, propojení a usazení v místě plnění, napojení na zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům, k slaboproudým, datovým sítím a informačním systémům zadavatele je-li funkce pořizovaného přístrojového vybavení podmíněna takovým připojením nebo požadována zadavatelem;
- uvedení přístrojového vybavení do plného provozu zahrnující jeho odzkoušení a ověření správné funkčnosti, případně jeho nastavení, předvedení plné funkčnosti, jakož i provedení jiných úkonů a činností nutných pro to, aby přístrojové vybavení mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel;
- provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení dle pokynů výrobce, dle zákona o zdravotnických prostředcích, doložení příslušných atestů, certifikátů, prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a příslušnými prováděcími nařízeními vlády ke zdravotnickým prostředkům, harmonizovaným českým technickým normám a ostatním ČSN a jejich předání zadavateli v českém jazyce;
- provedení individuálního vyzkoušení všech prvků přístrojového vybavení včetně vyhotovení protokolu o přezkoušení v českém jazyce;
- při předání přístrojového vybavení musí být vhodným způsobem prokázáno dodržení požadovaných technických parametrů a požadovaného medicínského účelu tohoto přístrojového vybavení;
- protokol o předání přístrojového vybavení;
- likvidace obalů a odpadů souvisejících s dodávkou a instalací přístrojového vybavení v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
- provádění veškerých činností v souladu s vnitřními předpisy zadavatele (zejm. BOPZ, PO, ostraha platnými právními předpisy ČR, a to zejména doporučujícími technickými a jinými norem, vztahujícími se na předmět veřejné zakázky z hlediska jeho charakteru a způsobu užití.

3.2.2. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky - požadavky na záruku na jakost

- Záruka na jakost dodaného přístrojového vybavení, spočívající v tom, že dodané přístrojové vybavení, jakož i jeho veškeré části, jednotlivé komponenty včetně software budou **po celou záruční dobu** plně funkční, budou pracovat bez omezení, budou po celou záruční dobu způsobilé pro použití k

ujednaným, případně jinak obvyklým účelům a zachovají si ujednané, případně jinak obvyklé vlastnosti.

- Zadavatel požaduje **záruční dobu 60 měsíců** ode dne podpisu předávacího protokolu na hardware a software.
- V záruční době u zadavatel požaduje
 - bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů bezpečnostně technických kontrol, validací, kalibrací, servisních a preventivních prohlídek v souladu se zákonem č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích v platném znění a v záruční době u ostatního zařízení bezplatné provádění pravidelných revizí / prohlídek / validací / kalibrací / elektrovevisek / servisních a preventivních prohlídek v požadovaném intervalu pokud jsou pro správnou funkci zařízení výrobcem či servisní organizací nařizeny nebo doporučeny, včetně měněných náhradních dílů a případný update software, vše včetně vystavení protokolu, to vše po dobu záruky bez povinnosti kupujícího platit prodávajícímu nad rámec sjednané kupní ceny.
 - bezplatné záruční opravy a odstranění závad, které se vyskytnou v záruční době včetně bezplatných dodávek a výměny všech náhradních dílů a součástek. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. Během záruční doby musí být poskytnuta potřebná uživatelskou podpora a poradenská činnost při odstraňování závad, problémů či nefunkčnosti.
- Veškeré servisní činnosti musí být provedeny dle platných právních předpisů ČR a technických a jiných norem, vztahujících se na předmětnou zdravotnickou techniku z hlediska jejího charakteru a způsobu užití, kvalitně a v co nejkratším termínu kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou vyškoleni výrobcem a vlastní certifikáty vydané výrobcem dle platných předpisů a norem.
- Po provedení opravy nebo odstranění závad u zdravotnické techniky při pravidelných servisních úkonech poskytovatel servisních služeb dodá veškerá veřejnoprávní rozhodnutí, povolení, doklad prokazující shodu, zaškolení zdravotnického personálu včetně vyhotovení zápisu a ostatní nezbytné doklady v souladu s platnou legislativou potřebné pro bezpečné používání zdravotnické techniky při poskytování zdravotní péče.
- Poskytovatel servisních služeb nese odpovědnost v rámci předmětu plnění veřejné zakázky za řádné provedení servisních služeb.
- V případě škody způsobené třetí osobě dodanou zdravotnickou technikou v důsledku závady v provedeném servisním úkonu nebo v provedené opravě dle objednávky opravy, hradí veškerou škodu způsobenou třetí osobě poskytovatel servisních služeb ze sjednaného pojištění.

3.2.3. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky - požadavky na předání dokumentace k přístrojovému vybavení

- předání dokumentace vyplývající z instalace přístrojového vybavení a jeho uvedení do provozu;
- předání úplných instrukcí a návodů k obsluze, údržbě a provozu přístrojového vybavení (manuálů) v českém jazyce, a to 1x v listinné podobě a 1x v elektronické podobě na CD;
- předání prohlášení o shodě dodaného přístrojového vybavení se schválenými standardy (v papírové a elektronické verzi na CD), které bylo předloženo v nabídce. Doklad prohlášení o shodě musí prokazovat shodu na zařízení jako celek, nikoliv na jeho jednotlivé dílčí komponenty). Jedná-li se o přístrojové vybavení, které již bylo uvedeno na trh v některém z členských států EU a je opatřeno značkou CE, je nutné předložit kopii prohlášení o shodě vystaveného výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem a kopii CE certifikátu. Vybraný dodavatel předloží rovněž kopie případných dalších veřejnoprávních rozhodnutí, povolení, osvědčení, certifikátů a atestů, které jsou podle zvláštních právních předpisů vydávány pro jednotlivé druhy přístrojového vybavení - zdravotnických prostředků a vztahují se k předmětu plnění.
- doklad o registraci podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších změn a doplňků (doklad o splnění oznamovací povinnosti Ministerstvu zdravotnictví ČR / SÚKL) v případě, že je přístrojové vybavení zdravotnickým prostředkem;

- doklad o autorizaci výrobce k distribuci a servisu přístrojového vybavení, které je předmětem nabídky;
- předání certifikátu (od výrobce) osoby provádějící instruktáž dle zákona o zdravotnických prostředcích;
- dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodávaného přístrojového vybavení;
- provedení instruktáže obsluhy s vystavením dokladu obsahujícím originály podpisů všech zúčastněných pracovníků v souladu se zákonem o zdravotnických prostředcích;
- předání dokladu o likvidaci obalů a odpadu v souladu se zákonem o odpadech pokud je kupujícím-zadavatelem požadován;
- obstarání a předání veškerých veřejnoprávních rozhodnutí a povolení potřebných pro provoz přístrojového vybavení;
- splnění všech závazných podmínek předepsaných platnou legislativou.

3.2.4. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky - technické podmínky

3.2.4.1. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky - technické podmínky pro pracoviště Pardubická nemocnice

Název	Počet kusů
Diagnostická pracovní stanice pro radiodiagnostické pracoviště Pardubické nemocnice	2

- 6MPix barevný diagnostický monitor: barevný LCD monitor pro diagnostiku ve zdravotnictví, rozlišení 6MPix, technologie panelu IPS, LED podsvit, uhlopříčka min. 30" (76cm), kalibrovatelná svítivost min. 400 cd/m², stabilizovaný podsvit, kontrast 1000:1, pozorovací úhel min. 170°, antireflexní vrstva proti odrazu, vhodný dle doporučení ČRS pro hodnocení RTG snímků;
- grafická karta s odpovídajícím výkonem, určená výrobcem monitoru pro navrhovaný typ diagnostického monitoru s napojením i na kancelářský monitor;
- kancelářský LCD barevný monitor, uhlopříčka 19", rozlišení min. 1280x1024, kontrast 1000:1, svítivost min. 250 cd/m², reproduktory, LED podsvit, pozorovací úhel min. 170°;
- pracovní stanice s odpovídajícím výkonem pro udávanou konfiguraci monitorů a grafické karty, min. 16 GB RAM DDR4, HDD min. 1x120GB SSD systémový a min. 1x1TB HDD pro data, optická mechanika DVD +/-RW DL, tichý zdroj, operační systém kompatibilní se systémem v instalované nemocnici (Windows 10 apod.), záložní zdroj napájení s minimální kapacitou 700VA;
- diagnostická stanice bude vybavena lokálně nainstalovaným licencovaným diagnostickým prohlížečem kompatibilním se stávajícím NIS a PACS dané nemocnice, plně kompatibilní s DICOM 3.x (Send, Query Retrive, Print, zpráva lokálního DICOM archivu), prohlížeč bude podporovat práci s databází vyšetření a pacientů (třídění pacientů a snímků dle požadujícího pracoviště, data, modality apod.; možnost vytvoření speciální série; možnost lokální přípravy snímků k vizitě apod.), v prohlížeči bude umožněna základní a pokročilá práce se snímky/sériemi snímků (podpora měření na snímku; MIP a MPR rekonstrukce; digitální subtrakce; synchronizace snímků z různých sérií; uložení snímků ve změněném stavu včetně provedené anotace; zobrazení více pacientů najednou apod.);
- dodavatel se zavazuje umožnit následnou instalaci SW řešení DICOM prohlížeče, který bude dodán při implementaci jednotného PACS řešení Nemocnic Pardubického kraje, a.s.

3.2.4.2. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky - technické podmínky pro pracoviště Svitavské nemocnice

Název	Počet kusů
Diagnostická pracovní stanice pro radiodiagnostické pracoviště Svitavské nemocnice	2

- 6MPix barevný diagnostický monitor: barevný LCD monitor pro diagnostiku ve zdravotnictví, rozlišení 6MPix, technologie panelu IPS, LED podsvět, uhlopříčka min. 30" (76cm), kalibrovatelná svítivost min. 400 cd/m², stabilizovaný podsvět, kontrast 1000:1, pozor. úhel min. 170°, antireflexní vrstva proti odrazu, vhodný dle doporučení ČRS pro hodnocení RTG snímků;
- grafická karta s odpovídajícím výkonem, určená výrobcem monitoru pro navrhovaný typ diagnostického monitoru s napojením i na kancelářský monitor;
- kancelářský LCD barevný monitor, uhlopříčka 19", rozlišení min. 1280x1024, kontrast 1000:1, svítivost min. 250 cd/m², reproduktory, LED podsvět, pozorovací úhel min. 170°;
- pracovní stanice s odpovídajícím výkonem pro udávanou konfiguraci monitorů a grafické karty, min. 16 GB RAM DDR4, HDD min. 1x120GB SSD systémový a min. 1x1TB HDD pro data, optická mechanika DVD +/-RW DL, tichý zdroj, operační systém kompatibilní se systémem v instalované nemocnici (Windows 10 apod.), záložní zdroj napájení s minimální kapacitou 700VA;
- SW vybavení DICOM prohlížeče kompatibilní se stávajícím systémem PACS umožňující práci se snímky v standardním rozsahu jako nabízí současné řešení v nemocnici, kompletní dodávka potřebných licencí, které zaručují odstranění veškerých případných limitů na funkcionality prohlížeče, možnost přenesení SW licence ze stávajících dg. stanic;
- dodavatel se zavazuje umožnit následnou instalaci SW řešení DICOM prohlížeče, který bude dodán při implementaci jednotného PACS řešení Nemocnic Pardubického kraje, a.s.

3.2.4.3. Podrobnosti předmětu veřejné zakázky - technické podmínky pro pracoviště Chrudimské nemocnice

Název	Počet kusů
Diagnostická pracovní stanice pro radiodiagnostické pracoviště Chrudimské nemocnice	2

- 6MPix barevný diagnostický monitor: barevný LCD monitor pro diagnostiku ve zdravotnictví, rozlišení 6MPix, technologie panelu IPS, LED podsvět, uhlopříčka min. 30" (76cm), kalibrovatelná svítivost min. 400 cd/m², stabilizovaný podsvět, kontrast 1000:1, pozor. úhel min. 170°, antireflexní vrstva proti odrazu, vhodný dle doporučení ČRS pro hodnocení RTG snímků;
- grafická karta s odpovídajícím výkonem, určená výrobcem monitoru pro navrhovaný typ diagnostického monitoru s napojením i na kancelářský monitor;
- kancelářský LCD barevný monitor, uhlopříčka 19", rozlišení min. 1280x1024, kontrast 1000:1, svítivost min. 250 cd/m², reproduktory, LED podsvět, pozorovací úhel min. 170°;
- pracovní stanice s odpovídajícím výkonem pro udávanou konfiguraci monitorů a grafické karty, min. 16 GB RAM DDR4, HDD min. 1x120GB SSD systémový a min. 1x1TB HDD pro data, optická mechanika DVD +/-RW DL, tichý zdroj, operační systém kompatibilní se systémem v instalované nemocnici (Windows 10 apod.), záložní zdroj napájení s minimální kapacitou 700VA;
- SW vybavení lokálně nainstalovaným licencovaným diagnostickým DICOM prohlížečem kompatibilním se stávajícím systémem PACS umožňující práci se snímky v standardním rozsahu jako

nabízí současné řešení v nemocnici, kompletní dodávka potřebných licencí, které zaručují odstranění veškerých případných limitů na funkcionality prohlížeče;

- dodavatel se zavazuje umožnit následnou instalaci SW řešení DICOM prohlížeče, který bude dodán při implementaci jednotného PACS řešení Nemocnic Pardubického kraje, a.s.

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Název	Počet kusů	Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH
Diagnostická pracovní stanice pro radiodiagnostické pracoviště Pardubické nemocnice	2	578 500,00
Diagnostická pracovní stanice pro radiodiagnostické pracoviště Svitavské nemocnice	2	371 900,00
Diagnostická pracovní stanice pro radiodiagnostické pracoviště Chrudimské nemocnice	2	250 000,00

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je celkem 1 200 400,- Kč bez DPH.

5. Doba a místo plnění zakázky

5.1. Doba plnění

Do 6 týdnů po nabytí účinnosti kupní smlouvy zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

5.2. Místa plnění

Místa plnění zakázky:

Místem plnění zakázky jsou pracoviště zadavatele společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.:

- Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, Radiodiagnostické oddělení
- Svitavská nemocnice, Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy, Oddělení radiologie a zobrazovacích metod
- Chrudimská nemocnice, Václavská 570, 537 27 Chrudim, Radiodiagnostické oddělení

6. Prohlídka místa plnění

Vzhledem k charakteru této veřejné zakázky zadavatel neumožňuje prohlídku místa plnění.

7. Požadavky na kvalifikaci dodavatelů

Prokázání splnění kvalifikace účastníkem požadované zadavatelem:

Dodavatel je povinen prokázat, že je kvalifikovaným pro plnění této veřejné zakázky.

Podmínky kvalifikace stanovené zadavatelem řádně splní dodavatel, který prokáže:

- základní způsobilost podle odst. 7.1 této zadávací dokumentace;
- profesní způsobilost podle odst. 7.2 této zadávací dokumentace;
- technickou kvalifikaci podle 7.3 této zadávací dokumentace.

7.1. Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje dodavatel, který:

- nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny nebo trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, trestný čin obchodování s lidmi, podvod, úvěrový podvod, dotační podvod, podílnictví, podílnictví z nedbalosti, legalizace výnosů z trestné činnosti, legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, zneužití informace a postavení v obchodním styku, sjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, pletichy při zadání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě, poškození finančních zájmů Evropské unie, trestné činy obecně nebezpečné, trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci, trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby, trestné činy úředních osob, úplatkářství, jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci nebo obdobné trestné činy podle právního řádu sídla dodavatele. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle věty první splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce podle věty první splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- není v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

7.2. Profesní způsobilost

Dodavatel prokazuje profesní způsobilost

Prokázání profesní způsobilosti dodavatel splňuje	
a)	ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
b)	předložením dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky , pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

7.3. Technická kvalifikace

7.3.1. Zadavatel požaduje prokázání technické kvalifikace doložením **seznamu 2 významných dodávek** poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením této veřejné zakázky.

Způsob prokázání tohoto kvalifikačního předpokladu:

Za významnou dodávku se pro účely této veřejné zakázky považuje

- minimálně jedna diagnostická pracovní stanice pro radiodiagnostické pracoviště s obdobnou technickou specifikací uvedenou v článku 3.2.4.1.

- minimálně jedna diagnostická pracovní stanice pro radiodiagnostické pracoviště s obdobnou technickou specifikací uvedenou v článku 3.2.4.2.

Ze seznamu významných dodávek musí vyplývat alespoň následující údaje:

- a) obchodní firma/název objednatele,
- b) technická specifikace,
- c) doba dodání,
- d) hodnota v Kč,
- e) kontaktní osoba objednatele, u které bude možné ověřit dodávku, vč. jejích kontaktních údajů.

Dodavatel doloží seznam významných dodávek s výše uvedenými údaji podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele.

7.3.2. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil příslušné doklady prokazující shodu požadovaných výrobků s požadovanou normou nebo technickým dokumentem. Dodavatel v nabídce předloží příslušné doklady v prosté kopii. Před uzavřením kupní smlouvy zadavatel vyzve vybraného dodavatele k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

7.3.3. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce předložil doklad o registraci podle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších změn a doplňků (doklad o splnění oznamovací povinnosti Ministerstvu zdravotnictví ČR / SÚKL) v případě, že je přístrojové vybavení zdravotnickým prostředkem;

8. Společná ustanovení k článku 7. zadávací dokumentace

8.1. Formální náležitosti dokladů prokazujících splnění kvalifikace

- K prokázání základní způsobilosti dle bodu 7.1 předloží dodavatel čestné prohlášení.
- K prokázání profesní způsobilosti dle bodu 7.2 může dodavatel předložit prosté kopie.
- Prokázání technické kvalifikace doloží dodavatel dle bodu 7.3
- Doklady prokazující základní způsobilost podle a) profesní způsobilost musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.
- Pokud dodavatel není z důvodů, které mu nelze přičítat, schopen předložit doklad o kvalifikaci požadované zadavatelem, je oprávněn předložit jiný rovnocenný doklad.
- Dodavatel předloží doklady v českém jazyce.
- Pokud za dodavatele jedná osoba odlišná od osoby oprávněné jednat jménem dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

8.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Pokud není dodavatel schopen prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti v rozsahu stanoveném zadavatelem, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím jiných osob vyjma základní způsobilosti podle odst. 7.1 a vyjma předložení výpisu z obchodního rejstříku podle odst. 7.2 písm. a).

Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti jinou osobou v rozsahu dle bodu 7.2 a)
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti v rozsahu dle bodu 7.1 jinou osobou a

- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věci nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

8.3. Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost podle odst. 7.1 a profesní způsobilost podle odst. 7.2 každý dodavatel samostatně.

8.4. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

8.5. Prokazování kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů, jednotným evropským osvědčením

Dodavatel může prokázat kvalifikaci, resp. její dále uvedenou část Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, který k poslednímu dni, ke kterému má být kvalifikace prokázána není starší než 3 měsíce.

- Předloží-li dodavatel výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento doklad nahrazuje doklad prokazující
 - a) profesní způsobilost v tom rozsahu, v jakém údaje ve Výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti a
 - b) základní způsobilost.
- Dodavatel může prokázat kvalifikaci předložením platného certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů. Dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu.
- Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady pro prokázání způsobilosti a kvalifikace jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

8.6. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci (zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání). Tato povinnost účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

- a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,
- b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a
- c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil výše uvedenou povinnost týkající se změny kvalifikace zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

9. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

Dodavatel je povinen stanovit celkovou nabídkovou cenu absolutní částkou v korunách českých.

Jakékoliv jiné než zadavatelem požadované úpravy v závazném návrhu kupní smlouvy budou posouzeny jako nedodržení zadávacích podmínek.

Celková výsledná nabídková cena bez DPH bude předložena jako cena nejvýše přípustná. Cena bude členěna:

- na nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH,
- sazbu a výši DPH v Kč
- cenu v Kč s DPH.

Název	Typové označení nabízené stanice	Cena za kus v Kč (bez DPH)	Počet kusů	Cena celkem v Kč (bez DPH)	Výše DPH v Kč	Cena celkem v Kč (s DPH)
Diagnostická pracovní stanice pro radiodiagnostické pracoviště Pardubické nemocnice včetně záruky za jakost na 60 měsíců v rozsahu dle čl. 3.2.2 ZD			2			
Diagnostická pracovní stanice pro radiodiagnostické pracoviště Svitavské nemocnice včetně záruky za jakost na 60 měsíců v rozsahu dle čl. 3.2.2 ZD			2			
Diagnostická pracovní stanice pro radiodiagnostické pracoviště Chrudimské nemocnice včetně záruky za jakost na 60 měsíců v rozsahu dle čl. 3.2.2 ZD			2			
Celková nabídková cena						

Nabídková cena je součtová cena dle této tabulky a následně kupní cena dle kupní smlouvy.

Pro účely hodnocení je určující cena v zařazeném poli.

Celková nabídková cena bez DPH za plnění předmětu veřejné zakázky musí být stanovena jako cena nejvýše přípustná, konečná a musí obsahovat veškeré náklady dodavatele nutné k realizaci této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu a kvalitě při splnění všech podmínek veřejné zakázky.

Nabídková cena musí obsahovat ocenění veškerých nákladů dodavatele nezbytných pro plnění předmětu zakázky - veškeré práce, dodávky, činnosti a služby vyplývající z dokumentace veřejné zakázky nutné k naplnění účelu a cíle zakázky a smlouvy a rovněž ty, o kterých dodavatel podle svých odborných znalostí vědět měl a které nejsou v nabídce uvedeny a jsou k řádnému splnění předmětu zakázky nutné (např. dodávky a doprava předmětu plnění do místa plnění, služby spojené s předmětem plnění, splnění relevantních zákonných požadavků souvisejících s předmětem plnění, administrativní náklady, autorská práva, licence a dokumentace, daně, cla a poplatky, bude zahrnovat předpokládaný vývoj cen v daném oboru a ostatní finanční vlivy (např. inflace, rizika, vývoj kurzů české koruny), zisk, jakož i personální náklady na zabezpečení podpory a servisu, tedy veškeré náklady vzniklé v souvislosti s plněním předmětu zakázky ke dni zahájení plnění této zakázky, a to po celou dobu plnění zakázky.

Pokud dodavatel hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do nabídkové ceny.

Celková nabídková cena včetně DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na uvedenou cenu.

10. Obchodní a platební podmínky

Veškeré obchodní podmínky včetně platebních a sankčních, pojistných a ostatních podmínek jsou stanoveny v závazném návrhu kupní smlouvy (Příloha č. 2 této zadávací dokumentace)

Kupní smlouva bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem.

Závazný návrh kupní smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. Originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy dodavatele.

Dodavatel doplní v kupní smlouvě a v přílohách žlutě vyznačená místa. Zadavatel nepřipouští úpravy kupní smlouvy vyjma doplnění vyznačených částí. V případě změny závazného návrhu kupní smlouvy bude účastník zadávacího řízení vyloučen z další účasti v zadávacím řízení.

Účastník není oprávněn podmínit zadavatelem navrhované obchodní a platební podmínky jinou podmínkou. Podmínění nebo uvedení rozdílných údajů je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Účastníkem předložený návrh kupní smlouvy v nabídce musí být souladu s návrhem kupní smlouvy předložené zadavatelem v zadávací dokumentaci doplněný účastníkem o požadované údaje a přílohy.

11. Varianty

Podání variantních nabídek není v zadávacím řízení přípustné. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení účastníka, který předložil variantní nabídku.

12. Zadávací lhůta

Zadavatel nestanovuje zadávací lhůtu.

13. Jistota

Zadavatel nepožaduje jistotu.

14. Lhůta, místo a způsob podání nabídky

14.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je stanovena do **18. 9. 2018 do 13:00 hod.**

Za čas podání nabídky odpovídá dodavatel. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné přepravcem nabídky.

Dodavatelé předloží svou nabídku nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek.

14.2. Místo pro podání nabídek

Nabídky je možno podat **poštou na adresu sídla zadavatele** nebo **osobně do podatelny zadavatele:**

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Podatelna (budova č. 15)

Odbor investic a veřejných zakázek

Kyjevská 44

532 03 Pardubice

Podatelna zadavatele je v sídle zadavatele, budova č. 15 (úřední hodiny v pracovních dnech od 7:00 do 15:30 hod.)

14.3. Způsob podání nabídek

Dodavatel může podat v zadávacím řízení jen jednu nabídku. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Zadavatel vyloučí účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.

Nabídky se podávají v listinné podobě písemně. Nabídka musí být na adresu zadavatele doručena v uzavřené obálce a na přední straně zřetelně označena takto:

„NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA“
„Dodávka diagnostických pracovních stanic pro radiodiagnostická pracoviště
společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s.“

15. Pokyny pro zpracování a členění nabídky

Dodavatel předloží nabídku v českém jazyce včetně překladu atestů, certifikátů, technických listů, prohlášení o shodě apod. pokud jsou tyto doklady požadovány. Doklady ve slovenském jazyce a doklady o vzdělání v latinském jazyce (pokud jsou požadovány) se předkládají bez překladu v jednom písemném vyhotovení v tištěné listinné podobě zabezpečené proti manipulaci a společně s listinnou formou nabídky předloží též 1 x v elektronické podobě scan celé nabídky v elektronické podobě (formát *.pdf) na nosiči dat, který bude zabezpečen proti možnosti provedení jakýchkoliv dodatečných změn. Na tomto nosiči bude v elektronické podobě (formát (*.doc/x, *.xls/x) doplněn závazný návrh kupní smlouvy včetně jeho příloh.

V případě neshody mezi elektronickou podobou nabídky a předloženou tištěnou listinnou podobou je rozhodující tištěná listinná podoba nabídky.

V rámci transparentnosti předmětného zadávacího řízení a oprávněných zájmů účastníků zadávacího řízení doporučuje zadavatel dodavatelům, aby jejich nabídka neobsahovala přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl, aby nabídka dodavatele byla zajištěna způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy, aby byly jednotlivé listy opatřeny číselnou řadou a listiny a doklady, které nejsou zadavatelem nebo zákonem vyžadovány, byly řazeny v závěru nabídky dodavatele.

V nabídce musí být uvedeny identifikační údaje dodavatele, zejména: obchodní firma, sídlo, identifikační číslo, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele, příp. osoba oprávněná zastupovat dodavatele, kontaktní adresa pro písemný styk mezi dodavatelem a zadavatelem.

Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musejí být podepsány osobou oprávněnou jménem nebo za dodavatele jednat; v případě podpisu jinou osobou musí být originál nebo úředně ověřená kopie jejího zmocnění doložen v nabídce.

S vybraným dodavatelem bude uzavřena kupní smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Dodavatel je povinen použít závazný návrh kupní smlouvy dle Přílohy č. 2 - „Závazný návrh kupní smlouvy“. Do tohoto závazného návrhu kupní smlouvy vyplní všechny náležitosti, které jsou vyžadovány a které mu přináležejí (tyto části jsou ve smlouvě označeny žlutě).

Doporučený způsob zpracování nabídky.

1. **Obsah nabídky.**
2. **Krycí list** opatřený podpisem osoby oprávněné jménem nebo za dodavatele jednat. Dodavatel použije vzor přiložený v zadávací dokumentaci a doplní jej na vyznačených místech.
3. **Doklady, jimiž dodavatel prokazuje splnění kvalifikace** - v rozsahu a formě požadovaném touto zadávací dokumentací.
4. **Závazný návrh kupní smlouvy** opatřený podpisem osoby oprávněné jménem nebo za dodavatele jednat doplněný na vyznačených místech.
5. **Kompletní nabídka v elektronické podobě** (formát *.pdf) na nosiči dat, který bude zabezpečen proti možnosti provedení jakýchkoliv dodatečných změn. Na tomto nosiči bude v elektronické podobě (formát *.docx, *.xsl/x) uložena **příslušná kupní smlouva**.
6. **Doklady a dokumenty prokazující splnění technických požadavků**
7. **Případné další přílohy a doplnění nabídky** (výše neuvedené) doklady, prohlášení, popisy či jiné listiny vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky.

16. Pravidla pro hodnocení nabídek

- Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, a to **podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH**.
 - **Kritérium:** Celková nabídková cena účastníka za předmět plnění veřejné zakázky v Kč bez DPH
 - **Váha kritéria:** 100 %
- Nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou za předmět plnění v Kč bez DPH bude vybrána v tomto hodnotícím kritériu jako nejvýhodnější.
- Zadavatel nejprve provede hodnocení nabídek a u vybraného dodavatele provede posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

17. Vysvětlení zadávací dokumentace

V případě zjištění jakýchkoliv nejasností či nesrovnalostí v dokumentech zadávací dokumentace včetně připomínek k organizačním a administrativním podmínkám tohoto zadávacího řízení, nechť své dotazy a připomínky dodavatelé sdělí zadavateli. Tímto opatřením zadavatel sleduje možnost případné nesrovnalosti zjištěné v zadávací dokumentaci ještě před uplynutím lhůty pro podání nabídek opravit, doplnit či jinak upravit, aby tyto dokumenty byly srozumitelné a obsahově vzájemně v souladu a umožnily tak účast co nejvyššímu počtu dodavatelů v tomto zadávacím řízení.

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit, vysvětlení a případně související dokumenty uveřejní na profilu zadavatele nejméně 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Písemná žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí být zadavateli doručena nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

V případě, že se během lhůty pro podání nabídek změní podmínky zadávacího řízení, např. změna parametru požadovaného plnění, termín pro podání nabídek apod. zadavatel změnu, doplnění nebo vysvětlení zadávacích podmínek zadavatel uveřejní na **profilu zadavatele a okamžikem uveřejnění toto považuje za doručené všem dotčeným dodavatelům resp. účastníkům zadávacího řízení.**

Pokud to povaha doplnění, změny nebo vysvětlení zadávacích podmínek vyžadují, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávacích podmínek, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávacích podmínek činila nejméně celou svou původní délku.

Zadavatel stanovuje, že pro právní jistotu zadávacího řízení musí být veškerá **komunikace se zadavatelem realizována pouze písemnou formou v českém jazyce** (listinná forma nebo elektronická forma, včetně e-mailové či obdobné komunikace, přičemž elektronický podpis není povinnou náležitostí) a v rámci dodržení principu rovného zacházení se všemi dodavateli nebudou odpovědi poskytovány telefonicky.

Žádost o vysvětlení zadávacích podmínek zadávacího řízení dodavatel doručí v písemné podobě na adresu:

Nemocnice Pardubického kraje, a.s.

Podatelna (budova č. 15)

Odbor investic a veřejných zakázek

Kyjevská 44

532 03 Pardubice

Zadavatel rovněž dodavateli umožňuje zaslat písemnou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v elektronické podobě do **datové schránky zadavatele** nebo na e-mailovou adresu administrátora veřejné zakázky **verejne.zakazky@nempk.cz** s potvrzením o doručení e-mailu, přičemž v předmětu emailové zprávy bude uveden název veřejné zakázky. V případě, že dodavatel potvrzení o doručení e-mailu neobdrží, kontaktuje administrátora veřejné zakázky.

18. Další požadavky zadavatele

18.1. Registr smluv

- Zadavatel bezodkladně po uzavření smlouvy odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do Registru smluv vedeného MV ČR. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 90. den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
- Dodavatel plně souhlasí se zveřejněním plného znění všech smluvních vztahů uzavřených na základě tohoto zadávacího řízení.
- Pokud bude dodavatel požadovat v souladu s platnou právní úpravou vyloučení některých informací z uveřejnění smlouvy, zašle zadavateli text smlouvy se znečitelněnými informacemi.

18.2. Ostatní podmínky

- Jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi účastníky zadávacího řízení v rámci zadání veřejné zakázky.
- V případě písáckých a početních chyb je rozhodný údaj o ceně bez DPH uvedený ve smlouvě.
- Dodavatel bere na vědomí, že je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

18.3. Požadavek na pojištění vybraného dodavatele

Zadavatel dle závazného návrhu kupní smlouvy požaduje, aby vybraný dodavatel měl po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění **min. 2 000 000,-- Kč**. Smlouvu týkající se předmětného pojištění (úředně ověřenou kopii) je vybraný dodavatel povinen předložit zadavateli před podpisem kupní smlouvy, dále pak v průběhu plnění smlouvy vždy na žádost zadavatele, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od požádání.

19. Práva zadavatele

- právo nevracet podané nabídky;
- právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodu až do doby uzavření smlouvy;

- právo na poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace na základě žádosti dodavatele;
- právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace;
- právo odpovědi na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace a další informace k veřejné zakázce uveřejňovat na profilu zadavatele;
- právo vyzvat účastníka zadávacího řízení k vysvětlení nabídky a stanovit pro něj lhůtu;
- právo ověřit si informace poskytnuté účastníkem zadávacího řízení u třetích osob a ty jsou povinny mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost;
- právo vyloučit ze zadávacího řízení účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka nebude splňovat podmínky stanovené v zadávací dokumentaci;
- právo uzavřít smlouvu s dodavatelem, který se umístí jako druhý v pořadí, pokud vítězný dodavatel na opakovanou písemnou výzvu zadavatele odmítne poskytnout potřebnou součinnost vedoucí k uzavření smlouvy,
- právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele;
- rozhodnutí o vyloučení dodavatele oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele;
- právo ověřovat v souladu věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je opatřovat také sám;
- vyžádat si v průběhu zadávacího řízení od účastníka zadávacího řízení, aby objasnil předložené údaje, doklady nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady;
- právo zveřejnit podmínky a obsah uzavřených smluvních vztahů. Dodavatel plně souhlasí se zveřejněním všech náležitostí tohoto smluvního vztahu a případně též smluvních vztahů s touto smlouvou souvisejících.

Účastníkům zadávacího řízení podáním nabídky nevznikají žádná práva na uzavření smlouvy se zadavatelem.

Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na úhradu nákladů, které jim vznikly v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.

20. Přílohy


Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Krycí list nabídky

Příloha č. 2 - Závazný návrh kupní smlouvy

V Pardubicích dne: - 3 -09- 2018

Za zadavatele:



.....
MUDr. Tomáš Gottvald
předseda představenstva



.....
Ing. Petr Rudzan
místopředseda představenstva