



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

VZ : „Zdravotnická technika pro návaznou péči“

Evidenční číslo zakázky: Z2018-002964

Vysvětlení zadávací dokumentace I.

Dle §98 Zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Dotaz

Předmět dotazu: Zadávací dokumentace – část 38 „Čtečka RTG kazet“

Zadavatel v technické specifikaci čtečky RTG kazet požaduje možnost zpracování dlouhých kazet až do rozměru 35 × 120 cm.

Námi nabízená čtečka světového výrobce používá odlišné řešení pro snímkování dlouhých kostí. Snímkování dlouhých kostí se provádí pomocí až tří kusů standardních kazet formátu 35 × 43 cm v kombinaci s držákem s RTG transparentní mřížkou. Po provedení snímkování dlouhých kostí proběhne automatické zpracování postprocessingem k zajištění spojení snímků bez nutnosti zásahu obsluhy. Vytvoří tak ve velmi krátkém čase jeden dlouhý snímek. Spojování je v případě potřeby možné provést i manuálně. Výsledný snímek je totožný se snímkem z dlouhé kazety.

Z klinického i uživatelského hlediska je toto řešení výrazně výhodnější, jelikož umožňuje větší variabilitu při použití – umožňuje snímkovat např. pouze na dvě kazety 35×43 cm pro expozice menších oblastí zájmu, či dětských pacientů.

Tento přístup je oproti snímkování na dlouhé kazety výhodnější i ekonomicky, díky využití běžně používaných kazet bez nutnosti nákupu speciální dlouhé kazety využitelné jen pro tento účel.

Bude zadavatel akceptovat čtečku s možností snímkování dlouhých kostí na standardní kazety formátu 35 × 43 cm za využití speciálního držáku a jejich následného spojení pomocí automatického postprocesingu?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že v zadávacích podmínkách není stanoven požadavek na čtecí zařízení formátu kazet až do rozměru 35 x 125 cm, ale pouze požadavek na možnost zpracování takového formátu kazet (tedy snímků o dané velikosti). Čtecí zařízení vyžaduje zadávací dokumentace pro čtení formátu kazet od 18x24 cm do 35x43 cm, což, jak je patrné z Vašeho dotazu, Vámi nabízené technické řešení splňuje.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Zadavatel v rámci vysvětlení zadávacích podmínek nemůže sdělovat názor, zda ten který přístroj bude splňovat požadavky technické specifikace veřejné zakázky, nicméně zdůrazňuje, že co do způsobu (technického řešení) zpracování daného formátu kazet nebyly zadavatelem stanoveny žádné technické požadavky.

V Příbrami, dne 6.2.2018

Jaroslav Schovanec, MBA
vedoucí investičního odboru

OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s.
261 01 Příbram I, Gen. R. Tesaříka 80
IČ: 27085031, DIČ: CZ27085031
Tel. 318 641 111; Fax 318 641 007
..... ②